



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE – PILAR-PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

PREGÃO 10/2025

Parecer Técnico 03

Em resposta a solicitação do setor de licitação, sobre o processo licitatório 10/2025 (curativos biológicos). Por sermos os responsáveis diretos pela assistência especializada no serviço de curativos neste município, vem por meio deste, fazer a apreciação e julgamento dos itens ganhos no processo.

Sobre os itens:

ITEM 1 –

Item	Descritivo	UND
1	Cobertura em forma de Hidrogel estéril, amorfo e transparente composto de água purificada, carboximetilcelulose e alginato de cálcio, isento de sódio, propilenoglicol, aditivos e conservantes, coeso para desbridamento e hidratação. Apresentação em 15g+/- 5g de variação. Exigimos amostra para parecer técnico.	180

O item ganho pela empresa **SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS (DEBRIGEL AMORFO)** é **improcedente**. A empresa ganhadora, **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. A ficha enviada pelo portal não corresponde ao produto cotado pelo fornecedor, ainda em diligência, o produto ofertado não é estéril, além de ter na composição propilenoglicol e sódio, compostos que solicitamos isenção.

ITEM 2 –

2	Cobertura em gel hidrolítico hidratante, translúcido composto por aloe vera, Alginato de cálcio e sódio, colágeno, carbopol, água e conservantes. Tamanho 60g	70
---	---	----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (HELIANTO)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui aloe vera, alginato de cálcio e sódio, colágeno, carbopol.

**ITEM 3 –**

3	Cobertura em compressa não aderente, constituída de membranas de fibra de rayon, cobertura primária, hipoalergênica. Embalagem em PET/PE, estéril por radiação gama composto de PHMB até 0,2%, cocoamidopropil, bafaina e água. Embalagem individual sachê, tamanho 7,5x35cm. Com variação de +/-2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	300
---	--	-----

O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (PETROLATUM COMPRESS 7,6 X 20,3 HELIANTO)** é Improcedente. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui PHMB, cocoamidopropil, bafaina e água e não é Rayon, não atende ao tamanho solicitado, o item cotado é uma atadura (Poliéster e Algodão), Lanolina e Petrolato.

ITEM 5–

5	Solução para limpeza, hidratação e irrigação de feridas pronta para uso com PH neutro (Biocompatível). Composto por água, cloreto de sódio, ácido hipocloroso (50 ppm) e hipoclorito de sódio (50 ppm). Indicado para prevenir e reduzir infecção na limpeza de feridas agudas, crônicas e contaminadas. Pode ser utilizado em cavidades corporais (boca, nariz, abdômen), tecidos moles, cartilagem, tendões, ossos e compressão negativa. Não precisa enxaguar ou neutralizar. O produto poderá permanecer aberto até 60 dias após abertura do lacre. Apresentado em frasco de (250ml)	80
---	--	----

O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (POLIHEXAM LIQUIDO 350ML HELIANTO)** é Improcedente. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui cloreto de sódio, ácido hipocloroso (50 ppm) e hipoclorito de sódio (50 ppm)

ITEM 7 –

7	Creme branco, viscoso, não estéril, composto por Água, 10% Ureia, Palmitato de Isopropilo, Palmitato de Octila, , 4% de Alfa Hidroxiácido (Ácido Láctico), Sorbitol, Lactato de Amônio, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tubo 75ml.	80
---	---	----

O item ganho pela empresa **VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA (ATRACTAIN 75ml)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 8 –

8	Cobertura estéril, composto de hidrofibra de carboximetilcelulose aleinato de cálcio erico em ácido gulurônico, com liberação sustentada de íons de prata no leito da ferida, fibra não tecido, que não contenha adição de sódio, indicado para feridas altamente exsudativas e cavitárias. Tamanho mínimo de 44cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	100
---	--	-----

O item ganho pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (Biatain Alg Ag fita)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.



ITEM 14 –

14	Cobertura composta por espuma de poliuretano com trêsdfit, alta capacidade de absorção e retenção, flexível, bordas biseladas, película semipermeável sistema tranca fluido e dispensação sustentada de Ibuprofeno no leito da ferida. Tamanho mínimo 10x10 cm.	80
----	---	----

O item ganho pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (Biatain IBU 10x10)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 15 –

15	Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com Tecnologia trêsdfit, macia, esteril, com capacidade de absorção superior e vertical. Impregnada com ions de prata com dispensação sustentada e sistema trancafluido para retenção do exsudato e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto. Face superior com filme de poliuretano com identificação, impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas. Aplicação sem toque em três peças, formato sacral. Tamanho 25x25 cm, com variação +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	100
----	--	-----

O item ganho pela empresa **SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS (Suprasorb p 10x10)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui trêsdfit, não possui dispensação sustentada, não apresenta sistema tranca fluido, nem comprova a conformidade com o leito da ferida, o tamanho é divergente do solicitado.

ITEM 17 –

17	Curativo autoadesivo de espuma hidrofílica de poliuretano de 3mm, tiras superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos. Composto por camada de contato em silicone perfurado e bordas de 2cm com efeito memória. Adesivo protegido por filme de polietileno. Produto esteril a óxido de etileno. Livre de látex. 12,5x12,5cm. Exigimos amostra do produto.	100
----	--	-----

O item ganho pela empresa **ELO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (cultimed siltec B)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 20 –

20	Filme transparente em rolo de poliuretano, com permeabilidade ao vapor de água, de fácil aplicação, conformável e flexível. Tam. 10x10	30
----	--	----

O item ganho pela empresa **ELO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Pharma Fix PU)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.



ITEM 22 –

22	Bolsa para colostomia/ileostomia de 1 peça, drenável, transparente, atóxico, hipoalergênico, com filtro ativado acoplado. Contendo adesivo para fixação a pele periestomal, composto de hidrocólóide, resina composta de pectina e gelatina tela de tecido não tecido. recortável até 70mm.	150
----	---	-----

O item ganho pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (ESTEEM+ BOLSA/ convatec DRN INVISI OP REC 20/70MM)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 26 –

26	Barreira protetora de pele sintética em forma de pasta para estomias, composta por estirenoisopreno-estireno, borracha de Isopreno líquido, poliisobutileno, óleo mineral gelatina, carboximetilcelulose sódica. Sem álcool. Bisnaga de 60g.	30
----	--	----

O item ganho pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (Brava pasta sem álcool 12050)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 27 –

27	Curativo Hidrocólóide estéril, de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, autoadesivo, coberto por película de poliuretano, com membrana de permeabilidade seletiva e grande demarcadora da ferida, bordas biseladas. Tam.15x15 cm, variação de +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico	60
----	--	----

O item ganho pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (Hidroc Plus 15x15-Coloplas)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 28 –

28	Curativo de espuma 5 camadas terapêutica multi perfurada em formato de Y que permite flexibilidade em 360 graus para áreas de articulações, contornos e amputações, com bordas que permite inspeção e reposicionamento atraumático, formado por camada 100% de silicone suave, seguida de uma camada de transferência de exsudato composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster perfurada, camada de algodão e poliacrílico de alta absorção, retenção e camada de filme de poliuretano impermeável à água, bactérias e permeabilidade gasosa, com capacidade de retenção de fluidos normal e viscoso maior ou igual a 40 g/10cm ² /24h, esterilizado a óxido de etileno, medindo 15 x 15 cm. Exigimos amostra para parecer técnico	100
----	---	-----



O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (ALLEVYN LIFE 15,4X15,4CM)** é Improcedente A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não contem camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, retenção e camada de filme de poliuretano impermeável á água , bactérias e permeabilidade gasosa, com capacidade de retenção de fluidos normal e viscoso maior ou igual a 40 g/10cm²/24h, esterilizado a oxido de etileno.

ITEM 30 –

30	Curativo antimicrobiano com 100 % silicone suave de microaderência seletiva, atraumático, Recortável, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm ² de prata), com micro partículas de carvão ativado, permite inspeção e reposicionamento, filme de poliuretano impermeável à água, bactérias e permeabilidade gasosa, esterilizado a oxido de etileno, medindo 15 x 15 cm. Exigimos amostra para parecer técnico	80
----	---	----

O item ganho pela empresa **JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA(MEPILEX AG 15 X 15CM)** é procedente. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 31 –

31	Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose medicinal, elastano e poliamida, medindo 7,5 cm x 10 m.	30
----	---	----

O item ganho pela empresa **SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS (BENDELAST MEDS)** é Improcedente A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 34 –

34	Curativo superabsorventes antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil, núcleo de partículas que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas tamanho 10x10 cm. Livre de látex. Embalagem estéril. Exigimos amostra do produto.	80
----	--	----


O item ganho pela empresa **SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS (SUPRASORB PRO)** é Improcedente. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não é um curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil.



ITEM 35 –

35	Curativo superabsorventes antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil, núcleo de partículas que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas tamanho 10x20 cm. Livre de látex. Embalagem estéril. Exigimos amostra do produto.	80
----	--	----

O item ganho pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (AQUACEL AG+ / CONVATEC)** é Improcedente. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não é composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil.


Ana Cristina Rodrigues Felipe
COREN – 341217

Pilar, 09 de Janeiro 2026.