

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 001

Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre os itens 122, 250 e 266 do edital referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 087/2026, PREGÃO N° 022/2026**, cujo objeto é a **ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB**, realizado no dia **16/07/2026**, às 17h28, pela empresa **K2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 20.669.174/0001-59**, que fez o seguinte questionamento:

Data	CNPJ/CPF	Fornecedor	Assunto	Situação	Ações
16/07/2026 - 17:28:54	20.669.174/0001-59	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Solicitação de esclarecimento	Não Respondido	

Dúvida:

Prezado senhor Pregoeiro, em análise aos itens 122, 250 E 266 do presente edital, verificamos que o descritivo contempla, respectivamente, 01 (um) contra-ângulo e 01 (um) micromotor e 01 (uma) peça reta. Verificamos que há divergência no descritivo técnico quanto ao sistema de refrigeração das peças de baixa rotação. Assim, solicitamos que seja informado qual é a especificação correta a ser considerada para atendimento ao edital, esclarecendo se as peças de baixa rotação devem possuir refrigeração interna ou refrigeração externa.

Atenciosamente, K2, Industria.

A Secretaria de Saúde de Itaporanga-PB, após realizar consulta com a equipe técnica sobre os itens em questão, conforme a descrição contida no Termo de Referência, que se apresentam a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
122	CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - Contra-ângulo com sistema de acoplamento INTRA (ISO 3964), transmissão 1:1. Cabeça fixa, baixo nível de ruído e vibração. Sistema de spray externo para refrigeração . Velocidade máxima de rotação compatível com micromotores pneumáticos (aprox. 20.000 RPM). Mandril compatível com brocas tipo AR (haste CA) e acompanhado de adaptador para brocas tipo FG (alta rotação). Corpo em liga metálica resistente à corrosão e autoclavável a 135°C.	Unidade	20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

250	MICRO-MOTOR ODONTOLÓGICO - Peça de mão odontológica tipo micro-motor pneumático de baixa rotação, para acoplamento de contra-ângulos e peças retas. Conexão: Padrão Borden (02 furos). Sistema de Refrigeração: Spray de água interno. Velocidade de Rotação: Regulável na faixa de 5.000 a 20.000 RPM, com sentido de rotação ajustável (rotação direta e reversa). Acoplamento: Sistema universal tipo INTRA (Intramatic). Esterilização: Autoclavável a até 135°C, resistente a múltiplos ciclos de esterilização. Registro ativo na ANVISA.	Unidade	20
266	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA - Peça de mão reta para micro-motor odontológico. Especificações Técnicas: Transmissão: 1:1. Rotação: Compatível com trabalho na faixa de 5.000 a 20.000 RPM. Sistema de Encaixe: Padrão INTRA (universal), acoplável a micro-motores de 02 furos (Borden). Refrigeração: Sistema que permita refrigeração externa e/ou interna, conforme a necessidade do procedimento. Fixação da Broca: Sistema de trava por giro de anel (ou pinça de alta precisão). Esterilização: Corpo metálico resistente, totalmente autoclavável a 135°C. Produto com registro ativo na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Unidade	20

Considerando que os itens apontados, todos considerados de baixa rotação, esclarece que, para o item 122, que se refere a CONTRA ÂNGULO, o sistema de refrigeração é EXTERNO, para o item 250, que se refere a MICRO-MOTOR, o sistema de refrigeração é INTERNO, e para o item 266, que se refere a PEÇA RETA, o sistema de refrigeração DUAL (que permite a refrigeração da peça tanto de forma interna como de forma externa), dessa forma REITERANDO as informações já disponibilizadas na descrição dos itens.

Itaporanga-PB, 17 de Julho de 2026.



WILKA RODRIGUES DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde
Requisitante