

ITEM 01- CAMA FOWLER ELÉTRICA: CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR - Apontamento técnico de **não conformidade** do item (Cama Fowler Elétrica)- Modelo ofertado PILATI PLT 04. (Empresa **GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** – CNPJ.: 01.545.179/0001-25).

1. **Não atende. Não deixou comprovado em seu manual registrado na Anvisa a presença de amortecedores no sistema de liberação das grades**, o exigido, grades laterais com amortecedores à gás para reduzir o impacto ao baixar.
2. **O produto não possui características e tampouco é informado em seu manual o diâmetro dos rodízios**, o exigido rodízio antirruídos e antiestéticos, de 150 mm de diâmetro no mínimo.
3. **O produto não especifica/comprova a quantidade de motores/atuadores**, o exigido ter no mínimo 04 motores/atuadores.
4. **Não atende. Altura mínima do produto ofertado é de 52cm**, o exigido menor ou igual a 40cm.
5. **Não atende. Não possui extensor**, o exigido extensor de leito não inferior 15cm.
6. **Não atende. Comprimento do produto ofertado é de 1980mm**, o exigido mínimo 200cm.
7. **Não atende. O produto ofertado possui 12 graus**, o exigido mínima 15 graus.

ITEM 02- MESA CIRÚRGICA ELETRO-HIDRÁULICA PARA CIRURGIAS GERAIS - Apontamento técnico de **não conformidade** do item (Mesa Cirúrgica Eletro Hidráulica para Cirurgias)- Modelo Vision T3. (Empresa **TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** – CNPJ.: 21.592.515/0001-06).

1. **Não atende. Mesa manual**, o exigido, mesa com acionamento através de controle remoto.
2. **Não atende. Estrutura em aço inoxidável AISI 304**, o exigido aço inoxidável 1020/1045.
3. **Não atende. Funções de movimento através de pedal**, o exigido, movimentos da mesa através de controle.
4. **Não atende. Capacidade de trabalho 260kg**, o exigido, carga mínima 360kg.

ITEM 03- SUPORTE PARA SORO INFUSÃO, ALTURA AJUSTÁVEL, AÇO INOX E RODAS. Apontamento técnico (Suporte para Soro), **atende as exigências.** (Empresa **ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA** – CNPJ.: 40.295.063/0001-37).

ITEM 04- BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL INOX. Apontamento técnico (Braçadeira de injeção), **atende as exigências.** (Empresa **ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA** – CNPJ.: 40.295.063/0001-37).

ITEM 05- SUPORTE HAMPER DE INOX, COLETOR PARA ROUPA COM TAMPA. Apontamento técnico (Suporte Hamper), **atende as exigências.** (Empresa **ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA** – CNPJ.: 40.295.063/0001-37).

ITEM 06- BALDE COM PEDAL HOSPITALAR, DE NO MÍNIMO 20 LITROS, MATERIAL INOX, COM PEDAL. Apontamento técnico (Balde com Pedal 20 litros), **atende as exigências.** (Empresa **ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA** – CNPJ.: 40.295.063/0001-37).

ITEM 07- BALDE / LIXEIRA DE NO MÍNIMO 5 LITROS, MATERIAL INOX, COM PEDAL. Apontamento técnico (Balde lixeira), **atende as exigências.** (Empresa **ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA** – CNPJ.: 40.295.063/0001-37).

ITEM 08- BANQUETA MOCHO GIRATÓRIO A GÁS. Apontamento técnico (Banqueta mocho), **atende as exigências.** (Empresa **ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA** – CNPJ.: 40.295.063/0001-37).

ITEM 09- POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES. Apontamento técnico (Poltrona Hospitalar Reclinável), a empresa apresentou catálogo onde constam vários modelos para o item, e tanto no catálogo quanto na proposta não fica evidente qual modelo ofertado. Pedimos então que seja especificado exatamente qual modelo será entregue para assim procedermos com a análise do mesmo. (Empresa **TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** – CNPJ.: 21.592.515/0001-06).

ITEM 10- CARRO MACA, COMPOSTO POR DOIS CARROS. Apontamento técnico (Carro maca), **atende as exigências.** (Empresa **TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** – CNPJ.: 21.592.515/0001-06).

ITEM 11- CARRO MACA AVANÇADO. Apontamento técnico (Carro Maca Avançado), modelo ofertado TUBOMED **não atende com as exigências.** (Empresa **TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** – CNPJ.: 21.592.515/0001-06).

1. **Não atende. Estrutura leito em aço carbono,** o exigido em material radio-transparente com gaveta e porta-chassi.
2. **Não atende. Não deixou no manual tipo de movimentos,** o exigido, movimentos obtidos através de amortecedores a gás, proporcionando movimentos fawler, sentado, cardíaco, flexão.
3. **Não atende. Grades de tombar em aço inoxidável,** o exigido é grades lateral, em tubos de aço inoxidável, com balaústres em tubo, com sistema empilháveis e engate rápido.

ITEM 12- BERÇO HOSPITALAR COM CESTO ACRÍLICO. Apontamento técnico (Berço Hospitalar), **atende as exigências.** (Empresa **ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** – ME 09.478.023/0001-80).

ITEM 14- BISTURI. Apontamento técnico (Bisturi), **atende as exigências.** (Empresa **TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** – CNPJ.: 21.592.515/0001-06).

ITEM 15- CENTRIFUGA 30 KG. Apontamento técnico (Centrifuga 30kg), **atende as exigências.** (Empresa **EJB EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA** – CNPJ.: 36.444.593/0001-22).

ITEM 16- SECADORA 30KG. Apontamento técnico (Secadora 30kg), **atende as exigências.** (Empresa **EJB EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA** – CNPJ.: 36.444.593/0001-22).

ITEM 17- MONITOR MULTIPARÂMETROS. Apontamento técnicos (Monitor Multiparâmetros), **atende as exigências.** (Empresa **TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** – CNPJ.: 21.592.515/0001-06).


ITEM 18- ASPIRADOR DE SECREÇÕES. Apontamento técnico (Aspirador de Secreções), **atende as exigências.** (Empresa **ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** – ME 09.478.023/0001-80).

ITEM 19- APARELHO DE ANESTESIA-COM VENTILADOR PULMONAR. Apontamento técnico (Aparelho de Anestesia-com Ventilador Pulmonar), modelo ofertado ATLAS N3, **não atende as exigências.** (Empresa **M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** – CNPJ.: 32.593.430/0001-50).

1. **Não atende. O fabricante do modelo possui um monitor padrão de 8,4 polegadas, e o exigido é possuir tela de 10,4 polegadas do aparelho.**
2. **Não atende. O ofertado disponibiliza duas gavetas, e o exigido é com três gavetas.**
3. **Não atende. O ofertado não disponibiliza bandeja de apoio, e o exigido é com. Bandeja de apoio.**

ITEM 20- LAVADORA HOSPTTALAR 30 KG. Apontamento técnico (Lavadora Hospitalar 30kg), **atende as exigências.** (Empresa **EJB EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA** – CNPJ.: 36.444.593/0001-22).

ITEM 21- EQUIPAQMENTO DE LABORATÓRIO – ANALISADOR DE ELETROLITOS. Apontamento técnico (Analisador de Eletrolitos), **atende as exigências.** (Empresa **BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA** – CNPJ.: 44.587.313/0001-63).



Assinatura do Responsável Técnico
Nome: Ângelo Cândido Pereira Filho
Cargo/Função: Diretor Administrativo do Hospital

Paulista-PB; 23/02/2026.