

ITEM 01- CAMA FOWLER ELÉTRICA: CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR - Apontamento técnico de **não conformidade** do item (Cama Fowler Elétrica)- Modelo ofertado da marca MEDSAUDE. (Empresa **TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI** CNPJ.: 21.592.515/0001-06).

1. **Não atende. Não deixou comprovado em seu manual registrado na Anvisa a presença de amortecedores no sistema de liberação das grades**, o exigido, grades laterais com amortecedores à gás para reduzir o impacto ao baixar.
2. **O produto não possui características e tampouco é informado em seu manual o diâmetro dos rodízios**, o exigido rodízio antirruídos e antiestéticos, de 150 mm de diâmetro no mínimo.
3. **O produto não especifica/comprova a quantidade de motores/atuadores**, o exigido ter no mínimo 04 motores/atuadores.
4. **Não atende. Altura mínima do produto ofertado é de 52cm**, o exigido menor ou igual a 40cm.
5. **Não atende. Não possui extensor**, o exigido extensor de leito não inferior 15cm.
6. **Não atende. Comprimento do produto ofertado é de 1980mm**, o exigido mínimo 200cm.
7. **Não atende. O produto ofertado possui 12 graus**, o exigido mínima 15 graus.
8. **Não atende. O produto apresentado no catálogo é da marca UNIMOVEIS** diferente do apresentado na proposta comercial.

ITEM 02- MESA CIRÚRGICA ELETRO-HIDRÁULICA PARA CIRURGIAS GERAIS - Apontamento técnico **atende as exigências**. (Mesa Cirúrgica Eletro Hidráulica para Cirurgias)- Modelo **NOVAMEC/MED 450**. (Empresa **M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** – CNPJ.: 32.593.430/001-50).

ITEM 09- POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES. Apontamento técnico (Poltrona Hospitalar Reclinável), a empresa apresentou catálogo onde constam vários modelos para o item, e tanto no catálogo quanto na proposta não fica evidente qual modelo ofertado. Apesar de solicitado em diligencia, o esclarecimento não foi apresentado pela empresa. Então restada a divergência opinamos pela desclassificação do item em tela. (Empresa **TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** – CNPJ.: 21.592.515/0001-06).

ITEM 11- CARRO MACA AVANÇADO. Apontamento técnico (Carro Maca Avançado) **não atende as exigências**.(Empresa **ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME** CNPJ.: 09.478.023/0001-80).

1. **Não atende. Estrutura leito em aço carbono**, o exigido em material radio-transparente com gaveta e porta-chassi.
2. **Não atende. Não deixou no manual tipo de movimentos**, o exigido, movimentos obtidos através de amortecedores a gás, proporcionando movimentos fawler, sentado, cardíaco, flexão.
3. **Não atende. Grades de tombar em aço inoxidável**, o exigido é grades lateral, em tubos de aço inoxidável, com balaústres em tubo, com sistema empilháveis e engate rápido.

ITEM 19- APARELHO DE ANESTESIA-COM VENTILADOR PULMONAR. Apontamento técnico, **atende as exigências.** (Aparelho de Anestesia-com Ventilador Pulmonar modelo Wato EX35/MINDRAY)
-(Empresa **SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA** - CNPJ.: 08.675.394/0001-90).



Assinatura do Responsável Técnico

Nome: Ângelo Cândido Pereira Filho

Cargo/Função: Diretor Administrativo do Hospital

Paulista-PB; 23/02/2026.