



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua: Agostinha Brandão, 176, Anacleto – Lagoa Seca – PB, fone: (83) 3366.1436.

PARECER TÉCNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA PB;

Referente ao processo: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241129PE00052 LICITAÇÃO Nº. 00052/2024.

Data de abertura da sessão pública: 16/12/2024. Horário: 09:00 - horário de Brasília.
Data para início da fase de lances: 16/12/2024. Horário: 09:01 - horário de Brasília.
(Local: www.portaldecompraspublicas.com.br).

ITEM 1 – PROPOSTA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ 07.897.039/0001-00. EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PERMANENTE. TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, FONTE: ELÉTRICO, INSTALAÇÃO: PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA.

ITEM 2 – PROPOSTA EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA – CNPJ 36.999.842/0001-46. RAO-X PORTÁTIL – MICRO IMAGEM – ODONTOLOGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RAO-X PORTÁTIL ODONTOLÓGICO DE ALTA FREQUÊNCIA. PAINEL/TELA DE LCD COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2,8". TECNOLOGIA DC. O PRODUTO DEVE SER LEVE E COMPACTO. CONFIGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE RAO-X SIMPLES E FÁCIL. PROTEÇÃO EXTERNA PARA PROTEGER O OPERADOR E O PACIENTE DA DISPERSÃO DE RADIAÇÃO. TECNOLOGIA QUE PERMITA FILTRAGEM DA RADIAÇÃO (PARA AMENIZAR O EFEITO AO PACIENTE EXPOSTO). TIPO DE EXPOSIÇÃO: MOLAR, INCISO E CANINO. FILME OU SENSOR DIGITAL. MOVIMENTOS LIVRES. CATEGORIA: RAO-X. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA DE ENTRADA: 600 W. TENSÃO ELÉTRICA: 60 KV +/- 5%. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: CONTROLADO PELO CLIENTE. VOLTAGEM: 220V. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1500 DISPAROS POR CARGA, TEMPO DE VIDA ÚTIL DA BATERIA DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS, TENSÃO DA AMPOLA IGUAL OU SUPERIOR A 70KV. PONTO FOCAL IGUAL OU SUPERIOR A 0,4MM. TEMPO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2S. CARREGADOR 50-60HZ. DEVE ACOMPANHAR ACESSÓRIOS, NO MÍNIMO: FONTE DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO DE DISPARO SEM FIO, TIRANTE ANTIQUEDA, ESCUDO PROTETOR DE RADIAÇÃO REFLETIDA, TRIPÉ DE APOIO E CASE DE TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA.

ITEM 3 - PROPOSTA DENTAL ALTA MOGIANA-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ 05.375.249/0001-03. EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: SENSOR DIGITAL INTRAORAL. ASPECTO FÍSICO: PORTÁTIL. O PRODUTO DEVE SER LEVE, FINO E COMPACTO. INDICAÇÃO: IMAGENS DE RAO X DIGITAIS INTRAORAIS. MODO DE OPERAÇÃO INTERMITENTE. INTERFACE: USB 2.0. TENSÃO ENTRADA: 5V, 500MA. POTÊNCIA DE CONSUMO: 2,5W. SENSOR DE DETECÇÃO COM TECNOLOGIA APS CMOS. COMPRIMENTO DO CABO: 2,7 M. CAPTURA DE IMAGEM IGUAL OU INFERIOR A 3S. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IP68. DEVE ACOMPANHAR ACESSÓRIOS, NO MÍNIMO: LUVA DE SILICONE, SUPORTE DE SENSOR, DISPOSITIVO DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE, KIT DE FIXAÇÃO DO SUPORTE. O SOFTWARE ESPECÍFICO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, INTUITIVO E COM AMPLA QUANTIDADE DE FUNÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. **OBS: O ITEM OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A MARCA E MODELO DO ITEM 2 (RAIO-X PORTÁTIL)**

Venho-vos informar para os devidos fins que as propostas dos itens acima mencionados atendem as necessidades da Secretaria de saúde da Prefeitura municipal de Lagoa Seca/PB.

Sem mais para o momento, considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica, estamos de acordo com a qualificação dos referidos itens propostos.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE