



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua: Agostinha Brandão, 176, Anacleto – Lagoa Seca – PB, fone: (83) 3366.1436.

PARECER TÉCNICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA PB;

Referente ao processo: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241129PE00052 LICITAÇÃO Nº. 00052/2024.

ITEM 1 – PROPOSTA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ 07.897.039/0001-00. EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PERMANENTE. TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, FONTE: ELÉTRICO, INSTALAÇÃO: PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. **MODELO: PRIME PUMP, MARCA:DENTEMED, FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008.**

ITEM 2 – PROPOSTA EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA – CNPJ 36.999.842/0001-46. RAO-X PORTÁTIL – MICRO IMAGEM – ODONTOLOGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RAO-X PORTÁTIL ODONTOLÓGICO DE ALTA FREQUÊNCIA. PAINEL/TELA DE LCD COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2,8". TECNOLOGIA DC. O PRODUTO DEVE SER LEVE E COMPACTO. CONFIGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE RAO-X SIMPLES E FÁCIL. PROTEÇÃO EXTERNA PARA PROTEGER O OPERADOR E O PACIENTE DA DISPERSÃO DE RADIAÇÃO. TECNOLOGIA QUE PERMITA FILTRAGEM DA RADIAÇÃO (PARA AMENIZAR O EFEITO AO PACIENTE EXPOSTO). TIPO DE EXPOSIÇÃO: MOLAR, INCISO E CANINO. FILME OU SENSOR DIGITAL. MOVIMENTOS LIVRES. CATEGORIA: RAO-X. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA DE ENTRADA: 600 W. TENSÃO ELÉTRICA: 60 KV +/-5%. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: CONTROLADO PELO CLIENTE. VOLTAGEM: 220V. BATERIA DE ALTA CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1500 DISPAROS POR CARGA, TEMPO DE VIDA ÚTIL DA BATERIA DE 1 ANO E MEIO A 2 ANOS, TENSÃO DA AMPOLA IGUAL OU SUPERIOR A 70KV. PONTO FOCAL IGUAL OU SUPERIOR A 0,4MM. TEMPO DE EXPOSIÇÃO ATE 2S. CARREGADOR 50-60HZ. DEVE ACOMPANHAR ACESSÓRIOS, NO MÍNIMO: FONTE DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO DE DISPARO SEM FIO, TIRANTE ANTIQUEDA, ESCUDO PROTETOR DE RADIAÇÃO REFLETIDA, TRIPÉ DE APOIO E CASE DE TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SELO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. **MARCA/MODELO: RAO-X DIGITAL vivant X-Ray, Cód. produto 336.000, Produzido por: Guilin Woodpecker Medical, Instrument Co.,Ltd.Information Industrial Park, Guilin, National High-Tech zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R.**

ITEM 3 - PROPOSTA ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 54.322.844/0001-88.
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: SENSOR DIGITAL INTRAORAL. ASPECTO FÍSICO: PORTÁTIL. O PRODUTO DEVE SER LEVE, FINO E COMPACTO. INDICAÇÃO: IMAGENS DE RAO X DIGITAIS INTRAORAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLUTO 0001X / PLUTO 0002X DIMENSÕES (mm) 25 X 38,5 X 4,5 31 x 40 x 4,5, ÁREA ATIVA 20 X 30 26 X 36, MATRIZ DE PIXEL (1.5 M) 1000 X 1500 (2.34 M) 1300 X 1800, TECNOLOGIA DE SENSORES APS CMOS, CINTILADOR CsI depositado diretamente: TI, COMPRIMENTO DO CABO (m) Padrão 3m Opcional 5m, DENSIDADE DE PIXELS (μm) 20, RESOLUÇÃO ESPACIAL (Ip/mm), TEÓRICA: 25 Ip/mm, ATUAL: 14 - 16 Ip/mm (ALTA SENSIBILIDADE) 18 - 20 lp/mm (ALTA RESOLUÇÃO, NÍVEL DE CINZA 16 Bit, 65535 grade. MODO DE EXPOSIÇÃO Smart AED, GRAU PROTEÇÃO DE ENTRADA IP68 proteção de entrada para desinfecção por imersão, ADICIONAL Suporte protocolo TWAIN, SISTEMA OPERACIONAL Windows 7 ou acima, 32 / 64 bit, TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0,3 0,5, SOFTWARE Português SUPORTE PARA COMUNICAÇÃO USB 2.0, CONFIGURAÇÃO MÍNIMA CPU: Intel Pentium(R) frequência $\geq$ 2.0G LIMITE DE DISPARO DO RAO X 60kV 1mA 70kV 7Ma. **MODELO: PLUTO1, MARCA\FABRICANTE: ALT.**

Venho-vos informar para os devidos fins que as propostas dos itens acima mencionados atendem as necessidades da Secretaria de saúde da Prefeitura municipal de Lagoa Seca/PB.

Sem mais para o momento, considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica, estamos de acordo com a qualificação dos referidos itens propostos.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE