



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.264.183/0001-79

Rua: Agostinho Brandão, 176, Anacleto – Lagoa Seca – PB

Contato: saude@lagoaseca.pb.gov.br

Ofício PMLS/SMSLS Nº 587/2025

Lagoa Seca, 18 de novembro de 2025.

Ao
Setor de Contratação
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB

Assunto: Conformidade Técnica – Ventilador Eletrônico Portátil Microprocessado

Prezados(as),

Após análise técnica do Ventilador Eletrônico Portátil Microprocessado apresentado no âmbito do Pregão Eletrônico nº 064/2025, informamos que o equipamento atende plenamente às especificações do edital e às necessidades assistenciais do Hospital Municipal Ana Maria Coutinho Ramalho.

O ventilador possui tela touch screen conforme exigido, opera nos modos volumétricos e pressiométricos, e é adequado para adultos, pediátricos e neonatos. Dispõe de todas as modalidades ventilatórias requeridas, inclusive VC, PC, PS, PRVC, CPAP, SIMV, ventilação de backup e CPAP nasal, além de oferecer oxigenação de alto fluxo ≥ 60 L/min.

A monitorização é completa, incluindo pressões de via aérea, volumes, fluxo, FiO_2 , frequência respiratória, relação I:E, tempos ventilatórios, mecânica respiratória e histórico de alarmes. Os parâmetros programáveis, bem como os alarmes obrigatórios, estão de acordo com o edital. A bateria possui autonomia mínima de 360 minutos e o equipamento apresenta peso inferior a 7 kg, facilitando o transporte e uso em ambulâncias, inclusive com compensação de altitude.

Os acessórios exigidos acompanham o equipamento, assim como as conformidades legais obrigatórias, incluindo Registro ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

Diante do exposto, concluímos que o equipamento é tecnicamente adequado e atende às especificações do edital e às necessidades assistenciais do Hospital Municipal Ana Maria Coutinho Ramalho.

Atenciosamente,


Cristiane Cavalcanti Costa
Secretária Municipal de Saúde