

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício PMLS/SMSLS Nº 632/2025

Lagoa Seca, 16 de dezembro de 2025.

Ao
Setor de Contratação
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB

Assunto: Análise da proposta apresentada pela empresa Leistung Equipamentos Ltda no Pregão Eletrônico nº 00064/2025.

Após análise técnica da documentação apresentada pela empresa Leistung Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 04.187.384/0001-54, com sede na Rua João Ropelatto, nº 202, Bairro Nereu Ramos, município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.265-520, e das especificações do produto ofertado, manifestamo-nos quanto à adequação do equipamento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como à conformidade com as exigências descritas em edital.

O equipamento analisado, Ventilador Pulmonar, marca Leistung, modelo PR5, destinado ao atendimento adulto, pediátrico e neonatal, equipado com tela gráfica LCD de 10,4 polegadas (touch screen), possui Registro na ANVISA nº 80203470017, atendendo às exigências sanitárias e regulatórias vigentes. Trata-se de produto de origem nacional, fabricado pela própria empresa proponente.

O ventilador pulmonar PR5 apresenta ampla gama de modos ventilatórios, contemplando todos os recursos necessários para suporte ventilatório em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, incluindo menu de mecânica respiratória, ajustes rápidos e seguros dos parâmetros ventilatórios e alta qualidade de ventilação adaptada às condições clínicas de cada paciente. Do ponto de vista técnico-assistencial, o equipamento atende plenamente às necessidades da rede municipal de saúde, especialmente no suporte à atenção hospitalar e às unidades que demandam cuidados ventilatórios avançados, proporcionando segurança ao paciente e melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.

Diante do exposto, **conclui-se que a empresa Leistung Equipamentos Ltda e o ventilador pulmonar PR5 atendem às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, estando em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas em edital**, não havendo óbices técnicos para sua aquisição.



Cristiane Cavalcanti Costa
Secretária Municipal de Saúde