

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2025

2º Parecer

ANÁLISE TÉCNICA DE ITENS

A Comissão de Pele do SAD é responsável direta pela assistência especializada no serviço de curativos neste município, vem através deste, relatar sobre a análise técnica das amostras referentes ao pregão presencial nº 00033/2025, para Aquisição de Curativos, realizado no dia 28.05.2025, conforme orientação da comissão de licitação.

As amostras das empresas estavam identificadas em seus invólucros/embalagens, protocolados conforme padrão.

- SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
- HEART MATERIAL MÉDICO, MEDICAL CARE LTDA
- TECNOCNETER MATERIAL MÉDICO LTDA
- VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

Parecer

ITEM 1

Adesivo em rolo, composto por material em non- wovem de poliéster elástico, branco e poroso, com adesivo hipoalergênico em silicone e protegido plástico de polietileno transparente com abertura central para facilitar a aplicação. Adaptável anatomicamente aos contornos anatômicos, apresenta adesividade segura e hipoalergênica, de fácil aplicação com papel protetor seccionado e remoção sem traumas. Indicado para pele sensível ou frágil para fixação de curativos, cateteres e drenos. Livre de látex. Não estéril, deve ser aplicado somente sobre pele íntegra. Tamanho: 10 cm X 5,0m. Embalagem: caixa com 1 unidade. Exigimos amostra do produto.

De acordo com a avaliação técnica o produto **SKINUPPER FILME TRANSPARENTE** da empresa **CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS**, **NÃO ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão. Não mandou amostra e em diligencia, o produto ofertado pela empresa é a base de poliuretano e feito apenas com adesivo acrílico o que solicitamos é necessita de poliéster elástico e adesivo em silicone.

Portanto, está DESCLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 2

Cobertura em compressa não aderente, constituída de membranas de fibra de rayon, cobertura primária, hipoalergênica. Embalagem em PET/PE, estéril por radiação gama composto de PHMB até 0,2%, cocoamidopropil betaína e água. Embalagem individual sachê. Tamanho 7,5x35cm. Com variação de +/-5cm. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BIGUARAY/ GAMAM** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 3

Cobertura em forma de hidrogel, estéril, transparente e amorfo composto de água purificada, carboximetilcelulose e alginato de cálcio, sem aditivos ou conservantes, sem sódio e sem propilenoglicol, coeso. Tamanho de 25g. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **PURILON 25g/COLOPLAST** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 4

Cobertura em gel hidrolítico hidratante, translúcido, composto por aloe vera, Alginato de cálcio e sódio, colágeno, carbopol, água e conservantes. 60g Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **VERHAGEL 60G /ALFAMED** da empresa **HEART MEDICAL MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 5

Cobertura em gel de barreira antisséptica de adesão para feridas, composto de propilenoglicol, glicerina, água purificada, hidroxietilcelulose, Betaína e polihexanida (PHMB) até 0,1%, livre de parabenos e molécula isento de cloridratos, inodoro, para desbridamento, hidratação, emoliente, umecante, antisséptico de amplo espectro. Embalagem de no mínimo 100g. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BIGUAGEL 100- GAMAN** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 6

Creme à base de 70% de óleo de girassol e seus ácidos graxos essenciais (A.G.E.), Extrato de Aloe vera, Polissorbato 80, conservantes e água. Na apresentação de creme (O/A), envasados em bisnagas de alumínio grau farmacêutico, de fácil aplicação e excelente vedação. Destinado a hidratação e proteção da pele. Tamanho 60g. Exigimos amostra para parecer técnico

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **A. G.E + -ALFAMED** da empresa **HEART MEDICAL MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 7

Creme composto de suavizante hidrofóbico, hidro-repelente, barreira, protetor da pele, categoria de correlato na ANVISA, composto por parafina líquida, citrato de magnésio, ciclometicona, a base de glicerol e azeite de silicone água purificada, indicado para proteção de pele íntegra, pele ressecada ou irritada, agressivas e risco de secreções e efluentes de incontinências e áreas perilesionais expostas, com formação do filme de creme, mantém o PH natural da pele. Apresentação: 60g. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **CREME BARREIRA/COLOPLAST** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 8

Curativo em forma de emulsão à base de Brassica Oleracea var capitata, óleos vegetais e ureia. Frasco em bisnaga 60g. Exigimos amostra do produto.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **DABRIDAN EMULSÃO/ ECADIL/ECADIL INDUSTRIA** da empresa **HEART MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 9

Cobertura interativa, estéril, composto por espuma de poliuretano com tresdfit, com alta capacidade de absorção vertical e retenção, flexível, com bordas biseladas. Impregnada com íons de prata de até 1,2mg/cm², com dispensação sustentada no leito da ferida e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca; indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho: 15x15cm.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BIANTAIN AG 15X15 / COLOPLAST** da EMPRESA **TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, **ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 10

Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoi, uma substância fortemente hidrofóbica que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas. Livre de látex. Embalagem estéril. Tamanho 7X9cm. Exigimos amostra do produto

De acordo com a avaliação técnica o produto **CUTIMED SORBACT 7X9 BSN** EMPRESA **VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA**, **ATENDE** ao solicitado em edital, e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 11

Curativo espuma de poliuretano, com alta capacidade de absorção e retenção de exsudato, impregnada homogeneamente com Ibuprofeno, com liberação sustentada. Revestida na face externa por um filme impermeável líquidos e microrganismos, bordas biseladas, não necessitando de coberturas secundárias indicativo para feridas exsudativas e alívio da dor. Tam 15x15 cm. Variação +/-2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **Biatani IBU -Coloplast** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO**, **ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 12

Cobertura de hidrocoloide estéril, auto-adesiva que promove meio ambiente úmido através de absorção e controle do exsudato, composto por carboximetilcelulose e alginato de cálcio, possui membrana inteligente de permeabilidade seletiva, sistema de aplicação sem toque, com grade demarcadora, bordas biseladas e função sinal de troca. Tamanho: 20x20. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **COMFEEL PLUS/COLOPLAST** da empresa **VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço

ITEM 13

Cobertura hidrocolóide, transparente, estéril, composto de carboximetilcelulose, com membrana de permeabilidade seletiva e grade demarcadora da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca. Tamanho de 9 x 14 cm. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **COMFEEL PLUS TRANSPARENTE/COLOPLAST** da empresa **VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA, ATENDE** ao solicitado em edital a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 14

Cobertura estéril, de tecido flexível, hidrofibra, com carboximetilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido gúlrônico e mulurônico, fosfato de zircônio e com íons de prata de dispensação sustentada, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel coeso e mantém a umidade no leito da ferida. Indicada para o preenchimento de feridas cavitárias com alta exsudação, sangrantes e infectadas ou com risco de infecção. Apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15x15 cm.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BIATAIN ALGINATO AG 15X15- COLOPLAST** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 15

Cobertura flexível estéril, composta de carboximetilcelulose e alginato de cálcio, sem fibras e com alta capacidade de absorção de forma vertical, com ácido gulurônico, sem adição de sódio, para feridas altamente exudativas, cavitárias com ação hemostática, remoção íntegra do curativo sem deixar resíduos, indicada para o preenchimento de feridas cavitárias com alta exsudação. Tam: 15x15 com variação de +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BIATAIN ALGINATO 15X15- COLOPLAST** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão

Portanto, está **CLASSIFICADO** na avaliação deste serviço.

ITEM 16

Curativo autoadesivo de espuma hidrofílica de poliuretano de 3mm, antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil, uma substância fortemente hidrofóbica que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas formato sacral 17,5 x 17,5 Exigimos amostra do produto.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **CUTIMED SORBION SORBACT/ESSITY/BSN** da empresa **HEART MEDICAL MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está **CLASSIFICADO** na avaliação deste serviço.

ITEM 17

Curativo não aderente, atraumático de contato primário com a ferida que consiste numa película de poliuretano perfurada elástica revestida de silicone macio, com adesividade suave em uma única face. Adesivo protegido por filme de polietileno com aplicação única para a retirada. Livre de Látex. Embalagem estéril. Tamanho 15 x 25. Exigimos amostra do produto.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **CUTIMED SORBION SORBACT/ESSITY/BSN** da empresa **HEART MEDICAL MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está **CLASSIFICADO** na avaliação deste serviço.

ITEM 18

Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone em toda extensão, espuma de poliuretano com tecnologia três dfit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido para retenção do exsudato e conformidade com o leito da ferida. Face superior com filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas. Aplicação sem toque em três peças, formato exclusivamente sacral. Tamanho 25x25 CM, com variação +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BIATAIN SILICONE AG SACRAL25X25/COLOPLAST** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 20

Cobertura em sabonete líquido, antisséptico com polihexanida (PHMB) até 0,1% com ação bactericida, fungicida e leveduricida, dermatologicamente testado e não citotóxico ao contato da pele com lesões, molécula isento de cloridratos, sem conservantes e sem corantes. Composto de Aqua, Isopropyl Alcohol, Cocamide Dea,

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BIGUASOAP 1 LITRO - GAMAN** da empresa **TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 21

Cobertura em solução antiséptica, aquosa composta de amido de coco, cocamidopropyl, aqua, polyaminopropyl biguanide, polihexamida de biguanida (phmb) 0,1%, molécula isenta de cloridrato, sodium hydroxide, promove atividade antiséptica de amplo espectro, ativo em presença de material orgânica, não apresenta resistência microbiana., isento de glicerina. Para limpeza e descontaminação dérmica e cutânea. Embalagem de 500ml. Exigimos amostra para

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BIGUASOL/GAMAM** da empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ATENDE** ao solicitado em edital em composições/ativos.

Portanto, está CLASSIFICADO na avaliação deste serviço.

ITEM 22

Sistema de compressão utilizado em úlceras mistas composto por duas bandagens que devem ser utilizadas em conjunto e sobrepostas: a primeira camada, de acolchoamento, composta de espuma branca de poliéster, e a segunda, de compressão, composta de 100% algodão, com alta taxa de transpirabilidade (MVTR), com revestimento coesivo livre de látex e cor bege, com indicadores elípticos impressos que quando aplicados devem se transformar em círculo para garantir a pressão de 20–30 mmHg. Índice de pressão tornozelo/braquial (ITB) é maior ou igual a 0,8 e fornece 20–30 mmHg de compressão no tornozelo 18–25cm. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **COMPRI2 LITE /ESSITY** da empresa **HEART MEDICAL MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está **CLASSIFICADO** na avaliação deste serviço.

ITEM 23

Curativo de almofada para desbridamento mecânico, estéril, composto de fibra monofilamentares de poliester, com lado oposto revestido de poliacrilato que auxiliam na remoção de tecido inviáveis, bactérias e biofilmes, não recortável e uso único. Tamanho 10x10. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **Debrisoft Pad / LOHMANN & RAUSCHER** da empresa **SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está **CLASSIFICADO** na avaliação deste serviço.

ITEM 24

Gaze em tule de malha, com matriz polimerica vaselinada e com carboximetilcelulose, de poliester, impregnada com parafina branca, hidrofóbico, estéril, que não adere à ferida. Constituído de algodão, recortável. Indicado no tratamento de sítio doadores de enxertos de pele, úlceras de perna, úlceras de decúbito, queimaduras, cortes e abrasões. Tamanho: 10x10cm. Exigimos amostra para parecer técnico.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **LOMATUELL PRÓ / LOHMANN & RAUSCHER** da empresa **SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está **CLASSIFICADO** na avaliação deste serviço.

ITEM 25

Rede Tubular Elástica indicada para fixar curativos, compressas, curativos absorventes e medicamentos específicos sobre qualquer parte do corpo humano com listra de cores para identificação do tamanho 24% Elastodieno (recoberto com Poliamida) ambos materiais hipoalergênicos, permite seu uso diretamente sobre a pele 76% Poliamida com a metragem do produto na caixa: 10 metros em descanso e 25 metros linear esticado. tamanho 43 MM. Exigimos amostra do produto

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **REDE TUBULAR ELASTICA/ POOLFIX/POOLT** da empresa **HEART MEDICAL MATERIAL MÉDICO, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está **CLASSIFICADO** na avaliação deste serviço.

ITEM 26

Cobertura de hidrocolóide em pó, para dermatites, áreas estomais, composto de carboximetilcelulose sódica e 25% goma guar, com capacidade de absorção de umidade proveniente dos efluentes das estomias intestinais e urinárias, e tratamento de dermatites úmidas. Embalagem frasco 25g.
+/- 2cm.

Justificativa:

De acordo com a avaliação técnica o produto **BRAVA PÓ - COLOPLAST** da empresa **TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, ATENDE** ao solicitado em edital e a necessidade do órgão.

Portanto, está **CLASSIFICADO** na avaliação deste serviço.

OBS: Favor solicitar os materiais dos próximos fornecedores dos itens desclassificados, para a fase 2 do parecer.

Itabaiana, 07 de JULHO de 2025.



Coordenação SAD

Equipe:

Gleiciene Andrade Correia
Enfermeira
COREN - PB 000.915.918

Anexos

Amostras recebidas

1 - SOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR



2 - HEART MEDICAL MATERIAL MEDICO



3- TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO



4 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

