

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO
CANHOTINHO-PE

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

Processo Administrativo Nº 003/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JUCICLEIDE BORGES GOMES DA SILVA

Data de Publicação: 01/04/2026 08:59:34

LOTE 1 - ADJUDICADO - 04/05/2026 09:32:07

LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIA	Modelo: HF630M DR DIGITAL
Descrição: APARELHO DE RAO X FIXO DIGITAL Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 60KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga maior que 300 kg; Tamanho de 80 x 200 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 55 cm e Transversal de +/- 12,5 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distancia focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassi de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de - 180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura eletrostática. Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distância focal 100 a 180 cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassi (13x18 a 35x43) cm em ambas as direções (configurável na instalação); Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 0.6 mm e grosso de 1.2 mm (ou menor); Capacidade calórica			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 246.000,00	Valor Total: 246.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	101	02.799.882/0001-22	296.815,00	246.000,00		Não
2 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	895	71.256.283/0001-85	296.800,00	247.000,00	0,41	Não
3 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	622	58.598.368/0001-83	296.800,00	256.000,00	3,64	Não
4 FLORESCE MERCANTIL LTDA	932	02.143.789/0001-65	296.210,00	285.000,00	11,33	Sim
5 VMI TECNOLOGIAS LTDA	794	02.659.246/0001-03	296.000,00	296.000,00	3,86	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO
CANHOTINHO-PE**

AUTORIDADE: YONÁ PATRICIA ALVES PORTO DO NASCIMENTO