



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 08/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024
Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: BH LABORATORIOS LTDA – CNPJ:22.283.196/0001-01 - Endereço: Rua Ipiranga – CEP: 31015180 - UF: MG - Município: Belo Horizonte - Telefone: (31) 3461-6739

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 09 - FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO** em metal cromado, escala de 0 a 15 l/m, exatidão da escala de +/- 5%, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, leitura indicada no centro da esfera presença de dispositivo para adaptação de látex, garantia de perfeita vedação, botão de controle de fluxo fixado e porca borboleta com inserto em metal permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha flutuante evitando vazamentos, rosca de saída, conexões e cor padrão abnt, sistema de compensação de pressão, tampa de proteção da rosca do conector de gás em plástico maleável. As peças que compõem o fluxômetro devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no ms. Resistente a processos de limpeza (autoclavável até 134°C ou termorresistente até 93°C).

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE: FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO** - a indicação do fluxômetro para rede de oxigênio 0 - 15 lpm haoxi fl2401 é para uso médico hospitalar em unidade de terapia intensiva, sala de recuperação, sala de emergência, quartos hospitalares, pronto socorro e ambulâncias, e irá simplesmente proporcionar que o usuário ajuste a taxa de fluxo de oxigênio em l/pm (litros por minuto) determinado para o tratamento respiratório. Rosca tipo fêmea precauções não tente operar o Fluxômetro Haoxi sem prévio conhecimento ou supervisão adequada. O fluxômetro poderá ser utilizado acoplado a um ponto de saída de gases e saída de baixa pressão. Não utilize se constatar vazamento-não fume na área onde o produto é utilizado. Certifique-se que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no produto. Nunca use óleo, graxa ou hidrocarboneto especificações técnicas pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm² temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21°C fluxo máximo de gás: 15 l/min exatidão da escala: ±10% ou 0,5 l/min, o que for maior

MARCA: HAOXI

MODELO: FL2401

FABRICANTE: RIOXI



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

PROCEDÊNCIA: NACIONAL
ANVISA: 82353590002

✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual de do produto ofertado **atendem** ao solicitado no Termo de Referência, estando **habilitada** para o item.

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 09/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024
Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: BH LABORATORIOS LTDA – CNPJ:22.283.196/0001-01 - Endereço: Rua Ipiranga – CEP: 31015180 - UF: MG - Município: Belo Horizonte - Telefone: (31) 3461-6739

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 10 - FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO.** Em METAL CROMADO, ESCALA DE 0 a 15 l/m, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, botão de controle de fluxo e porca borboleta com inserto em metal, conexões e cor PADRÃO ABNT. As peças que compõem o fluxômetro devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Resistente a processos de limpeza (autoclavável ou termorresistente).

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE: FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO** - A indicação do fluxômetro ar comprimido 0 – 15 lpm haoxi fl2404 é para uso médico hospitalar em unidade de terapia intensiva, sala de recuperação, sala de emergência, quartos hospitalares, pronto socorro e ambulâncias, e irá simplesmente proporcionar que o usuário ajuste a taxa de fluxo de ar comprimido ou de oxigênio em l/pm (litros por minuto) determinado para o tratamento respiratório. Características produto não estéril. reutilizável látex free precauções não tente operar o fluxômetro haoxi sem prévio conhecimento ou supervisão adequada. O fluxômetro poderá ser utilizado acoplado a um ponto de saída de gases e saída de baixa pressão. Não utilize se constatar vazamento-não fume na área onde o produto é utilizado. Certifique-se que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no produto. Nunca use óleo, graxa ou hidrocarboneto especificações técnicas pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm² temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21°C fluxo máximo de gás: 15 l/min exatidão da escala: ±10% ou 0,5 l/min, o que for maior

MARCA: HAOXI

MODELO: FL2404

FABRICANTE: RIOXI

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

ANVISA: 82353590002

- ✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual de do produto ofertado



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

atendem ao solicitado no termo de referência, estando **habilitada** para o item 10.

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 10/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024
Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ: Documento 31.131.938/0001-74- Endereço: RUA AMERICO CARNEIRO - CEP: 58416095 - UF: PB - Município: Campina Grande - Telefone: (83) 98857-3885

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 08 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: ESTETOSCÓPIO INFANTIL** - Estetoscópio tipo PEDIÁTRICO, BIAURICULAR, AUSCULTADOR EM AÇO INOX, articulação Y sem soldas, em PVC, borracha extra macia, olivas em silicone anatômicas, ajuste automático, auscultação sensível e precisa, diafragma de alta sensibilidade. Garantia de no mínimo 12 meses. Verificado e aprovado pelo INMETRO, com registro na Anvisa.

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE: ESTETOSCÓPIO INFANTIL**
MARCA/FABRICANTE: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
MODELO: ESTETOSCÓPIO PREMIUM
ANVISA: 80275310082

- ✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual de do produto ofertado **ATENDE** ao solicitado no termo de referência, estando **habilitada** para o item.

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 11/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024

Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ: Documento 31.131.938/0001-74- Endereço: RUA AMERICO CARNEIRO - CEP: 58416095 - UF: PB - Município: Campina Grande - Telefone: (83) 98857-3885

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 07 - ESTETOSCÓPIO ADULTO

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: ESTETOSCÓPIO ADULTO** - estetoscópio tipo adulto, biauricular, auscultador em aço inox, articulação y sem soldas, em PVC, borracha extra macia, olivas em silicone anatômicas, ajuste automático, auscultação sensível e precisa, diafragma de alta sensibilidade. Garantia de no mínimo 12 meses. Verificado e aprovado pelo INMETRO, com registro na ANVISA

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE: ESTETOSCÓPIO ADULTO**

MARCA/FABRICANTE: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

MODELO: ESTETOSCÓPIO PREMIUM

ANVISA: 80275310082

- ✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual de do produto ofertado **ATENDE** ao solicitado no termo de referência, estando **habilitada** para o item

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 12/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024

Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 32.593.430/0001-50
- Endereço: Avenida Henrique Mansano - CEP: 86075000 - UF: PR - Município: Londrina -
Telefone: (43) 3339-1320

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 06 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL** - Esfigmomanômetro analógico aneróide. Uso infantil/pediátrico. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador, braçadeira em nylon, com fechamento em velcro, impermeável, higienizável e reutilizável, circunferência do braço de 13 a 15 (+/-2) cm, constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Características físicas: manômetro capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder a calibração. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Resolução: 2 mmHg. Acessórios: um manguito, uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima. Exigências técnicas ou normativas: embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS, conforme RDC 16/2013/MS-Anvisa. Ser verificado e certificado pelo INMETRO. Com garantia de 12 meses.

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL** - esfigmomanômetro analógico aneróide. Uso infantil/pediátrico. Equipamento médico-assistencial para medição de pressão arterial. Tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso de mão,



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

constituído basicamente de dispositivo indicador, braçadeira em nylon, com fechamento em velcro, impermeável, higienizável e reutilizável, circunferência do braço de 13 a 15 (+/-2) cm, constar a inscrição referente a circunferência do braço para o qual ela se destina, apresentar marcações indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra e válvula. Configuração física: manual, portátil com formato arredondado. Princípio de funcionamento: medição da pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala de mercúrio. Características físicas: manômetro capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder a calibração. Faixas de funcionamento: manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Precisão: 2 mmHg. Resolução: 2 mmHg. Acessórios: um manguito, uma pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas, rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais acessórios necessários para o completo funcionamento dos equipamentos, que não tenham sido listados acima.

FABRICANTE: WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. -CHINA, REPÚBLICA POPULAR
- ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

ANVISA:80275310022 - PROCEDENCIA: IMPORTADO

MARCA: PREMIUN INFANTIL

✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual/catálogo do produto ofertado **ATENDE** ao solicitado no termo de referência, estando a **habilitada** para o item

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 13/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024

Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: BGF COMERCIAL LTDA – CNPJ: 37.650.759/0001-20 - Endereço: Rua Paes Leme – CEP: 86010610 - UF: PR - Município: Londrina - Telefone: (43) 3251-2525

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 05 - CARRO DE EMERGÊNCIA

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: CARRO DE EMERGÊNCIA** - carro com gabinete em aço carbono e pintura eletrostática epoxi, tampo em inox liso com haste suporte de soro de altura regulável, suporte para cilindro de oxigênio; suporte para caixa de perfurocortante; 04 gavetas: sendo uma com divisórias para medicamentos, 02 para instrumentos médios e 01 gaveta para guarda de material grande (reanimador, macronebulizador, umidificador), rodas em rodízio giratórios, sendo: 02 frontais com freios; suporte giratório em 360° para apoio de desfibrilador/cardioverso travamento lateral e frontal das gavetas através de lacre, paracheque emborrachado em todo perímetro; régua filtro de linha com no mínimo 04 tomadas e extensão, tábua de massagem cardíaca em acrílico. MEDIDAS APROXIMADAS 1 m x 0,45 m x 0,80 m.

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE: CARRO DE EMERGÊNCIA** - carro com gabinete em aço carbono e pintura eletrostática epoxi, tampo em inox liso com haste suporte de soro de altura regulável, suporte para cilindro de oxigênio; suporte para caixa de perfurocortante; 04 gavetas: sendo uma com divisórias para medicamentos, 02 para instrumentos médios e 01 gaveta para guarda de material grande (reanimador, macronebulizador, umidificador), rodas em rodízio giratórios, sendo: 02 frontais com freios; suporte giratório em 360° para apoio de desfibrilador/cardioverso; travamento lateral e frontal das gavetas através de lacre, paracheque emborrachado em todo perímetro; régua filtro de linha com no mínimo 04 tomadas e extensão, tábua de massagem cardíaca em acrílico. MEDIDAS APROXIMADAS 1 m x 0,45 m x 0,80 m.
MARCA/FABRICANTE: LEVITA/LV 61/HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

MODELO: LEVITA/LV 61

ANVISA: 80970290001

✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual de do produto ofertado **ATENDE** ao solicitado no termo de referência, estando **habilitada** para o item.

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 14/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024

Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 32.593.430/0001-50
- Endereço: Avenida Henrique Mansano - CEP: 86075000 - UF: PR - Município: Londrina -
Telefone: (43) 3339-1320

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 04 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO** - Cadeira de rodas adulto para Obeso - confeccionada em aço tubular metálica com duplo x tubular central, pintura eletrostática, dobrável, em x, braços bilaterais escamoteáveis com protetor lateral de roupa incorporado, apoio de pés com altura ajustável, dobrável, removíveis a 90 graus, com sistema de travamento lateral, apoio sural tipo almofada ou fixa para panturrilha. Rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus infláveis, aro de impulsão de aço carbono, nylon ou alumínio montado com rolamento blindado, eixo removível tipo quick release com diâmetro entre 12 a 15 mm. Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de até 8 polegadas, pneus compactos anti furo e roda traseira de 24, ambas providas de rolamento blindado nos seus eixos, montadas em garfo de alumínio ou nylon, fixado em cubos dianteiro com eixo vertical posicionados com cubos de rolamento. Freios de alumínio bilaterais ajustáveis, que permitam a regulagem, com acionamento das travas para trás. placa de fixação das rodas traseiras, com sistema que permita a regulagem de altura, mudança de ângulo do assento e anteriorização ou posteriorização da mesma em até 06 posições distintas. Assento e encosto em tecido de nylon impermeável de alta resistência ou courvin, acompanhando uma almofada ortopédica, com 3 (três) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido com velcro para fixação, manoplas emborrachadas e pedais posteriores para condução por terceiros. Com apoio para braços fixo, apoio para os pés fixos. Capacidade máxima 200 kg, largura do assento: 60 cm, largura total da cadeira: 80 cm.

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO** - Cadeira de rodas adulto para Obeso - confeccionada em aço tubular metálica com duplo x tubular central, pintura eletrostática, dobrável, em x, braços bilaterais escamoteáveis com protetor lateral de roupa incorporado, apoio de pés com altura ajustável, dobrável, removíveis a 90 graus, com



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

sistema de travamento lateral, apoio sural tipo almofada ou fixa para panturrilha. Rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus infláveis, aro de impulsão de aço carbono, nylon ou alumínio de 3/4 polegadas de diâmetro com acabamento em pintura eletrostática, cubo de alumínio montado com rolamento blindado, eixo removível tipo quick release com diâmetro entre 12 a 15 mm. Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de até 8 polegadas, pneus compactos anti-furo e roda traseira de 24, ambas providas de rolamento blindado nos seus eixos, montadas em garfo de alumínio ou nylon, fixado em cubos dianteiro com eixo vertical posicionados com cubos de rolamento. Freios de alumínio bilaterais ajustáveis, que permitam a regulagem, com acionamento das travas para trás. Placa de fixação das rodas traseiras, com sistema que permita a regulagem de altura, mudança de ângulo do assento e anteriorização ou posteriorização da mesma em até 06 posições distintas. Assento e encosto em tecido de nylon impermeável de alta resistência ou courvin, acompanhando uma almofada ortopédica, com 3 (três) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido com velcro para fixação, manoplas emborrachadas e pedais posteriores para condução por terceiros. Com apoio para braços fixo, apoio para os pés fixos. Capacidade máxima 200 kg, largura do assento: 60 cm, largura total da cadeira: 80 cm.

FABRICANTE: PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL

ANVISA:80722620001 - PROCEDENCIA: NACIONAL

MODELO: CONFORT MODELO ELITE OBESO

✓ **CONCLUSÃO:** A **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do catálogo do produto ofertado **NÃO ATENDE** ao solicitado no termo de referência. A capacidade máxima é menor que a solicitada no edital.

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 15/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024
Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: Phoenix Ind e Com de Equip Cient Ltda | **Tipo:** Ltda/Eireli – **CNPJ:**44.239.382/0001-86
- Endereço: AV JACOB JORGE ABI RACHED - **CEP:** 14801970 - **UF:** SP - **Município:** Araraquara -
Telefone: (16) 3324-6600

Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 03 - AUTOCLAVE COM BARREIRA

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: AUTOCLAVE COM BARREIRA** – Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 300L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico com tubulações e conexões do conjunto hidráulico deve ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deve conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. **CERTIFICADOS:** Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela Anvisa. **EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:** Marca do fabricante e Registro no Ministério da Saúde.

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE:** Autoclave horizontal marca Luferco, modelo 39209, capacidade de 317 litros, procedência nacional, Registro ANVISA no 80004710004,



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

funciona por meio de vapor saturado, estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com 20 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna possui dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico com tubulações e conexões do conjunto hidráulico de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor em aço inoxidável. Possui bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que impossibilita o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Contem caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não excede ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Acessórios: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 01 impressora.

MARCA/FABRICANTE: Luferco/Phoenix Luferco Ltda.

MODELO: modelo 39209, capacidade de 317 litros,

ANVISA: 80004710004

✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual de do produto ofertado **ATENDE** ao solicitado no termo de referência.

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 16/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024

Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ: 31.131.938/0001-74- Endereço: RUA AMERICO CARNEIRO - CEP: 58416095 - UF: PB - Município: Campina Grande - Telefone: (83) 98857-3885

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 02 - ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA- VACUÔMETRO

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA:** ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA- VACUÔMETRO -Frasco COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO À VÁCUO (VACUÔMETRO). Tampa injetada EM NYLON, MANÔMETRO DE 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. FRASCO COLETOR DE 500 ml (diâmetro da boca do frasco coletor igual ao diâmetro interno), EM POLICARBONATO, conexão PADRÃO ABNT em rede canalizada de vácuo. Obs: compatível com processo de desinfecção em termodesinfetadora até 93°C.

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE:** ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA- VACUÔMETRO

MARCA/FABRICANTE: Rioxi Ind. Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares EIRELI

ANVISA: ANVISA: 82353590001

✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual de do produto ofertado **atendem** ao solicitado no termo de referência.

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº 17/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024

Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 32.593.430/0001-50
- Endereço: Avenida Henrique Mansano - CEP: 86075000 - UF: PR - Município: Londrina -
Telefone: (43) 3339-1320

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 01 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE 6 A 10 LITROS

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE 6 A 10 LITROS** - Deve ser montado sobre pedestal com rodízios de 3 polegadas, com freio, robustez adequada para uso profissional hospitalar, deve permitir visualização e ajuste pelo operador sem necessidade de o mesmo curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa de proteção do motor em material plástico resistente, Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP, Permite uso contínuo / intermitente com indicação no painel de controle, quando em uso intermitente, o acionamento deve ser por pedal elétrico, deve acompanhar pedal; Funcionamento através de diafragma, sem superfícies de fricção, isento de óleo; deve ter ruído máximo de 60 DBA, deve ter micro filtro na saída de ar até 0,5 micron, para evitar a difusão de bactérias para o ambiente de uso do equipamento, deve ter filtro hidrofóbico localizado antes da entrada do compressor; deve possuir vacuômetro e registro de agulha de passo fino, de alta resistência em aço inox, para ajuste de vácuo; Vácuo máximo: 21 pol.Hg; Painel de controle com indicação digital para funcionamento, modo de operação, som inibido e espera para rearme; deve ter suporte para duas cânulas (acompanha cânulas); deve ter dois frascos coletores com capacidade 3.000 ml cada um, devendo ser em plástico de alta resistência a impactos e autoclavável, com graduação em alto-relevo; Tampa do frasco de alta durabilidade, devendo ser fabricada em silicone; deve possuir alarme audiovisual com desligamento automático em caso de preenchimento do frasco; deve ser equipado com sistema de segurança que não permite o rearme enquanto o frasco estiver cheio; deve ter sistema redundante que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio; Teclas para silenciar alarme, rearme de aspiração e seleção de modo de operação; Alimentação elétrica 220 Volts-60Hz – Plugue macho no novo padrão da ABNT 4136:2002. CERTIFICADOS: Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela Anvisa. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Marca do fabricante e Registro no Ministério da Saúde.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DALICITANTE:** ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE 6 A 10 LITROS-Deve ser montado sobre pedestal com rodízios de 3 polegadas, com freio, robustez adequada para uso profissional hospitalar, deve permitir visualização e ajuste pelo operador sem necessidade de o mesmo curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa de proteção do motor em material plástico resistente, Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP, Permite uso contínuo / intermitente com indicação no painel de controle, quando em uso intermitente, o acionamento deve ser por pedal elétrico, deve acompanhar pedal; Funcionamento através de diafragma, sem superfícies de fricção, isento de óleo; deve ter ruído máximo de 60 DBA, deve ter micro filtro na saída de ar até 0,5 micron, para evitar a difusão de bactérias para o ambiente de uso do equipamento, deve ter filtro hidrofóbico localizado antes da entrada do compressor; deve possuir vacuômetro e registro de agulha de passo fino, de alta resistência em aço inox, para ajuste de vácuo; Vácuo máximo: 21 pol.Hg; Painel de controle com indicação digital para funcionamento, modo de operação, som inibido e espera para rearme; deve ter suporte para duas cânulas (acompanha cânulas); deve ter dois frascos coletores com capacidade 3.000 ml cada um, devendo ser em plástico de alta resistência a impactos e autoclavável, com graduação em alto-relevo; Tampa do frasco de alta durabilidade, devendo ser fabricada em silicone; deve possuir alarme audiovisual com desligamento automático em caso de preenchimento do frasco; deve ser equipado com sistema de segurança que não permite o rearme enquanto o frasco estiver cheio; deve ter sistema redundante que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio; Teclas para silenciar alarme, rearme de aspiração e seleção de modo de operação; Alimentação elétrica 220 Volts-60Hz – Plugue macho no novo padrão da ABNT 4136:2002.

FABRICANTE: SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL

ANVISA:82354539001 - PROCEDENCIA: NACIONAL

MARCA: ASPIRATEX

MODELO: SAM.6005 C2

✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do catálogo do produto ofertado **NÃO ATENDE** ao solicitado no termo de referência. O Painel do Controle solicitado é com indicação digital, o que difere do ofertado.

RAPHAEL HENRIQUE PEDROSA MADRUGA
COORDENADOR DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE