



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº XXX/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024

Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: MEDSTARK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ: 42.192.699/0001-89 - Endereço: PC PROFESSOR JOAQUIM GARCIA SALVADOR - CEP: 07122200 - UF: SP - Município: Guarulhos - Telefone: (11) 98641-0245

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 15 - SERRA PERFURADORA ÓSSEA DRILL

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: SERRA PERFURADORA ÓSSEA DRILL** -
Perfurador: Pneumático, canulado e autoclavável. Com turbina motora de no mínimo 30.000 RPM e com acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Mandril de aperto rápido em aço inox e com ajuste de 0 a 6,5 mm canulado, para brocas, com velocidade de trabalho de 0 a 1.000 RPM. Mandril de alto torque com ajuste de 0 a 10 mm para utilização de fresas e raspas, com velocidade de trabalho de 0 a 250 RPM. Possui sistema de reversão e trava de segurança. Serra óssea: Pneumática, confeccionada em material leve, resistente e autoclavável, com turbina motora de no mínimo 24.000 RPM e com acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Possui sistema de trava de segurança. Acessórios: 01 caixa de esterilização; 01 passa fio cirúrgico de no mínimo 1,0 mm de diâmetro; 01 adaptador/conector tipo jacobson; 06 brocas com diâmetro entre 1,6 mm a 6,0 mm aproximadamente; 06 lâminas em aço inox; 01 válvula de pressão para nitrogênio ou ar comprimido medicinal; mangueiras, conectores, adaptadores e todos os demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE: SERRA PERFURADORA ÓSSEA DRILL** -
Perfurador: Pneumático, canulado e autoclavável. Com turbina motora de no mínimo 30.000 RPM e com acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Mandril de aperto rápido em aço inox e com ajuste de 0 a 6,5 mm canulado, para brocas, com velocidade de trabalho de 0 a 1.000 RPM. Mandril de alto torque com ajuste de 0 a 10 mm para utilização de fresas e raspas, com velocidade de trabalho de 0 a 250 RPM. Possui sistema de reversão e trava de segurança. Serra óssea:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Pneumática, confeccionada em material leve, resistente e autoclavável, com turbina motora de no mínimo 24.000 RPM e com acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Possui sistema de trava de segurança. Acessórios: 01 caixa de esterilização; 01 passa fio cirúrgico de no mínimo 1,0 mm de diâmetro; 01 adaptador/conector tipo jacobs; 06 brocas com diâmetro entre 1.6 mm a 6,0 mm aproximadamente; 06 lâminas em aço inox; 01 válvula de pressão para nitrogênio ou ar comprimido medicinal; mangueiras, conectores, adaptadores e todos os demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento.

MARCA: MACOM FABRICANTE: REY TECH

MODELO: RY-90000 (PERFURADOR E SERRA)

ANVISA/MS: 81838249001

NOME COMERCIAL: PERFURADOR ÓSSEO CANULADO PNEUMÁTICO / SERRA ÓSSEA PNEUMÁTICA – MAX TRUSTANVISA:

✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do manual de do produto ofertado **ATENDE** ao solicitado no termo de referência, estando **habilitada** para o item



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico nº XXX/2024

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024
Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- CNPJ: 33.068.320/0001-32 - Endereço: Rua Graça Aranha - CEP: 83321020 - UF: PR - Município: Pinhais - Telefone: (41) 3699-4237

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 01 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE 6 A 10 LITROS

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE 6 A 10 LITROS** - Deve ser montado sobre pedestal com rodízios de 3 polegadas, com freio, robustez adequada para uso profissional hospitalar, deve permitir visualização e ajuste pelo operador sem necessidade de o mesmo curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa de proteção do motor em material plástico resistente, Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP, Permite uso contínuo / intermitente com indicação no painel de controle, quando em uso intermitente, o acionamento deve ser por pedal elétrico, deve acompanhar pedal; Funcionamento através de diafragma, sem superfícies de fricção, isento de óleo; deve ter ruído máximo de 60 DBA, deve ter micro filtro na saída de ar até 0,5 micron, para evitar a difusão de bactérias para o ambiente de uso do equipamento, deve ter filtro hidrofóbico localizado antes da entrada do compressor; deve possuir vacuômetro e registro de agulha de passo fino, de alta resistência em aço inox, para ajuste de vácuo; Vácuo máximo: 21 pol.Hg; Painel de controle com indicação digital para funcionamento, modo de operação, som inibido e espera para rearme; deve ter suporte para duas cânulas (acompanha cânulas); deve ter dois frascos coletores com capacidade 3.000 ml cada um, devendo ser em plástico de alta resistência a impactos e autoclavável, com graduação em alto-relevo; Tampa do frasco de alta durabilidade, devendo ser fabricada em silicone; deve possuir alarme audiovisual com desligamento automático em caso de preenchimento do frasco; deve ser equipado com sistema de segurança que não permite o rearme enquanto o frasco estiver cheio; deve ter sistema redundante que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio; Teclas para silenciar alarme, rearme de aspiração e seleção de modo de operação; Alimentação elétrica 220 Volts-60Hz – Plugue macho no novo padrão da ABNT 4136:2002. CERTIFICADOS: Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela Anvisa. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Marca do fabricante e Registro no Ministério da Saúde.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

- ✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DALICITANTE:** O aspirador cirúrgico é indicado para aspirar sangue/secreções, podendo ser utilizado em hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, ambulâncias entre outros. O equipamento produz vácuo através do acionamento do compressor de diafragma ou pistão. Cânula atóxica biocompável conforme NBR ISO 10993-1, com formato anatômico com furação de controle próxima a empunhadura. Frasco e tampa reutilizáveis e autoclaváveis à 134°C. Totalmente isento de óleo com baixo ruído. Vacuômetro com faixa de leitura 0 à -300mmHg/ 0 à -760mmHg. Potência do motor: 1/4CV. Alça para transporte. Alimentação bivolt (127/220V ± 10%) - seleção automática. Acionamento por botão liga/desliga. Grau de proteção Ip22. Acessórios: 02 Cânulas de uso único produzida em Polieseno (PS). 02 Frascos de policarbonato graduado, com capacidade de 5 litros. 02 Tampas com válvula de segurança an-ansbordamento. 01 Mangueira com filtro hidrofóbico. 01 Mangueira autoclavável. 01 Filtro interno. 01 Cabo de alimentação padrão IEC. 01 Manual de operação. 01 Certificado de garantia. 02 Fusíveis extras.
Anvisa 81941119002
Fabricado de acordo com as normas aplicáveis:
• ABNT NBR IEC 60601-1:2016 • ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
• ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 • ABNT NBR IEC 60601-1-9:20
- ✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do catálogo do produto ofertado **NÃO ATENDE** ao solicitado no termo de referência. O Painel do Controle solicitado é com indicação digital, o que difere do ofertado.