



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

Parecer técnico

Processo Administrativo nº 056/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2024
Da: Secretaria Municipal de Saúde | Para: Comissão de Licitação

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação, analisamos a conformidade das propostas em relação ao pedido inicial consignado no Pregão Eletrônico nº 008/2024 e as documentações técnicas.

Empresa: ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI Rua: Av. São Paulo, S/N, QD-06, LT-05, Sala 02, "ao lado da galeria São Paulo," Setor Vila Brasília, cidade Aparecida de Goiânia, estado de Goiás
CEP: 74.905-770 Telefone: (62) 3251-6992 CNPJ: 24.103.721/0001-95 - Email: idsolucoes2@gmail.com

- Quanto à conformidade da proposta da licitante em relação ao seguinte item do Pregão Eletrônico nº 008/2024:

ITEM Nº 01 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE 6 A 10 LITROS

✓ **DESCRIÇÃO DO ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL DE 6 A 10 LITROS** - Deve ser montado sobre pedestal com rodízios de 3 polegadas, com freio, robustez adequada para uso profissional hospitalar, deve permitir visualização e ajuste pelo operador sem necessidade de o mesmo curvar-se; deve possuir alça de empunhadura para fácil locomoção do aparelho; deve ter caixa de proteção do motor em material plástico resistente, Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP, Permite uso contínuo / intermitente com indicação no painel de controle, quando em uso intermitente, o acionamento deve ser por pedal elétrico, deve acompanhar pedal; Funcionamento através de diafragma, sem superfícies de fricção, isento de óleo; deve ter ruído máximo de 60 DBA, deve ter micro filtro na saída de ar até 0,5 micron, para evitar a difusão de bactérias para o ambiente de uso do equipamento, deve ter filtro hidrofóbico localizado antes da entrada do compressor; deve possuir vacuômetro e registro de agulha de passo fino, de alta resistência em aço inox, para ajuste de vácuo; Vácuo máximo: 21 pol.Hg; Painel de controle com indicação digital para funcionamento, modo de operação, som inibido e espera para rearme; deve ter suporte para duas cânulas (acompanha cânulas); deve ter dois frascos coletores com capacidade 3.000 ml cada um, devendo ser em plástico de alta resistência a impactos e autoclavável, com graduação em alto-relevo; Tampa do frasco de alta durabilidade, devendo ser fabricada em silicone; deve possuir alarme audiovisual com desligamento automático em caso de preenchimento do frasco; deve ser equipado com sistema de segurança que não permite o rearme enquanto o frasco estiver cheio; deve ter sistema redundante que interrompe a aspiração em caso de frasco



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho S/N, Centro, Santa Rita/PB – CEP 58300-220

cheio; Teclas para silenciar alarme, rearme de aspiração e seleção de modo de operação; Alimentação elétrica 220 Volts-60Hz – Plugue macho no novo padrão da ABNT 4136:2002. CERTIFICADOS: Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela Anvisa. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Marca do fabricante e Registro no Ministério da Saúde.

✓ **EXTRATO DA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DALICITANTE:** ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL BOMBA A VÁCUO CIRÚRGICA ASPIRADORA, COM ALTA POTÊNCIA DE SUÇÃO E BAIXO RUÍDO PROJETADA PARA UM FUNCIONAMENTO SIMPLES, SATISFAZENDO AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL QUE EXIGE QUALIDADE E SEGURANÇA APARELHO MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODÍZIOS E TRAVAS, ALÉM DISSO POSSUI TAMBÉM ALÇA PARA TRANSPORTE QUE FACILITA O SEU DESLOCAMENTO PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTA AO NORMAL VAZÃO/FLUXO 60 LITROS POR MINUTO MOTOR 1 /4 LEITURA VACUÔMETRO 0 A 76 CMHG 30 POLHG) AJUSTE DE VÁCUO 0 A 635 MMHG 30 POLHG) ALIMENTAÇÃO 127 220 VOLTS (BIVOLT AUTOMÁTICO) CONSUMO DE ENERGIA APROXIMADAMENTE 341 W PROTETOR TÉRMICO SIM CORRENTE 2 4 A EM 127 VOLTS E 1 25 A EM 220 VOLTS ROTAÇÕES 1 750 RPM TIPO COMPRESSOR PISTÃO OSCILANTE LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO TAMPÃO DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA MATERIAL FRASCO TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL (RESISTENTE A IMPACTOS) CÚPULA CHAPA DE AÇO PLÁSTICO REFORÇADO FILTRO BACTERICIDA ACOMPANHA EM TODOS OS MODELOS SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO 2- FRASCOS COLETOR DE 3,25L CADA 1- PEDAL MONTADO LIGA/DESLIGA 2- CANULA SEMI-CURVA S/ESFERA UND 6,00 2.921,00 17.526,00 MODELO: 1001VF-PE2+PEDAL+2 CANULAS.

FABRICANTE: NSR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ANVISA: 80112550003

MARCA: NEVONI.

✓ **CONCLUSÃO:** A descrição da proposta da licitante e do catálogo do produto ofertado **NÃO ATENDE** ao solicitado no termo de referência. O Painel do Controle solicitado é com indicação digital, o que difere do ofertado.