



PARECER JURÍDICO CONSULTIVO

RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. INATENDIMENTO TÉCNICO. INOBSERVÂNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM. PROCEDÊNCIA.

Restou solicitado Parecer Jurídico com a finalidade de subsidiar decisão em sede de recurso aviado nos autos no Processo Licitatório nº 145/2025, Pregão Eletrônico nº 038/2025, que teve como objeto o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DR JOSE ALVENTINO LIMANO NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO-PE, com recursos oriundos da EMENDA PARLAMENTAR nº 27180003.

Após a admissão de proposta apresentada pela empresa **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** (doravante recorrida), a licitante concorrente **TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME** (doravante chamada de recorrente) apresentou recurso administrativo onde alega, resumidamente, que o produto ofertado para fins de atendimento ao ITEM 11 do certame não cumpre as especificações técnicas exigidas pela Editalidade.

In casu, o Edital buscou adquirir o seguinte item:

ITEM		DESCRIÇÃO	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 1 A 20 LPM VALVULA DE SEGURANÇA: SIM FRASCO: TERMOPLÁSTICO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT BAT DE LÍTIO RECARREGÁVEL SUPORTE C/ RODÍZIOS: NÃO PORTÁTIL ATÉ 3,5KG GRAU PROTEÇÃO: IP22 VÁCUO: 0 A 620mmHg	1	R\$ 3.948,00	R\$ 3.948,00

Em razão de tal descrição, a recorrente alega que a recorrida ofertou o equipamento de marca e modelo **MRM/ASPIRAVIDA 81293579001**, que não atenderia as especificações exigidas pela Editalidade em razão do seguinte:

- Os modelos ASPIRAVIDA possuem variantes (MRM 300; MRM 300 C; MRM 300 C2; MRM 400; MRM 400 C; MRM 400 C2; MRM 500 C; MRM 500C2; MRM 600; MRM 600 C2;
- Apesar de não ter especificado o modelo ofertado, nenhum dos equipamentos atende ao exigido;
- O **MRM/ASPIRAVIDA 300**: NÃO POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL; APRESENTA GRAU DE PROTEÇÃO IP20; APRESENTA UM PESO DE 5KG, E 11KG COM CARGA MÁXIMA, diferindo dos modelos 300C e 300 C2, em razão do peso destes, que é ainda maior;



- 4) O **MRM/ASPIRAVIDA 400**: NÃO POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL; APRESENTA GRAU DE PROTEÇÃO IP20; POSSUI FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 36 LITROS POR MINUTO; APRESENTA UM PESO DE 6KG, E 11KG COM CARGA MÁXIMA, diferindo dos modelos 400C e 400 C2, em razão do peso destes, que é ainda maior;
- 5) O **MRM/ASPIRAVIDA 500**: APRESENTA GRAU DE PROTEÇÃO IP20; POSSUI FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 36 LITROS POR MINUTO, diferindo dos modelos 500C e 500 C2, em razão do peso destes, que é ainda maior;
- 6) O **MRM/ASPIRAVIDA 600**: NÃO POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL; APRESENTA GRAU DE PROTEÇÃO IP20; POSSUI FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 60 LITROS POR MINUTO; APRESENTA UM PESO DE 6KG, diferindo dos modelos 600C e 600 C2, em razão do peso destes, que é ainda maior.

A recorrente aduz, por fim, que é a terceira colocada no certame, e ao contrário da recorrida, teria apresentado o equipamento Marca MD-MODELO DV-350, que atenderia as especificações do Edital.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A questão é de simples solução, pois deve ser aplicado o **princípio da vinculação ao instrumento editalício**, e neste caso, invocando-se o art. 59, II da Lei nº 14.133/2021, que assim impõe:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

(...)

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

(...)

O catálogo do fabricante **MRM HOSPITALAR LTDA** se encontra disponível no [link https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351843836202347/?numeroRegistro=81293579001](https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351843836202347/?numeroRegistro=81293579001), e traz tabelas resumidas que, de fato indicam o descumprimento das especificações técnicas apontadas no edital, senão vejamos os pontos abaixo e em destaque:

MODELOS E ESPECIFICAÇÕES ELETRICO SEM BATERIA

Nome Técnico: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Nome Comercial: ASPIRAVIDA

Modelos Comerciais: MRM300 / MRM300C / MRM300C2

ANVISA Nº: 81293579001



DESCRIÇÃO	MRM-300	MRM-300C	MRM-300C2
Tensão Alimentação	115 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 115v ou 220v ou Bivolt Automático	115 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 115v ou 220v ou Bivolt Automático	115 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 115v ou 220v ou Bivolt Automático
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Baixo consumo aproximado	186 W	186 W	186 W
Potência Máxima de Entrada	1/4 hp – 290 VA	1/4 hp – 290 VA	1/4 hp – 290 VA
Corrente Máxima de Entrada/Saída (A)	1,3 A – 4,6 A	1,3 A – 4,6 A	1,3 A – 4,6 A
Classe de Isolamento do Motor	F	F	F
Pressão máxima do compressor	40 lbf/pol ²	40 lbf/pol ²	40 lbf/pol ²
Vazão/Vácuo máximo do vacuômetro	24 l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg	24 l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg	24 l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg
Rotação do Motor	em 60 Hz = 1750 rpm	em 60 Hz = 1750 rpm	em 60 Hz = 1750 rpm
Litros Reservatório	0 a 5 litros	0 a 5 litros	0 a 10 litros
Carro suporte em pintura eletrostática ou inox	Não, apenas suporte do frasco em pintura eletrostática ou inox.	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)
Peso aproximado	5kg	8kg	9kg
Dimensões do equipamento aproximado (cm) L x C x A	18x45x23	45x45x80	45x45x80
Ruído do equipamento até	50dB	50dB	50dB

(...)

MODELOS E ESPECIFICAÇÕES ELETRICO SEM BATERIA

Nome Técnico: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Nome Comercial: ASPIRAVIDA

Modelos Comerciais: MRM400 / MRM400C / MRM400C2

ANVISA N°: 81293579001



DESCRIÇÃO	MRM-400	MRM-400C	MRM-400C2
Tensão Alimentação	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Baixo consumo aproximado	186 W	186 W	186 W
Potência Máxima de Entrada	1/3 hp – 290 VA	1/3 hp – 290 VA	1/3 hp – 290 VA
Corrente Máxima de Entrada/Saída (A)	1,3 A – 4,6 A	1,3 A – 4,6 A	1,3 A – 4,6 A
Classe de Isolamento do Motor	F	F	F
Pressão máxima do compressor	40 lbf/pol ²	40 lbf/pol ²	40 lbf/pol ²
Vazão/Vácuo máximo do vacuômetro	36l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg	36l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg	36l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg
Rotação do Motor	em 60 Hz = 1750 rpm	em 60 Hz = 1750 rpm	em 60 Hz = 1750 rpm
Litros Reservatório	0 a 5 litros	0 a 5 litros	0 a 10 litros
Carro suporte em pintura eletrostática ou inox	Não, apenas suporte do frasco em pintura eletrostática ou inox.	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)
Peso aproximado	6kg	9kg	10kg
Dimensões do equipamento aproximado (cm) L x C x A	18x45x23	45x45x80	45x45x80
Ruído do equipamento até	50dB	50dB	50dB

(...)

MODELOS E ESPECIFICAÇÕES ELETRICO COM BATERIA

Nome Técnico: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Nome Comercial: ASPIRAVIDA

Modelos Comerciais: MRM500 / MRM500C / MRM500C2

ANVISA Nº: 81293579001



DESCRIÇÃO	MRM-500	MRM-500C	MRM-500C2
Tensão Alimentação	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Baixo consumo aproximado	186 W	186 W	186 W
Potência Máxima de Entrada	1/3 hp – 290 VA	1/3 hp – 290 VA	1/3 hp – 290 VA
Corrente Máxima de Entrada/Saída (A)	1,3 A – 4,6 A	1,3 A – 4,6 A	1,3 A – 4,6 A
Carregador AC/DC	110-240 / 12,8v – 1A	110-240 / 12,8v – 1A	110-240 / 12,8v – 1A
Classe de Isolamento do Motor	F	F	F
Vazão/Vácuo máximo do vacuômetro	36l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg	36l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg	36l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg
Rotação do Motor	em 60 Hz = 1750 rpm	em 60 Hz = 1750 rpm	em 60 Hz = 1750 rpm
Litros Reservatório	0 a 5 litros	0 a 5 litros	0 a 10 litros
Carro suporte em pintura eletrostática ou inox	Não, apenas suporte do frasco em pintura eletrostática ou inox.	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)
Peso aproximado	3,5kg	7kg	8kg
Dimensões do equipamento aproximado (cm) L x C x A	18x45x23	45x45x80	45x45x80
Ruído do equipamento até	50dB	50dB	50dB

(...)

MODELOS E ESPECIFICAÇÕES ELETRICO SEM BATERIA

Nome Técnico: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Nome Comercial: ASPIRAVIDA

Modelos Comerciais: MRM600 / MRM600C / MRM600C2

ANVISA Nº: 81293579001



DESCRIÇÃO	MRM-600	MRM-600C	MRM-600C2
Tensão Alimentação	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático	110 - 220Vc.a. Podem ser utilizados na voltagem 110v ou 220v ou Bivolt Automático
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Baixo consumo aproximado	186 W	186 W	186 W
Potência Máxima de Entrada	1/2 hp – 290 VA	1/2 hp – 290 VA	1/2 hp – 290 VA
Corrente Máxima de Entrada/Saída (A)	1,3 A – 4,6 A	1,3 A – 4,6 A	1,3 A – 4,6 A
Classe de Isolamento do Motor	F	F	F
Pressão máxima do compressor	40 lbf/pol ²	40 lbf/pol ²	40 lbf/pol ²
Vazão/Vácuo máximo do vacuômetro	80l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg	80l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg	80l/min/760mmhg/-1bar /-30polhg /-90kpa/76cmhg
Rotação do Motor	em 60 Hz = 1750 rpm	em 60 Hz = 1750 rpm	em 60 Hz = 1750 rpm
Litros Reservatório	0 a 5 litros	0 a 5 litros	0 a 10 litros
Carro suporte em pintura eletrostática ou inox	Não, apenas suporte do frasco em pintura eletrostática ou inox.	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)	Sim (4 ou 5 rodízios com freios 1 a 6 polegadas)
Peso aproximado	6kg	9kg	10kg
Dimensões do equipamento aproximado (cm) L x C x A	18x45x23	45x45x80	45x45x80
Ruído do equipamento até	50db	50dB	50dB

Aparentemente, o modelo MRM 500 atenderia as exigências quanto à ser equipado com bateria e pesar até 3,5kg, entretanto, **TODOS OS MODELOS OFERECEM GRAU DE PROTEÇÃO IP20**, não atendendo ao Edital neste tocante. Confira o que se lê às fls. 25 do catálogo:

Classificação de acordo coma IEC 60601-1	
Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento Classe I
Grau de proteção contra choque elétrico	Parte Aplicada Tipo BF
Partes aplicadas consideradas	Cânulas de aspiração
Grau de proteção IP20	2 (Proteção contra penetração de partículas sólidas)
	0 (Proteção contra penetração de líquidos)
Modo de Operação	Contínuo
Uso em ambiente rico em oxigênio	Não adequado



Por fim entendo que a oferta de um aparelho com fluxo de aspiração superior ao exigido não macula a proposta, outrossim, se mostra evidente que **NENHUM DOS MODELOS DISPONIBILIZADOS NO MERCADO PELA FABRICANTE MRM HOSPITALAR LTDA SERVEM AO ATENDIMENTO DA EDILIDADE**, notadamente quanto à **AUSÊNCIA DE OFERTA MÍNIMA DO GRAU DE PROTEÇÃO IP22** exigido no Edital.

Do exposto, levando em conta os argumentos aqui trazidos, **OPINO** pelo **PROVIMENTO PARCIAL DOS ARGUMENTOS RECURSAIS TRAZIDOS PELA TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME (CNPJ/MF nº 10.728.371/0001-48)** para que seja **DESCCLASSIFICADA A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (CNPJ/MF nº 32.593.430/0001-50) QUANTO AO ITEM 11.**

É o parecer. S.M.J.

Belém do São Francisco/PE, em 20 de fevereiro de 2026.


Francisco ~~Guilherme~~ Gonçalves Mendes.
Assessoria Jurídica