

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024

RELATÓRIO ACERCA DA ANÁLISE DO MANUAL DE EQUIPAMENTO


ITEM 015 – OFTALMOSCÓPIO

Após análise da PROPOSTA ao item 015 – ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 33.068.320/0001-32 – conforme ranking do processo, disponível no portal de compras públicas. Informado produto da marca/fabricante “DOCTOR DEVICES”, conforme proposta. No que se refere às especificações técnicas do equipamento apresentado na proposta pela empresa, conforme explícito no manual, o equipamento não atende todas as especificações técnicas solicitadas no Termo de Referência, pois a lâmpada de LED deveria ser de até 7.500 lux e o equipamento não possui base carregadora.

Após análise feita, julgamos o equipamento como **inaadequado** para a contratação, autorizando ao pregoeiro dar seguimento ao processo.

Afrânio/PE, 14 de outubro de 2024.

Atenciosamente,


GLEND KATHERINE SILVESTRE CAVALCANTI
EMFERMEIRA
Matrícula 9290