

PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA

Recebemos para análise a Proposta de Preços da licitante DUALMED (M.M. DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI), inscrita no CNPJ sob o nº 33.921.374/0001-07, que apresentou a melhor proposta econômica na dispensa em epígrafe para o **ITENS 01, 02, 04 e 06** registrando, por oportuno, que não cabe a esse setor a análise de valores de lances ofertados.

Com base nos documentos analisados, seguem os aspectos técnicos e a análise entre a proposta da arrematante e o edital do **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 046/2024**:

DA PROPOSTA ARREMATANTE:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CADEIRA DE BANHO

Edital:

Tipo Construtivo: Dobrável, estrutura em aço carbono.

Acabamento: Pintura eletrostática.

Capacidade Máxima: Até 140 kg.

Apoios: Braços e pés removíveis.

Rodas: Pneus traseiros infláveis até 24".

Freios: Presentes.

Registro ANVISA obrigatório.

Proposta:

Modelo: Dellamed D40.

Estrutura: Atende ao especificado (dobrável, aço carbono, acabamento em pintura eletrostática).

Capacidade: Até 140 kg, conforme exigido.

Apoios e Rodas: Removíveis e com pneus traseiros infláveis de até 24".

Registro ANVISA: Confirmado, válido e compatível com o produto ofertado.

CAMA HOSPITALAR

Edital:

Material: Estrutura tubular em aço carbono.

Capacidade: Até 300 kg.

Componentes: Cabeceira e peseira removíveis, grades escamoteáveis, rodízios com freios.

Características adicionais: Posições Trendelemburg, reverso e posição cadeira.

Colchão compatível incluso.

Registro ANVISA obrigatório.

Proposta:

Modelo: Dellamed DX2.

Estrutura e Capacidade: Em aço carbono, capacidade para 300 kg.

Componentes e Ajustes: Inclui cabeceira e peseira removíveis, grades escamoteáveis e altura ajustável.

Posições: Atende aos ajustes solicitados (Trendelemburg, reverso e posição cadeira).

Colchão compatível: Confirmado.

Registro ANVISA: Obrigatório e válido.

CADEIRA DE RODAS:

A empresa não enviou catálogo e não discriminou as especificações técnicas. Apenas copiou o edital na descrição.

ENCOSTO – COXIM DE USO HOSPITALAR

A empresa não enviou catálogo e não discriminou as especificações técnicas. Apenas copiou o edital na descrição.

REGISTRO DO PRODUTO

Edital: Exige registro na ANVISA para produtos aplicáveis.

Proposta: apresenta registro ANVISA nº 80795950045 para a cadeira de banho e registro ANVISA nº 80795950048 para a cama hospitalar.

GARANTIA

Edital: Solicita garantia mínima de 12 meses.

Proposta: garante 12 meses para ambos os itens, conforme especificado.

MODELO, MARCA E FABRICANTE

CADEIRA DE BANHO: Modelo Dellamed D40; Marca/Fabricante Dellamed S.A.

CAMA HOSPITALAR: Modelo Dellamed DX2; Fabricante Dellamed S.A.

CONCLUSÃO

Os itens da proposta Dualmed para **CADEIRA DE BANHO E CAMA HOSPITALAR**, atendem tecnicamente as demandas do edital.

Em confronto com a proposta apresentada pela empresa, no que concerne à minha avaliação, os itens acima satisfazem plenamente as exigências do edital e seus anexos, restando assim **CLASSIFICADA**.

No que diz respeito aos itens **CADEIRA DE RODAS E COXIM**, falta toda a descrição técnica. Portanto, em confronto com a proposta apresentada pela empresa, no que concerne à minha avaliação, os itens **CADEIRA DE RODAS E COXIM** não satisfazem plenamente as exigências do edital e seus anexos, restando assim **DESCCLASSIFICADA**.

Petrolina – PE.

VANDO DA CONCEIÇÃO BEZERRA
GERENTE