



SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

Com base nos documentos analisados, seguem os aspectos técnicos e a comparação entre a proposta da Alexandre de Alencar Lopes ME e o Pregão Eletrônico nº 086/2024:

ITENS ANALISADOS: CADEIRA DE RODAS ADAPTADA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A análise técnica do documento não demonstra todas as especificações exigidas no descritivo:

Largura do assento e total aberta: atende ao solicitado.

Profundidade do assento e altura do encosto: **Não consta na proposta e nem no catálogo.**

Tipo de quadro (fechamento em duplo X): atende ao solicitado.

Material do quadro (alumínio): atende ao solicitado.

Peso total da cadeira e capacidade de peso: atende ao solicitado.

GARANTIA

Garantia mínima: **como a empresa copiou o edital, não consta na proposta e nem no catálogo.**

MODELO, MARCA E FABRICANTE

Modelo e marca (Sol Plus e CDS) confirmados na proposta, mas no edital pede as marcas ORTOBRAS ou ORTHOMED. **Não condiz com o edital.**

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Registro ANVISA: **Não consta na proposta e nem no catálogo.**

CONCLUSÃO

Com base no conteúdo do documento fornecido, não é possível confirmar que a cadeira Sol Plus atende integralmente aos critérios estabelecidos, já que diversas especificações não foram mencionadas. Portanto, não atende a demanda judicial.

Petrolina – PE, 06 de Janeiro de 2025.

VANDO DA CONCEIÇÃO BEZERRA
GERENTE



SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

Com base nos documentos analisados, seguem os aspectos técnicos e a comparação entre a proposta da JT COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA e o Pregão Eletrônico nº 086/2024:

ITENS ANALISADOS: CADEIRA DE BANHO, PARAPODIUM INFANTIL, CADEIRA DE RODAS INFANTIL, CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, COLCHÃO PNEUMÁTICO.

A contratação em questão está diretamente relacionada ao cumprimento de uma demanda judicial, o que impõe maior rigor no atendimento às especificações técnicas previstas no edital.

Foi estabelecido a apresentação de documentação técnica que comprovasse a compatibilidade e a adequação dos itens ofertados em relação às especificações detalhadas no Termo de Referência. Este requisito visa assegurar a veracidade das informações declaradas no processo licitatório e prevenir a entrega de bens inadequados. No entanto, o fornecedor vencedor não apresentou, até o presente momento:

Catálogos técnicos ou manuais que comprovem as especificações dos produtos ofertados;

Documentação complementar que demonstre a adequação às normas técnicas aplicáveis.

Portanto, considerando que não foram atendidas as exigências de envio das informações obrigatórias, conforme previsto no edital, e que tal omissão compromete o cumprimento da demanda judicial, desqualifico o fornecedor vencedor do certame.

Petrolina – PE, 06 de Janeiro de 2025.

VANDO DA CONCEIÇÃO BEZERRA
GERENTE



SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

Com base nos documentos analisados, seguem os aspectos técnicos e a comparação entre a proposta da SAFRA INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALAR LTDA e o Pregão Eletrônico nº 086/2024:

ITENS ANALISADOS: CAMA HOSPITALAR COM GRADE MANUAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Ambos utilizam tubular de aço carbono, atendendo ao requisito do edital.

Tipo: A proposta SAFRA apresenta manivelas escamoteáveis em inox, característica adicional que significa uma melhoria técnica.

Rodízios: A proposta detalha freios de dupla ação em diagonal e diâmetro dos rodízios (75 mm), não mencionado no edital, mas é considerado também uma melhoria técnica.

Capacidade de Carga: Ambos suportam até 300 kg, conforme especificado.

Dimensões: Coincidem (2,00 x 0,90 m).

Cabeceira e Peseira: A proposta cumpre o requisito com poliuretano injetado, atendendo às exigências do edital.

Grades Laterais: A proposta oferece grades em aço inox, uma melhoria em relação à descrição genérica do edital.

Regulagem de Altura: A proposta detalha o intervalo (55 cm a 75 cm), que está em conformidade.

Funções Adicionais: A proposta acrescenta movimentos fowler e semi-fowler, além dos solicitados (trendelemburg, reverso e posição cadeira), o que é um diferencial positivo.

Acessórios: Ambos incluem colchão compatível.

GARANTIA

A proposta garante 12 meses a partir da entrega, conforme especificado.

MODELO, MARCA E FABRICANTE

Modelo: SA-4006M, marca: SAM MEDIC, fabricante: SAM MEDIC.

Os dados de modelo e marca estão claros e são compatíveis com o solicitado no edital.



PREFEITURA DE
PETROLINA

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Registro ANVISA: Apresentado e válido (nº 82354530005).

CONCLUSÃO

A proposta encontra-se tecnicamente adequada, documentalmente regular e totalmente alinhada às exigências do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 086/2024. Portanto, a referida proposta está aprovada para fornecimento da cama hospitalar com grade manual (Modelo: SA-4006M, marca: SAM MEDIC, fabricante: SAM MEDIC), com vistas ao cumprimento da demanda judicial vinculada.

Petrolina – PE, 06 de Janeiro de 2025.

VANDO DA CONCEIÇÃO BEZERRA
GERENTE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AAC0-F64B-FA55-13F4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VICTORIA CORCINO FERNANDES (CPF 109.XXX.XXX-81) em 21/02/2025 13:55:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VANDO DA CONCEIÇÃO BEZERRA (CPF 072.XXX.XXX-40) em 24/02/2025 11:16:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/AAC0-F64B-FA55-13F4>