

DECISÃO/ATA

Processo nº **14887/2025** referente à
**AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO
HOSPITALAR “COLPOSCÓPIO” PARA
O HOSPITAL NOSSO SENHOR DO
BONFIM**, nesta cidade de Silvânia.

JUSTIFICATIVA

- ✓ Conforme determina a Lei 14.133/21 e suas posteriores atualizações, é dispensável a licitação:

“Art. 75, inciso VIII - para contratação nos casos de emergência ou de calamidade pública, que possa ocasionar prejuízo ou que possam comprometer a continuidade dos serviços públicos”.

DIANTE DO EXPOSTO

O presente procedimento de requisição da Senhora Secretária Municipal de Saúde, em respeito da necessidade de **AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HOSPITALAR “COLPOSCÓPIO” PARA O HOSPITAL NOSSO SENHOR DO BONFIM**.

- ✓ A Empresa **C.A. HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.457.348/0001-04 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 29 de setembro de 2025**, no valor global de **R\$ 38.224,00** (trinta e oito mil duzentos e vinte e quatro reais).
- ✓ A Empresa **PERFIL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.430.036/0001-33 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 26 de setembro de 2025**, no valor global de **R\$ 38.368,00** (trinta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais).
- ✓ A Empresa **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.065.614/0001-38 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 02 de outubro de 2025**, no valor global de **R\$ 35.844,56** (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

- ✓ A Empresa **CLINICA HOPE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.796.307/0001-77 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 01 de outubro de 2025**, no valor global de **R\$ 49.199,00 (quarenta e nove mil cento e noventa e nove reais)**.
- ✓ A Empresa **MAGNOLIA PRODUTOS HOSPITALARES**, inscrita no CNPJ nº 58.030.106/0001-18 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 02 de outubro de 2025**, no valor global de **R\$ 42.950,00 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais)**.
- ✓ A Empresa **BIO CERRADO MEDICA**, inscrita no CNPJ nº 33.664.265/0001-43 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 02 de outubro de 2025**, no valor global de **R\$ 47.245,00 (quarenta e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais)**.

Tendo em vista que o valor apresentado através da cotação nº **3461**, da dispensa de licitação **R\$ 41.971,76 (quarenta e um mil novecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)**, portanto inferior ao valor máximo atribuído à realização de processo licitatório, sendo que o mesmo é dispensável quando o valor não atingir o previsto na lei, nota-se que a modalidade buscada é absolutamente adequada ao objeto do presente procedimento.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos presentes.

O presente processo apresenta todos os requisitos legais tais como objeto, prazo, condições dos licitantes, recursos orçamentários, documentação necessária, juntamente com parecer desta comissão com seu posterior julgamento para formalização da minuta do contrato. Foi solicitado a documentação das empresas que ofertaram os menores valores por item, sendo que da análise da documentação apresentada, verificou-se que as empresas acima especificadas atendem aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, estando regular perante os órgãos competentes, nos termos da legislação aplicável. Dessa forma, considerando a regularidade da proposta e o cumprimento das exigências legais, declara-se os vencedores conforme planilha abaixo:

SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 06.065.614/0001-38, estabelecida na Não Informado, JARDIM AMÉRICA, GOIANA, PE, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	Colposcópio 3x de aumento variável, inclusos a 3ª ocular e Braço Pantográfico (trinocular) específico para exames de colposcopia com aumento de 7x, 14x e 25x. Cabeçote produzido em alumínio, Sistema de Iluminação: Responsável por iluminar todo o campo de operação em um diâmetro de 80mm e sendo capaz de produzir aproximadamente 7000 LUX de intensidade luminosa, Oculares do Colposcópio variável em 3X, com três aumentos diferentes, pedestal de Inox que possibilita a retirada completa do conjunto cabeçote, pedestal tubular Com pintura eletrostática, base com 5 rodízios em aço carbono e pintura eletrostática, com acessórios inclusos da terceira ocular e braço pantográfico. Seletor de tensão de operação automático: 127/220V. 50/60 Hz. Potência máxima de consumo (VA): 127V = 8,9 - 220V = 11. Fusíveis: (2 – T 500mA / Sem retardo) 250V. Iluminação LED (SMD): 18W 12Vdc. Temperatura da cor: 6500K (branca fria). Filtros de luz: Verde e Azul. Distância Focal (mm): 300. Micro regulagem (mm): 40. Campo de visão (mm): 18. Ângulo de rotação do Cabeçote: 360°. Registrado na ANVISA e com no mínimo 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.		1	UN	35.844,56	35.844,56
TOTAL DO FORNECEDOR.:						35.844,56

Diante do exposto **apresento PARECER FAVORÁVEL** ao presente procedimento.

De acordo com a documentação apresentada, tem autuado o processo de Dispensa de Licitação em favor da Empresa acima mencionada.

Silvânia/GO, 07 de outubro de 2025.

VERÔNICA MARTINS DOS SANTOS
Agente de Contratação