

DECISÃO/ATA

Processo nº 16476/2025 referente à
**AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS
PARA MEDIR E CONTROLAR A
QUANTIDADE DE OXIGÊNIO
UTILIZADO NO HOSPITAL NOSSO
SENHOR DO BONFIM**, nesta cidade de
Silvânia.

JUSTIFICATIVA

- ✓ Conforme determina a Lei 14.133/21 e suas posteriores atualizações, é dispensável a licitação:

*“Art. 75, II - II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;” **DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024- atualiza valor para R\$ 62.725,59.***

DIANTE DO EXPOSTO

O presente procedimento de requisição da Senhora Secretária Municipal de Saúde, em respeito da necessidade de **AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA MEDIR E CONTROLAR A QUANTIDADE DE OXIGÊNIO UTILIZADO NO HOSPITAL NOSSO SENHOR DO BONFIM**.

- ✓ A Empresa **C.A. HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.457.348/0001-04 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 20 de outubro de 2025**, no valor global de **R\$ 9.631,00** (nove mil seiscientos e trinta e um reais).
- ✓ A Empresa **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.065.614/0001-38 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 22 de outubro de 2025**, no valor global de **R\$ 8.619,50** (oito mil seiscientos e dezenove reais e cinquenta centavos).

- ✓ A Empresa **ALFALAGOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.194.502/0001-14 **APRESENTOU proposta via cotação no dia 21 de outubro de 2025**, no valor global de **R\$ 19.595,00 (dezenove mil quinhentos e noventa e cinco reais)**.

Tendo em vista que o valor apresentado através da cotação nº 3612, da dispensa de licitação **R\$ 12.615,16 (doze mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos)**, portanto inferior ao valor máximo atribuído à realização de processo licitatório, sendo que o mesmo é dispensável quando o valor não atingir o previsto na lei, nota-se que a modalidade buscada é absolutamente adequada ao objeto do presente procedimento.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos presentes.

O presente processo apresenta todos os requisitos legais tais como objeto, prazo, condições dos licitantes, recursos orçamentários, documentação necessária, juntamente com parecer desta comissão com seu posterior julgamento para formalização da minuta do contrato. Foi solicitado a documentação das empresas que ofertaram os menores valores por item, sendo que da análise da documentação apresentada, verificou-se que as empresas acima especificadas atendem aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, estando regular perante os órgãos competentes, nos termos da legislação aplicável. Dessa forma, considerando a regularidade da proposta e o cumprimento das exigências legais, declara-se os vencedores conforme planilha abaixo:

SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 06.065.614/0001-38, estabelecida na Não Informado, JARDIM AMÉRICA, GOIANA, PE, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com manômetro e fluxômetro, corpo em latão cromado, pressão de entrada: Máximo 200 kgf/cm², pressão de saída: 3,5 ± 0,3 kgf/cm², escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²), pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200 Kgf/cm², válvula de alívio (segurança): 7,0 ± 0,3Kgfc/m², válvula de pressão variável: Faixa de trabalho 0 – 8 kgf/cm², conexões de entrada e saída conforme norma ABNT NBR 11.725.		20	UN	332,86	6.657,20
TOTAL DO FORNECEDOR .:						6.657,20

C.A. DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES EIRELI ME pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 26.457.348/0001-04, estabelecida na AV. GRAÇA ARANHA, JARDIM NOVA ERA, APARECIDA DE GOIÂNIA, GO, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/2	Fluxômetro para oxigênio ECO adonizado alumínio. Fluxômetro para rede canalizada com corpo em metal anodizado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, Sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e roscas de entrada/saída conforme padrão ABNT.		30	UN	57,40	1.722,00
TOTAL DO FORNECEDOR .:						1.722,00

Valor total da contratação: 8.379,20

Diante do exposto **apresento PARECER FAVORÁVEL** ao presente procedimento.

De acordo com a documentação apresentada, tem autuado o processo de Dispensa de Licitação em favor da Empresa acima mencionada.

Silvânia/GO, 29 de outubro de 2025.

VERÔNICA MARTINS DOS SANTOS
Agente de Contratação