



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 1277/2026 MUNICÍPIO DE SILVÂNIA -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2026.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, AUTOMÁTICO (CPAP), PARA A PACIENTE M. P. D.

O(A) SECRETARIA DA SAÚDE do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, GO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o que dispõe a Legislação vigente, e os demais atos administrativos: RESOLVE:

ADJUDICAR as empresas:

SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 06.065.614/0001-38, estabelecida na Não Informado, JARDIM AMÉRICA, GOIANA, PE, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA AUTOMÁTICO (CPAP) COM UMIDIFICADOR INTEGRADO Descrição: Equipamento médico para tratamento de Apneia Obstrutiva do Sono, com funcionamento de ajuste automático de pressão (APAP). Modos de Funcionamento: Deve operar em modo de pressão fixa (CPAP) e modo automático (APAP/AutoSet), ajustando a pressão ciclo a ciclo conforme a necessidade respiratória do paciente. Faixa de Pressão: Configurável entre 4 e 20 cmH2O. Alimentação Elétrica: Fonte externa Bivolt Automático (100V – 240V), compatível com redes elétricas de 110V e 220V sem necessidade de transformadores adicionais. Umidificação: Deve possuir umidificador aquecido integrado ou acoplável ao equipamento, com controle de nível de umidade ajustável e câmara de água lavável. Recursos de Conforto: Alívio Expiratório: Tecnologia que reduz a pressão no momento da exalação para facilitar a respiração do paciente. Rampa: Recurso de rampa automática ou ajustável (0 a 45 minutos) para início do sono com pressão mais baixa. Acionamento: Recurso de ligar/desligar automático ao detectar a respiração do usuário (SmartStart/Stop). Gerenciamento de Dados: Deve possuir capacidade de armazenamento de dados de eficácia clínica (IAH - Índice de Apneia e Hipopneia, vazamento de máscara e horas de uso) via Cartão de Memória (SD Card) ou transmissão de dados sem fio, permitindo a leitura de relatórios médicos. Nível de Ruído: Operação silenciosa (inferior a 30 dBA). Acessórios Inclusos no Item: Bolsa de transporte, filtro de ar (já instalado ou sobressalente), fonte de energia e manual do usuário em português. Registro: Equipamento com registro vigente na ANVISA. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses para a unidade principal.		1	Unidade	4.540,00	4.540,00
1/2	TUBO DE AR (TRAQUEIA/CIRCUITO) Descrição: Tubo flexível para condução de fluxo de ar. Compatibilidade: Deve ser compatível com o equipamento CPAP ofertado no Item 01. Características: Material leve, flexível e durável, com conectores padrão (mencionar diâmetro se houver preferência, padrão usual é 15mm ou 22mm), comprimento mínimo de 1,80 metros para permitir mobilidade no leito.		1	Unidade	90,72	90,72



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 1277/2026 MUNICÍPIO DE SILVÂNIA -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2026.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/3	MÁSCARA NASAL (INTERFACE) Descrição: Interface para acoplamento do CPAP ao paciente. Tipo: Máscara de modelo Nasal (podendo ser do tipo almofadas nasais ou nasal cobrindo o nariz), conforme melhor adaptação anatômica. Material: Almofada fabricada em silicone de grau médico ou gel (macio e hipoalergênico). Não serão aceitas máscaras de acrílico rígido ou materiais que causem lesões por pressão. Fixação: Deve acompanhar fixador cefálico (arnês/headgear) ajustável, em tecido macio e respirável. Tamanho: O fornecedor deve disponibilizar o tamanho adequado ao paciente (P, M ou G) ou fornecer modelo "FitPack" que inclua todos os tamanhos de almofada na mesma embalagem. Registro: Produto com registro vigente na ANVISA.		1	Unidade	370,00	370,00
TOTAL DO FORNECEDOR .:						5.000,72

PUBLIQUE - SE

SILVÂNIA, 04 de fevereiro de 2026

JAYNE DE OLIVEIRA
042.446.781-07
SECRETARIA DA SAÚDE