Processo Administrativo n.º 10.370/2026

ANEXO I

MINUTA PROPOSTA COMERCIAL

À equipe de apoio/pregoeiro,

O licitante _____ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de Pregão Eletrônico **nº** _____**/2025** e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R$** _____ (valor por extenso).

1. DO OBJETO:

1.1. Registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos novos, destinados ao atendimento das necessidades da Rede de Saúde Bucal e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como à estruturação dos consultórios odontológicos a serem inaugurados nos bairros Vila Odete e África, no município de Itatiaia/RJ, com recursos provenientes das emendas impositivas nº 01, nº 09 e nº 12 ao projeto de lei nº 767/2025, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado no **ANEXO II** que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe;

2. DO PRAZO E DA ENTREGA:

2.1.O objeto deverá ser entregue de acordo com o ANEXO II – Termo de Referência.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Registro / Notificação ou dispensa ANVISA	Marca / Modelo	Preço Unitário Máximo Admitido (R$)	Preço Total do Lote Máximo Admitido (R$)
01	01	02	un	**APARELHO RAIOS X:** Tipo Aparelho: Coluna Base Móvel; Aplicação: Uso Odontológico; Tensão Alimentação: 110/220 V; Amperagem: Corrente No Tubo			9.955,38	19.910,76

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Entre 7 E 9 MA; Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp; Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado; Potência: Potência Aparente 1200 VA.				
02	01	02	un	**APARELHO DE LASER ODONTOLÓGICO:** CARACTERISTICAS: Tensão de alimentação 90-240V. Peça de mão 0,18kg. Peso de suporte da peça de mão 0,21kg, 21cm (altura)x 3 cm (largura)x 5 cm (profundidade), dimensão do suporte de peça de mão 11cm (altura)x 6 cm (largura)x 19cm (profundidade) Diametro da fibra de 600um, alimentação bateria de Li-ion 7,6 v/700MA, autonomia de bateria em só com carga total de 04 horas, tempo para carga completa 60-120 minutos, alimentação carregador de bateria Ve 100-220 V~/50-60 Hz/Vs 9 V/1,2 A, emissor de luz laser semicondutor (GaA 1 As InGaAIP), área de feixe laser de saída no bico da caneta laser 3mm2, comprimento de onda 660nm (laser vermelho) e 808nm (laser infravermelho). Pontas autoclaváveis, compacto e portátil. Kit de fibras para PDT, ILIB com laser vermelho e infra-vermelho.			5.198,65	10.397,30
03	01	02	un	CUBA ULTRASSÔNICA- Especificações técnica: Capacidade total: 2,5 litros (2,1 litros úteis) Com frequência ultrassônica: 42 kHz e Potência: 160W (110V) / 170W (220V). com Temporizador: 180s, 280s, 380s, 480s, 90s e Dimensões internas: 24,8 x 8 x 14,8 cm.Voltagem: 127V ou 220V (escolha na finalização da compra). Acompanhar cesto, cabo de energia e manual de instruções. Deve possuir **5 ciclos de limpeza programados/Função aquecimento**			1.186,47	2.372,94
04	01	10	un	**CADEIRA CLÍNICA -mocho:** Aplicação: Odontologia; Material: Tubo De Aço; Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi; Tipo De Assento:			735,94	7.359,40

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Assento Giratório E Altura Regulável; Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura; Tipo De Pés: Com 5 Rodizíos; Acionamento: A Gás; Inclinação Encosto: Encosto Regulagem Horizontal; Cor 6 unidades – verde água 2 unidades a combinar.				
05	01	08	un	**CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIO X:** Material opaco, polipropileno ou acrílico preto de alta densidade. Uso: Portátil; Componente: Abertura C/ Angulagem adequada para entrada das mãos. Visor Fotoprotetor acrílico na cor vermelha ou ambar. Com três ou mais cubas funcionais resistentes a agentes químicos corrosivos dos líquidos radiográficos. Com Luvas Removíveis (para assepsia). Dimensão:340mm de comprimento, 230mm de altura e 230 mm de largura.			341,44	2.731,52
06	01	20	un	**CANETA ALTA ROTAÇÃO:** Torque normal. Jato quádruplo Sistema de anti-retração para impedimento de refluxo Fixação de brocas por PUSHButton Rolamento de cerâmica – apoiados em anéis de borracha Rotação máxima: 400.000RPM a 450.000 RPM Esterilizável a 135° com conexão Borden			733,64	14.672,80
07	01	02	un	**DESTILADOR ÁGUA:** Capacidade: 4 L/H; Voltagem: 127/220 V; Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60/Aplicação: Uso Odontológico e material aço inoxidável.			1.115,16	2.230,32
08	01	10	un	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZADOR:** Tipo: Fotopolimerizador; Irradiancia/;faixa entre 1200mW/cm2 a 2000 mW/cm2 Ponta de fibra optica Tecnologia LED- espectro de 385 a 515 nanometros. Design wireless Ponteira fina de 8 a 10 mm com rotação de 360 graus			1.481,70	14.817,00

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Corpo sólido com construção de alumínio aeroespacial ou Material de alta resistência Bateria de lítio Recarga rápida				
09	01	01	un	**CUBA ULTRASSôNICA**: lavadora ultrassônica com tanque com capacidade de 6 (seis) litros, ondas de alta frequência uniformemente distribuídas no interior do tanque, visor de LED digital com indicação de tempo de funcionamento em pelo menos 2 cores. Ajuste de tempo de funcionamento referente ao tempo de limpeza de 1 a 30 minutos. Opção de lavagem com água aquecida. Possui aquecedor de cerâmica e ventoinha de arrefecimento e recurso de desgaseificação, válvula de drenagem para esvaziamento. Iluminação de Led interna. Monofasica/bifasico Potencia de 310w (220v)/ 290w (127v), Frequencia ultrassonica: 35000 Hz Dimensão de tanque: 33x21x10cm O tanque deve comportar em seu interior instrumental de ate 34cm. Material do tanque de aço inoxidavel. Possuir configuração de aqueciemnto de temperatura: 40C **a 60C.** **Peso liquido de até 6kg.**			4.242,37	4.242,37
10	01	15	un	**CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO E CONTRA-ANGULO** Sistema PuShButton, autoclavável ate 135 graus, sistema de refrigeração interno, transmissão 1:1, rolamento de cerâmica ou de aço de alta qualidade. Conexão/ acoplamento com sistema INTRA universal Borden 2 furos Velocidade e torque de até 20.000 – 40.000 RPM.			583,54	8.753,10
11	01	05	un	**COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO;** capacidade reservatório: volume interno 100 litros Pressão de trabalho: mínima de 80 PSI e máxima de 120			4.318,77	21.593,85

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				PSI Potência 2HP Vazão mínima de 180l/min Pressão máxima 140lbf/pol2 Isento óleo/uso odontológico Tanque pintura interna anticorrosiva/ Nível de ruido reduzido Voltagem: 220V Segmento profissional Componentes adicionais: válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água;				
12	01	03	un	**CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:** acoplado ou kart, braço do equipo flex pneumático, 1 seringa triplice, 1 terminal para alta rotação Borden, 1 terminal para baixa rotação Borden, pedal progressiva para acionamento das pontas, bandeja única em inox, sistema antirefluxo, válvula antiretração, filtro para resíduos sólidos reservatório de água dos instrumentos. Tipo Refletor: Led; on e off no pedal, material: polímero injetado Tipo Unidade Auxiliar: Cuba de poliester removível na cor branca, 1 sugadores e 1 seringa; Cadeira: estofamento em PVC, 3 posições de trabalho programáveis, volta zero automático, cabeceira articulada, braço direito fixo, posição de emergência, articulação do assento e encosto.			22.500,63	67.501,89
13	01	04	un	MO**TOR ROTATÓRIO DE ENDODONTIA**: **Modo Rotatório e Reciprocante:** -rotação contínua (360°) e movimento reciprocante (sentido horário/anti-horário). **Com controle de Torque Ajustável** (geralmente de 0.5 a 5.0 N.cm).Com c**ontrole de Velocidade-**(de120 a 1000 RPM) para compatibilidade com diversos sistemas de limas. Com função a**uto-Reverse..Possuir um Mini Contra-Ângulo com rotação de 360 graus. Peça de**			4.374,78	17.499,12

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				mão leve e SEM FIO. Contra-ângulo Autoclavável				
14	01	02	un	**INCUBADORA E TESTE BIOLOGICO:** capacidade de 06 indicadores, com temperatura de 60 graus, tensão 127/220v bivolt, frequência de 50/6-HZ. Potencia 10watts. Carenagem: plástico ABS. TAMPA: Poliestireno. Diametro do bloco/;1,5 polegadas. Bloco de aquecimento- alumínio. Dimensões: 90Ax90Lx90C			191,70	383,40
15	01	02	un	**COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO;** capacidade reservatório: volume interno de 200 litros- PARA 04 consultorios. Potencia: 4.0HP Pressão de trabalho: mínima de 80 PSI e máxima de 120 PSI Vazão mínima efetiva aproximadamente 350- 400 l/min ->13PCM Isento óleo Tanque pintura interna anticorrosiva/ Nível de ruido reduzido Voltagem: 220V Componentes adicionais: válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água;			8.262,20	16.524,40
16	01	01	un	**AUTOCLAVE**; 75 litros, digital, tipo horizontal , voltagem: bivolt , câmera interna aço inoxidável AIS 304, secagem automática. Potencia 2.1KW			10.101,02	10.101,02
17	01	01	un	**PRENSA HIDRAULICA** para prótese: Força de pressão de 04 toneladas, dimensão 40x40 cm			2.317,94	2.317,94
18	01	04	un	**LOCALIZADOR APICAL: dimensões 10x09x14cm.** Bivolt, frequencia 50/60HZ BATERIA: 3,7v 750mA Tela lcd: 4,5''			1.790,00	7.160,00

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

Processo Administrativo n.º 10.370/2026

Observações:

a. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BNC e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

b. As marcas eventualmente citadas neste anexo deverão ser consideradas apenas como parâmetro. Devendo os licitantes apresentar as marcas dos itens que se propõem a entregar, observadas as exigências mínimas constantes do presente anexo e, **quando aplicável,** o número do registro na ANVISA/MS ou o comprovante de isenção ou de dispensa de registro;

c. A existência de preços registrados não obriga a contratante à(s) aquisição(s) que deles poderão advir, as quais somente serão efetivadas mediante a emissão de Ordem(s) de Fornecimento(s) respectiva(s).

d. Os produtos acima deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e dentro das especificações solicitadas.

e. O objeto deverá ser entregue na Central Geral de Abastecimento, situada na Rua Dois, Lote 1 da Quadra E-1, Loteamento Casal Garcia II, Campo Alegre, Itatiaia/RJ, no horário das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais, com a devida ciência do responsável, no prazo de até **15 (quinze) dias corridos** após o recebimento da solicitação de entrega;

f. A validade da proposta será de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data da sessão pública do Pregão;

g. O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete, bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.).

_____

(Local e data)

_____

(Nome/assinatura do representante Legal)

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230