



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PEDIDO  
DE  
ESCLARECIMENTO**



**- DABI ATLANTE**



2 25/042111# 962  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - RJ AQUISIÇÃO CONSULTÓRIO  
ODONTOLÓGICO Externa Caixa de entrada

Isabel Cristina Xavier <isacrisxav@yahoo.com.br>  
para mim, saude@novaiguacu.rj.gov.br

09:16 (há 6 horas)

Senhores

Bom dia  
PREGÃO 90010/2025 - 14/10/25

Por gentileza, poderia encaminhar essa sugestão ao Setor Odontológico. Para que esse órgão possa adquirir um consultório com garantia de estar montado, com assistência técnica e com características que possam auxiliar no dia a dia do cirurgião dentista.

Isabel  
DABI ATLANTE  
31 988797030

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail



semus cpl <semus.cpl@novaiguacu.rj.gov.br>  
para Isabel

10:12 (há 5 horas)

Bom dia, conforme descrito e especificado no Termo de Referência e nos itens elencados no Edital, o que se pretende adquirir de fato é apenas a Cadeira Odontológica e **não** Consultório.

Ressaltamos que somos obrigados a usar o CATMAT disponibilizado pelo Compras.gov para cadastrar nossas compras, portanto, em alguns casos acontece da nomenclatura estar diferente, porém deverá sempre ser seguido o que se pede no Edital e seus anexos;

Att;



Isabel Cristina Xavier  
para mim

12:50 (há 3 horas)

Boa tarde!

Então seria interessante colocar o descritivo do que realmente pretendem adquirir.

O que está no edital remete a um consultório...


**Cadeira Odontológica. Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática. Tipo Revestimento: Pvc S/ Costuras na cor verde. Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada. Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor. Equipos: Equipos Acoplados, Bandeja, 3 Terminais Borden. Tipo Refletor: Led. Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa**

Também não entendemos a razão de adquirir 46 cadeira avulsas... vide foto...

Favor reavaliar.



CONSULTÓRIO



CADEIRA AVULSA

**CONSULTÓRIO BÁSICO****CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR E MOCHO.**

**CADEIRA ODONTOLÓGICA:** Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso. Sistema construtivo ambidestro, que possa ser montado para destro ou canhoto; Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, capacidade de elevação de 200 kg. Caixa de ligação integrada base da cadeira, otimizando espaço dentro do consultório; Botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Braços de apoio para o paciente, sendo um fixo e outro com abertura lateral em 90°; comando de pé único incorporado a base traseira da cadeira dotado de joystick para os movimentos de subida/descida do assento/encosto; tecla para três posições de trabalho programáveis pelo operador, com memorização do status do refletor; tecla para volta a zero; para ligar e desligar o refletor alternando a intensidade luminosa em diferentes níveis de lux; Estofamento da cadeira revestido em PVC sem costura, com capa protetora para os pés. Encosto de cabeça bi-articulado; botão vermelho com Led de parada de emergência de todos os movimentos da cadeira; Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. **EQUIPO**

**ODONTOLÓGICO:** acoplado à cadeira, com movimentação horizontal e regulagem mecânica de altura; sistema construtivo ambidestro; corpo do equipo com tampo de inox, removível; Equipo para até 5 terminais, contendo: 01 Seringa tríplex; 01 terminal borden para micromotor; 01 terminal borden para alta rotação; sistema de desinfecção da linha do alta rotação através de válvula anti-refluxo; pedal de comando único, redondo, de acionamento progressivo dos instrumentos. **UNIDADE DE ÁGUA ODONTOLÓGICA**

acoplada à cadeira, abertura lateral em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório; sistema construtivo ambidestro; Com dois sugadores, sendo um Terminal Sugador tipo venturi a ar e outro Terminal Sugador tipo alta potência. Cuba: em porcelana ou cerâmica branca, profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Reservatórios de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplex instalado e para o sistema de desinfecção, instalado sob a unidade auxiliar. **REFLETOR ODONTOLÓGICO:** monofocal com sistema óptico com um led; espelho multifacetado com tratamento multicoating, gera luz sem produzir calor, intensidades de luz programáveis na faixa de 8.000 a 35.000 lux através de comando localizado no pedal da cadeira; dupla proteção do espelho, removível, confeccionado em policarbonato transparente frontal/traseiro, para melhor proteção do espelho e facilitar a higienização; cabeçote totalmente fechado com giro de 620° para a direita e para a esquerda; puxadores bilaterais ergonômicos, com fácil pega pelo CD/Auxiliar para o direcionamento do feixe de luz; coluna de fixação e braços articuláveis com movimento horizontal e vertical.

**MOCHO ODONTOLÓGICO** com elevação do assento a gás, e o de descida pressionado pelo peso do usuário e amortecido por gás pressurizado; base com

---

cinco rodízios duplos fixados nas extremidades do pedestal, em formato pentagonal; assento, encosto e capa do encosto estofados anatomicamente, com espuma de alta resistência revestido em PVC.

APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA O REGISTRO NO MS/ ANVISA, CERTIFICADO INMETRO, MANUAL DO USUÁRIO, CATÁLOGO/FOLDER. INFORMAR MARCA, MODELO, FABRICANTE.

Garantia de 12 meses. Deve estar incluso a montagem do consultório.

Indicar assistência técnica autorizada pelo fabricante