



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ERRATA 01

PREGÃO Nº 003/CPL/SEMUS/2025 (90.007/2025)

ASSUNTO: AJUSTE DE REDAÇÃO

CONCENTRADOR DOMICILIAR FIXO

Onde se lê:

DESCRIÇÃO
Concentrador domiciliar fixo; entrada de energia: 110w; potência média de consumo: 280 watts; som 43dba/45dba; pureza de oxigênio: mínima 93% (variação +/-3%); capacidade: 5 litros/ minuto; pressão de saída: 5,5 psi. ou concentrador domiciliar fixo; entrada de energia: 100w; potência de média de consumo: 600w; som 45dba/49 dba; pureza de oxigênio: 92% (variação+/-4%); capacidade: 10l; pressão de saída: 10-33psi. Sistema de alarme: dispositivo audiovisual ou áudio ou visual que acuse a diminuição (abaixo de 85%) de concentração de oxigênio na falta de energia elétrica e fluxo de gás interrompido.

Leia-se:

DESCRIÇÃO
Concentrador domiciliar fixo; entrada de energia: 110v; potência média de consumo: 280 watts; som 43dba/45dba; pureza de oxigênio: mínima 93% (variação +/-3%); capacidade: 5 litros/ minuto; pressão de saída: 5,5 psi. ou concentrador domiciliar fixo; entrada de energia: 100v; potência de média de consumo: 600w; som 45dba/49 dba; pureza de oxigênio: 92% (variação+/-4%); capacidade: 10l; pressão de saída: 10-33psi. Sistema de alarme: dispositivo audiovisual ou áudio ou visual que acuse a diminuição (abaixo de 85%) de concentração de oxigênio na falta de energia elétrica e fluxo de gás interrompido.

Tal alteração de descrição deverá ser considerada no Edital e em todos os seus Anexos.

Nova Iguaçu, 21 de novembro de 2025.

Davidson Pereira Lugão
Pregoeiro - CPL/SEMUS
Matrícula: 60/730.893-5
(ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO)