
Solicitação de Esclarecimento (025/2026)

1 mensagem

Licitardigital - Plataforma De Compras <nao-resposta@licitardigital.com.br>

5 de outubro de 2026 às 23:38

Para: gc003@recife.pe.gov.br

SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA enviou uma solicitação **Esclarecimento** para o processo Nº 025/2026, Pregão Nº 025/2026 .

Solicitação: O item 19 descreve "indicador biológico, terceira geração, autocontido, ampola com meio de cultura, resposta em 3 horas, com indicador químico e controle de processo, pacote para teste". Pergunta-se: (a) o item é o indicador biológico autocontido unitário ou um pacote desafio/PCD já montado com o indicador? (b) será aceito indicador biológico autocontido com meio de cultura, leitura por mudança de cor e resposta em até 3 horas, que atenda à ISO 11140-1?

[Clique aqui para ver mais detalhes](#) .

Solicitação de Esclarecimento (025/2026)

1 mensagem

Licitar Digital - Plataforma De Compras <nao-resposta@licitardigital.com.br>
Para: gc003@recife.pe.gov.br

5 de outubro de 2026 às 23:40

SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA enviou uma solicitação **Esclarecimento** para o processo Nº 025/2026, Pregão Nº **025/2026**.

Solicitação: Ao(à) Agente de Contratação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2026-GC-SEPLAG-003 (ID 112945) – Prefeitura do Recife A SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.734.681/0001-75, interessada em participar do certame, solicita os seguintes esclarecimentos: 1. LOTE 19 – INDICADOR BIOLÓGICO O item descreve "indicador biológico, terceira geração, autocontido, ampola com meio de cultura, *Bacillus stearothermophilus*, resposta em 3 horas, para esterilização a vapor, com indicador químico e controle de processo, pacote para teste". Pergunta-se: (a) O item é o indicador biológico autocontido unitário ou um pacote desafio/PCD já montado com o indicador biológico? (b) Será aceito indicador biológico autocontido com meio de cultura, leitura por mudança de cor e resposta em até 3 horas, que atenda à norma ISO 11140-1? 2. PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA (Anexo B, item B.1.3.1) O edital exige validade mínima de "75% da validade total de 2 anos (dezoito meses)". Pergunta-se qual é o critério correto: 75% de 24 meses ou 75% de 18 meses? A regra se aplica aos lotes 19, 20 e 21? 3. LOTE 21 – DETERGENTE ENZIMÁTICO O item pede detergente "a base de amilase, protease, lipase e carboidrase". Sendo amilase e celulase enzimas do grupo das carboidrases, pergunta-se se será aceito detergente enzimático contendo protease, amilase, lipase e celulase, com registro na ANVISA, em galão de 5 litros.

[Clique aqui para ver mais detalhes](#).