

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90933/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 678,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

2 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 678,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (66)

3 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Sem Isolamento, Comprimento Corte: Cerca De 20MM, Fio Guia: C/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411 **Quantidade Mínima Cotada:** 411

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 713,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

4 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Sem Isolamento, Comprimento Corte: Cerca De 20MM, Fio Guia: C/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 713,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (137)

5 - Instrumental p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Extração De Cálculo, Tipo Ponta: Cesta (Basket) Hexagonal, Tipo Fio: 4 Fios De Aço, Diâmetro Ponta: Cerca De 35MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.862,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 238

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (119)

6 - Instrumental p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Extração De Cálculo, Tipo Ponta: Cesta (Basket) Hexagonal, Tipo Fio: 4 Fios De Aço, Diâmetro Ponta: Cerca De 35MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.862,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (39)

7 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente II: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 499,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (126)

8 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 499,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (42)

9 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 224

Quantidade Mínima Cotada: 224

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 448

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (224)

10 - Agulha Biópsia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via Endoscópica Material Agulha: Liga Metálica, Tipo: Cortante - Fnb, Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 8 Cm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 140 Cm, Material Cateter: Polímero, Peça De Mão: Manopla, Componente: Seringa E Torneirinha 2 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.173,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (52)

11 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 605,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

12 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Duplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Agulha, Comprimento Corte: Cerca De 15MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 706,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

13 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptfé, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (145)

14 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Esofágica, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido Parcialmente C/ Silicone, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 20MM, Comprimento: De 8 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.394,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

15 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Para Acalásia, Material: Polímero, Dimensão Balão: 30 A 40 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 5MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 100CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: C/ 3 Marcas Radiopacas, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,047", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.339,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (36)

16 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 16 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 812,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

17 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Estenose De Cólon, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 20 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 230CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 712,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48)