

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90183/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Circuito Respiratório

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 5 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 60, 60, 60, 60, 40CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 253 **Quantidade Mínima Cotada:** 253

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 359,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 506

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (253)

2 - Circuito Respiratório

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 5 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 60, 60, 60, 60, 40CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 359,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (84)

3 - Circuito Respiratório

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 2 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150, 150CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 338 **Quantidade Mínima Cotada:** 338

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 259,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 676

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (338)

4 - Circuito Respiratório

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 2 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150, 150CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 259,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (112)

**5 - Circuito respiratório**

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 1 Traqueia, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150CM, Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: C/ Linha Proximal Dupla P/ Sensor De Fluxo, Compatibilidade: C/ Ventilador De Transporte, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 461

**Quantidade Mínima Cotada:** 461

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 388,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 922

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (461)

**6 - Circuito respiratório**

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 1 Traqueia, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150CM, Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: C/ Linha Proximal Dupla P/ Sensor De Fluxo, Compatibilidade: C/ Ventilador De Transporte, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 153

**Quantidade Mínima Cotada:** 153

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 388,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 306

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (153)

**7 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: S/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 477

**Quantidade Mínima Cotada:** 477

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 954

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (477)

**8 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: S/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 159

**Quantidade Mínima Cotada:** 159

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 318

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (159)

**9 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: S/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 913,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (120)

**10 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: S/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 913,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (39)

**11 - Circuito Respiratório**

**Descrição Detalhada:** Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 5 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 60, 60, 60, 60, 40CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 186

**Quantidade Mínima Cotada:** 186

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 337,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 372

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (186)

**12 - Tubo corrugado - traqueia**

**Descrição Detalhada:** Tubo Corrugado - Traqueia Modelo: Ramo Único, Matéria Prima: Silicone, Característica Adicional: Parte Interna Lisa, Adicional: Conectores Em Ambas Extremidades, Diâmetro Interno: 22MM, Comprimento: Cerca De 120CM, Compatibilidade 1: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Quantidade Mínima Cotada:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 230,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 92

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (46)

**13 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Diafragma / Membrana, Função: P/ Cassete Expiratório, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 384

**Quantidade Mínima Cotada:** 384

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 768

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (384)

**14 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Diafragma / Membrana, Função: P/ Cassete Expiratório, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 133

**Quantidade Mínima Cotada:** 133

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 178,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 266

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (133)

**15 - Sensor para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 228

**Quantidade Mínima Cotada:** 228

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 264,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 456

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (228)

**16 - Sensor para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 506

**Quantidade Mínima Cotada:** 506

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 155,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1012

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (506)

**17 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Diafragma / Membrana, Função: P/ Cassete Expiratório, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 81

**Quantidade Mínima Cotada:** 81

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 162

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (81)

**18 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Material: Polímero, Tipo 2: Válvula Ajustável De Limite De Pressão (Apl), Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 58

**Quantidade Mínima Cotada:** 58

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 116

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (58)

**19 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: S/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 447

**Quantidade Mínima Cotada:** 447

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 115,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 894

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (447)

**20 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Material: Plástico, Tipo 1: Base De Encaixe Da Válvula De Exalação, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 49

**Quantidade Mínima Cotada:** 49

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.251,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (49)

**21 - Sensor para equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tamanho: Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 49

**Quantidade Mínima Cotada:** 49

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 576,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (49)

**22 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Válvula De Exalação, Componentes: S/ Diafragma / Membrana, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 805,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (62)

**23 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Diafragma Silicone, Função: Válvula De Exalação, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar, Dimensão: 30MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 267

**Quantidade Mínima Cotada:** 267

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 273,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 534

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (267)

**24 - Peça Equipamento Médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Diafragma / Membrana, Função: P/ Cassete Expiratório, Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 265

**Quantidade Mínima Cotada:** 265

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 530

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (265)