

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90226/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 30MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	820	Quantidade Mínima Cotada:	820
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1640
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (820)		

2 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 30MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	399	Quantidade Mínima Cotada:	399
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	798
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (399)		

3 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 30MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	273	Quantidade Mínima Cotada:	273
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	546
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (273)		

4 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 30MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	132	Quantidade Mínima Cotada:	132
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	264
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (132)		

5 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 591,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (42)