

De: Setor de Almoxarifado


Para: Setor de Compras

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Solicitamos a aquisição dos MATERIAL INDICADOR BIOLÓGICO PARA USO DO SETOR CME, para atender as necessidades do Hospital Regional de Limoeiro José Fernandes Salsa, conforme especificações abaixo:

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DO FORNECIMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	250588 - 6	INDICADOR BIOLÓGICO - PARA VAPOR DO TIPO AUTO CONTIDO, (REF. 1292) COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRES) HORAS, POR MÉTODO FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VÁCUO SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRE VÁCUO, QUE OPEREM A 132 - 134 GRAUS CELSIUS (CENTÍGRADOS) OU PARA ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS QUE OPEREM A 121 GRAUS CELSIUS, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL), ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILUS STEAROTHERMOPHILUS (ATCC7953), COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA, ACONDICIONADA EM AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPÁ MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CAIXA COM 50 AMPOLAS. * ACOMPANHA INCUBADORA COMPATÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE 03 HORAS DIGITAL (SEM LÂMPADA ULTRA VIOLETA) EM SISTEMA COMODATO.	caixa	10



Setor de Almoxarifado

Limoeiro, 02 de agosto de 2023.