

CI Circular Nº 8/2024 - SES - Engenharia Clínica do Hospital Otávio de Freitas - SES - ENGCLINICA_HOF

Recife, 11 de junho de 2024

Destinatário: Superintendência de manutenção

Assunto: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OMNI 712 (GE)

A engenharia clínica vem, por meio desse, informar da necessidade de manutenção corretiva externa em MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OMNI 712 (GE), número de série: 712PV00129SX

Equipamento pertence ao setor UTI Respiratória do Hospital Otávio de Freitas.

Equipamento apresenta falha no display e é preciso ser levado para assistência técnica especializada.

373429 - 3: SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE - DO TIPO MONITOR MULTIPARAMETRICO,COM MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE PECAS.

Atenciosamente,

Luana Pereira

SES - Engenharia Clínica do Hospital Otávio de Freitas



Documento assinado eletronicamente por **Luana Pereira Alves da Silva**, em 11/06/2024, às 15:26, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **51773099** e o código CRC **BA19CEBC**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519 - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone: