

SES -

Processo nº 2300001143.000353/2024-00

Despacho: 89

Destinatário: Manutenção

Em resposta ao despacho 211 (ID:51968317), informo que o o SEI 2300001143.000078/2024-16, é referente ao número de série: 20F510224, com isso são equipamentos diferentes. Pode seguir com a abertura da solicitação junto ao sistema do PE Integrado.

Ainda em tempo, seguem anexo a proposta (52020873) e carta de exclusividade (52020402) atualizadas.

356363 - 4 : SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE - DO TIPO MICROCAMERA,COM MANUTENCAO CORRETIVA.

Necessário realizar a substituição do cabo assy controladora.

Atenciosamente,

Luana Pereira

SES - Engenharia Clínica do Hospital Otávio de Freitas



Documento assinado eletronicamente por **Luana Pereira Alves da Silva**, em 17/06/2024, às 15:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **52041109** e o código CRC **33FE5338**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongüi, Recife/PE - CEP 50751-530,
Telefone: