

**SES -**

Processo nº 2300001143.000180/2024-11

Despacho: 38

Destinatário: Superintendência de manutenção

A engenharia clínica, vem por meio deste, informa a necessidade de manutenção corretiva no equipamento de RAO X FIXO, COMPACTO PLUS 500, número de série: 124.001.228, pertencente ao Hospital Otávio de Freitas.

Braço do equipamento está travado devido a defeito no rolamento.

É necessário uma manutenção completa, em todas as partes para revitalização do equipamento.

Equipamento de alta complexidade precisa de manutenção externa com fornecedor especializado.

218680 - 2 : SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE - DO TIPO APARELHO PARA RAO-X, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS

Atenciosamente,

Luana Pereira

SES - Engenharia Clínica do Hospital Otávio de Freitas



Documento assinado eletronicamente por **Luana Pereira Alves da Silva**, em 19/03/2024, às 09:01, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **48051643** e o código CRC **8793A61A**.

## **SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO**

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530,  
Telefone: