

Memorando 4- 60.276/2025

De: Leticia S. - SMS - CCOMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/12/2025 às 12:02:27

Setores envolvidos:

SMS - CCOMP, SMS, SMS - CEC, SMS - GADPEGDC

Solicitação de aquisição de Acessórios do tipo eletrodos para canetas de bisturi eletrônico e Acessórios e filtros para o equipamento do tipo Aspirador de Vapores

Prezados, conforme solicitado segue mapa de apuração e orçamentos.

Visando a importância e continuidade do trâmite para aquisição, enviamos para análise.

É importante destacar que:

Houve a exclusão de dois itens a seguir:

- **Acessório do tipo Conector entre filtros reutilizável e totalmente compatível com o equipamento do tipo aspirador de vapores do fabricante MedCir (ou superior), modelo SmartVac.**
- **Acessório do tipo Niple reutilizável para mangueira de aspiração deve ser compatível com o equipamento do tipo aspirador de vapores do fabricante MedCir (ou superior) do modelo SmartVac.**

Ressalto que a exclusão foi em comum acordo com o Engenheiro clínico, devido a dificuldade de encontrar valores para os itens citados, conseguindo apenas uma cotação da empresa **MEDCIR** sendo insuficiente para composição da média de preços.

Para evitar o travamento desta demanda, segue o mapa de apuração e orçamentos em anexo, **sem** os itens destacados.

—

Leticia Marianne

Setor de Compras

Anexos:

EMAILS_ENVIADOS.zip

MAPA_DE_APURACAO_AQUISICAO_DE_ACESSORIOS_DO_TIPO_ELETRODOS.pdf

MAPA_DE_APURACAO_AQUISICAO_DE_ACESSORIOS_DO_TIPO_ELETRODOS.xls

NEGATIVA_DAS_EMPRESA__.zip

ORCAMENTOS.zip

ORCAMENTOS_EMPRESAS__.zip



Prefeitura Municipal de Caruaru.
Secretaria Municipal de Saúde.
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão.
Gerência Geral de Administração
Diretoria de Compras
Mapa de preços processo licitatório



OBJETO:

AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DO TIPO ELETRODOS PARA CANETAS DE BISTURI ELETRÔNICO E ACESSÓRIOS E FILTROS PARA O EQUIPAMENTO DO TIPO ASPIRADOR DE VAPORES

SETOR SOLICITANTE:

ENGENHARIA CLÍNICA

ITEM	CATMAT/ CATSER	DESCRIÇÃO	APRES.	QUANT.	MÉDIA FINAL	TOTAL	VALORES			FONTES PESQUISADAS					
							QUANTITATIVO DE VALORES ENCONTRADOS	QUANTITATIVO DE VALORES DESCARTADOS	QUANTITATIVO DE VALORES VÁLIDOS	ATA ATUAL	BANCO DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS	COMPRAS NET	SITES	FORNECEDORES
1	462937 (similar)	Eletrodo leep quadrado, tungstênio Haste Ø 2,38mm X 120mm; Ponta 10mm X 10mm. Revestimento isolante altamente resistente; Produto atóxico; Diâmetro padrão universaldo eletrodo e compatível com diversas marcas de canetas de bisturi eletrônicos. Diâmetro (bitola) da Haste: Ø 2,38 mm Comprimento total do eletrodo: 120 mm Tamanho da Alça : 10mm X 10mm ; Deve ser reutilizável e permitir esterilização em autoclave. Deve possuir registro da anvisa.	UNIDADE	15	R\$ 125,90	R\$ 1.888,50	4	0	4		X			X	X
2	483850 (similar)	Eletrodo leep meia alça tungstênio; Haste Ø 2,38mm X 120mm - Ponta 20mm X 20mm; Diâmetro (bitola) da Haste: Ø 2,38 mm; Comprimento total do eletrodo: 120 mm Tamanho da Alça: 20 mm X 20 mm; Revestimento isolante altamente resistente; Produto atóxico; Diâmetro padrão universal do eletrodo e compatível com diversas marcas de canetas de bisturi eletrônicos. Deve ser reutilizável e permitir esterilização em autoclave. Deve possuir registro da anvisa.	UNIDADE	15	R\$ 121,55	R\$ 1.823,25	5	2	3		X			X	X
3	463019 (similar)	Eletrodo alça oblonga reto flexível tungstênio; Haste Ø 2,38mm X 50mm - Ponta 3mm X 7mm; Diâmetro (bitola) da Haste: Ø 2,38 mm; Comprimento total do eletrodo: 50 mm Tamanho da Alça: 7mm Ponta flexível; Espessura da alça: 0,3 mm; Revestimento isolante altamente resistente; Produto atóxico; Diâmetro padrão universal do eletrodo e compatível com diversas marcas de canetas de bistruris eletrônicos. Deve ser reutilizável e permitir esterilização em autoclave. Deve possuir registro da anvisa.	UNIDADE	10	R\$ 90,14	R\$ 901,40	5	2	3		X			X	X
4	459181 (similar)	Acessório de elemento filtrante do tipo Filtro de Carvão Ativo reutilizável ref -M302; filtro químico classe 1 para vapores orgânicos e totalmente compatível com Aspirador de vapores do fabricante MedCir (ou superior), modelo Smart Vac. Deve possuir registro anvisa. Garantia mínima estipulada pelo fabricante.	UNIDADE	10	R\$ 210,33	R\$ 2.103,30	7	4	3		X			X	X
5	459181 (similar)	Acessório de elemento filtrante tipo filtro Filtro Hepa reutilizável Ref- M301; deve reter pelo menos 99,97% de partículas. Deve possuir registro anvisa. Deve ser totalmente compatível com Aspirador de vapores do fabricante MedCir (ou superior), modelo Smart Vac	UNIDADE	20	R\$ 171,00	R\$ 3.420,00	3	0	3		X			X	X
TOTAL GERAL						R\$ 10.136,45									

1 - Em conformidade com Decreto Municipal 080, de 05/10/2023, IN N° 65, de 7/7/2021, Recomendação 003/2022 Ministério Público de Pernambuco (MPPE) Corroborando com o Manual de Pesquisas de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Assinado por 2 pessoas: LETICIA MARIANNE RODRIGUES SILVA e DIGERSON SOARES BEZERRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caruaru.1.doc.com.br/verificacao/C4C6-6DAE-2B8C-F02D> e informe o código C4C6-6DAE-2B8C-F02D



2 - Os Parâmetros adotados na pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: Pannel de Preços, Aquisições e Contratações Similares de outros entes Públicos (Atas) e Pesquisa direta com Fornecedores. (Amparado pela IN Nº 65, de 7/7/2021, Art. 6º)

3 - A Metodologia utilizada, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexecutáveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. (Amparado pela IN Nº 65, de 7/7/2021, Art. 7º)

4 - Como critério final para apuração do preço estimado, optamos por utilizar como preço de referência o Valor da Média de Preço entre as propostas apresentadas, de forma que o processo seja mais vantajoso e eficiente para o Ente Público.

5 - Para os itens **1,2 e 3**, foram utilizadas a metodologia observando a PORTARIA SAD Nº 093, DE 07 DE JULHO DE 2020 que Dispõe sobre as regras e diretrizes para a abertura e demais procedimentos referentes às Licitações, Anexo I - Manual para Definição de preço de Referência - Análise dos Preços Obtidos: 3.1 Os valores aceitos para cotação, devem estar compreendidos em 25% (a maior ou a menor) que o valor médio obtido da amostra.

6- Como critério final para apuração do preço estimado, para o **item 5** optamos por utilizar como preço de referência o **Valor da Mediana de Preço** entre as propostas apresentadas devido a dificuldade em encontrar valores, de forma que o processo seja mais vantajoso e eficiente para o Ente Público.

7 - Anexamos documentos comprobatórios da pesquisa de preços realizadas conforme fontes acima, destacamos que de acordo com orientação do TCE/PE na pesquisa em banco de preços e painel de preços optamos por ampliar a pesquisa para o máximo de valores possíveis encontrados.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C4C6-6DAE-2B8C-F02D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LETICIA MARIANNE RODRIGUES SILVA (CPF 078.XXX.XXX-82) em 08/12/2025 12:02:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIGERSON SOARES BEZERRA JUNIOR (CPF 113.XXX.XXX-16) em 08/12/2025 12:03:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/C4C6-6DAE-2B8C-F02D>