

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90116/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO BIPAP  
Modo de funcionamento: CPAP, S, ST, T, PAC e Tecnologia que permita manutenção de volume corrente ou alveolar alvo  
Nível de Ruído de aproximadamente 26 dB (margem +/- 2dB)  
Intervalo de pressão aproximado de 3 a 30 cmH2O(margem de +/- 1cmH2O) e 4 a 20 cmH2O(margem +/-1cmH2O) em modo CPAP.  
Deve ser acompanhado de traqueia de tamanho aproximado de 1,80m(margem +/- 0,1m), com máscara nasal ou oro nasal (de acordo com a necessidade do paciente) e presilhas de 4 pontos.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 619,13

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (60)

**Grupo:** G1

2 - Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTÁTIL  
Deve possuir modo pulsado, contínuo e noturno. Bateria: com duração de 0,9h no fluxo contínuo 2L/min.  
Concentração de oxigênio: 87 a 96% em todas as configurações.  
Temperatura de operação: 5 a 40°C  
Deve vir com no mínimo 01 bateria de íons de lítio reserva. Deve vir acompanhado de cateter nasal e bolsa de transporte ou carrinho de transporte.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 606,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (120)

**Grupo:** G1

3 - Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGENIO  
Tipo de concentrador: Estacionário  
Deve possuir OPI 5L/min  
Nível de Ruído de aproximadamente 48 dBA (+/- 1 dB)  
Fluxo por litro: até 5 litros  
Pressão de saída aproximada de 5,5 psi (margem +/- 1 psi)  
Concentração de oxigênio: 93% ± 3%.  
Modo de fluxo contínuo: de 1 a 5L/min  
Alarmes e indicadores: Sonoro e luzes indicadoras  
Consumo de energia de aproximadamente até 350 w  
Voltagem: 220V ou bivolt de acordo com a residência do paciente.  
Backup de Cilindro de Oxigênio de volume aproximado de (3 a 5 m³ - Conforme disponibilidade da empresa)(margem +/-1m³ no tamanho do cilindro)  
Deve vir acompanhado de umidificador de oxigênio, extensor de aproximadamente 2 a 7 metros, cateter nasal , máscara de oxigênio ou máscara de traqueostomia de acordo com a paciente.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 720 **Quantidade Mínima Cotada:** 720

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 208,11  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 1440  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (720)  
**Grupo:** G1

**4 - Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO CPAP  
 Modo de funcionamento: CPAP Fixo  
 Nível de Ruído aproximadamente 30 dB (+/- 2dB)  
 Intervalo de pressão aproximado de 4 a 20 CMH2O( margem de +/-1cmH2O)  
 Rampa com intervalo de pressão de 0 a 45min.  
 Com software e cartão para leitura de dados.  
 Deve ser acompanhado de traqueia de no aproximadamente 1,80m, com máscara nasal ou oro nasal (de acordo com a necessidade do paciente) e presilhas de 4 pontos.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 196,06  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 360  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Caruarú/PE (180)  
**Grupo:** G1

## 2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico	60	UNIDADE
2	Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico	120	UNIDADE
3	Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico	720	UNIDADE
4	Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico	180	UNIDADE