

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92800/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cromatógrafo

Descrição Detalhada: Cromatógrafo Tipo: Gasoso, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo De Análise: C/ Detector Espectrômetro De Massa, Componentes: Injetor Split/Splitless, Outros Componentes: Amostrador Automático, Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.681.397,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

2 - Concentrador laboratório

Descrição Detalhada: Concentrador Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Temperatura: Controle Temperatura Até 150°C, Características Adicionais: Bloco Com Até 40 Compartimentos, Adicional: Desligamento Automático, Uso: Por Injeção De Nitrogênio, Temporização: Com Temporizador Até 99MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167.782,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

3 - Analisador químico

Descrição Detalhada: Analisador Químico Tipo: Analisador De Gotículas, Modelo: De Mesa, Capacidade: 4L/MIN, Alimentação: 110 / 220V, Temperatura De Trabalho: 120°C, Pressão: 120BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92.036,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

4 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 325 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 4NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpadas Tungstenio, Saída Usb, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0,5PER, Componentes: 4 Cubetas De Vidro De 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185.858,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

5 - Viscosímetro

Descrição Detalhada: Viscosímetro Tipo: Queda De Esfera (Höppler), Material: Vidro Borossilicato, Níquel E Aço, Componentes Adicionais: Kit Com 6 Esferas Calibradas, Termômetro, Maleta, Faixa De Medição: 0,5 A 70.000 Mpa.S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57.674,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

6 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Abbe De Bancada, Tipo Display: Digital, Aplicação: P/ Amostras Líquidas, Viscosas Ou Sólidas, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.7100 Nd, Componentes: C/ Saída Para Banho Termostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

7 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Digital, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.434,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

8 - Densímetro

Descrição Detalhada: Densímetro Tipo: Portátil, Material: Vidro, Graduação: 1G/ML, Faixa Escala: 0,980/1,110, Aplicação: Calculo Do Teor Alcoolico E Atenuação Da Cerveja, Características Adicionais: Calibrado A 20°C, Comprimento: 290MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

9 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 325 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 4NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpadas Tungstenio, Saida Usb, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0,5PER, Componentes: 4 Cubetas De Vidro De 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415.813,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

10 - Determinador açúcares redutores

Descrição Detalhada: Determinador Açúcares Redutores Ajuste: Automático, Método: Potenciométrico, Componentes: Cuba De Vidro, Visor Digital, Adicional: Caldeira Embutida, Controle De Temperatura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.814,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

11 - Analisador Químico

Descrição Detalhada: Analisador Químico Tipo: Analisador De Umidade, Modelo: De Mesa, Capacidade: 90G, Sensibilidade: 0,01 / 0,1, Ajuste De Temperatura: 100 A 160°C, Alimentação: 110 / 220V, Ajuste Tempo: Timer 0 A 180 Minutos, Temperatura De Trabalho: 10 A 40° C, Características Adicionais: Programa Secagem, Dispositivo Usb, Ajuste De Peso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.837,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

12 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 320G, Resolução: 0,1MG, Diâmetro Prato: 120MM, Tipo Pannel: Digital, Características Adicionais: Com Capela, Voltagem: 110/220vV, Tempo Medição: 1,5S, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

13 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 320G, Resolução: 0,1MG, Diâmetro Prato: 120MM, Tipo Pannel: Digital, Características Adicionais: Com Capela, Voltagem: 110/220vV, Tempo Medição: 1,5S, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.099,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

14 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 210G, Resolução: 0,001G, Tipo Pannel: Lcd Retroiluminado,, Características Adicionais: Semi-Analítica, Com Fonte De Alimentação Bivolt 11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.040,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

15 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Destilador De Ácidos, Método: Aquecimento Por Infravermelho, Ajuste: Ajuste Mecânico, Componentes: Taxa De Fluxo Até 100 MI/Min, Temperatura: Controle De Temperatura Até 150°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

16 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Kjeldahl, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 50 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 450°C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.082,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

17 - Destilador De Nitrogênio

Descrição Detalhada: Destilador De Nitrogênio Material Caldeira: Aço Inoxidável, Material Caixa: Aço Inox Polido, Tensão: 220V, Componentes: Vidraria Em Borosilicato, Condensador, Reservatôri, Características Adicionais: Duas Bolas De Kjeldahl Sobrepostas, Instaladas Ent, Aplicação: Destilações De Nitrogênio Total E Amoniacal Pelo P

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.575,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

18 - Moinho

Descrição Detalhada: Moinho Material Gabinete: Aço Carbono, Material Tampa: Acrílico Transparente, Tipo: Faca, Componentes: 4 Facas Fixas E 2 Móveis, Voltagem: 110/220V, Potência: 200W, Potência Motor: 1/4CV, Rotação: 1.730RPM, Características Adicionais: Sistema De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.097,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

19 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.600L, Temperatura: Até 250°C, Temporização: C/ Temporizador Até 10.000MIN, Componentes: C/ Até 20 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.314,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

20 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Fibra De Vidro, Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 600M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

21 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital, Material Corpo: Policarbonato, Faixa Medição: -2 A 14PH, Precisão: +/- 0.1PER, Temperatura Operação: 0 A 50°C, Tensão: 16 / 30VCC, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Químicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.955,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

22 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod Com Controle De Umidade, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle De Temperatura Cerca De -10°C A 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 12 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.871,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

23 - Sistema ultrapurificação água

Descrição Detalhada: Sistema Ultrapurificação Água Aplicação: Produção De Água Reagente Tipo I, Método De Produção: Troca Iônica, Componentes: Bomba, Pré Filtro, Colunas Aniônica E Catiônica, Capacidade De Produção: Acima De 45L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.991,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

24 - Agitador

Descrição Detalhada: Agitador Tipo: Compacto De Jarros, Gabinete: Chapa Aço E Pintura Em Epóxi, Capacidade: 10 Programas Totalizando 200 Fases De Receitas, Rotação: De 10 A 600RPM, Modelo: 03 Jarros De Acrílico Com 1000ml, Dimensões: 21 X 35 X 55CM, Funcionamento: Modo Automático E Modo Manual, Temperatura Trabalho: 5 A 40°C, Componentes Adicionais: 01 Tubo Ensaio, 01 Dosador, 01 Curva Velocidade,, Uso: Floculação Em Estações De Tratamento De Água (Eta), Características Adicionais: Curva De Gradiente De Velocidade: De 02 A 755 S¹

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.183,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

25 - Banho Maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 30L, Componentes: C/ Resistência Blindada E Dreno De Água, Temperatura: Até 65°C, Adicional: P/ Descongelamento De Leite Humano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.083,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

26 - Câmara germinação

Descrição Detalhada: Câmara Germinação Tipo: Eletrônico Digital, Material Haste: Aço Inox Aisi 304, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Criação Insetos, Envelhecimento Precoce Sementes,, Características Adicionais: Simulação De 2 Temperaturas,Dia E Noite, Variação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.682,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

27 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador De Colônias Ajuste: Digital, Capacidade: Para Placas Até 90MM, Adicional: Medição De Halos De Inibição, Componentes Adicionais: Lâmpada De Led, Outros Componentes: Saída Para Interface, Memória: Memória Até 5.000 Testes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.414,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

28 - Estufa industrial

Descrição Detalhada: Estufa Industrial Estrutura Interna: Chapa Aço Inoxidável, Acabamento Interno: Eletropolido, Formato: Cantos Arredondados, Tipo Bandejas: Aramadas, Largura Bandejas: 240MM, Altura Bandejas: 50MM, Profundidade Bandejas: 670MM, Estrutura Externa: Chapa Aço Inoxidável Aisi 304, Tratamento Superficial Bandejas: Polido Com Isolamento Térmico, Tipo Aquecimento Elétrico: Por Resistências Tubulares Aletadas, Tipo Circulação Ar: Ventilador Com Hélice Em Aço Inoxidável, Temperatura Trabalho: 220°C, Temperatura Externa Máxima: 30°C, Capacidade: 10.000 Frascos, Tipo Frasco: 1, Largura Boca Frasco: 20MM, Altura Frasco: 57MM, Largura Corpo Frasco: 26,50MM, Aplicação: Esterilização E Despirogenização De Frascos, Características Adicionais: Estufa Com Divisórias Internas/Chapas Externas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.280,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

29 - Estufa industrial

Descrição Detalhada: Estufa Industrial Estrutura Interna: Chapa Aço Inoxidável, Acabamento Interno: Eletropolido, Formato: Cantos Arredondados, Tipo Bandejas: Aramadas, Largura Bandejas: 240MM, Altura Bandejas: 50MM, Profundidade Bandejas: 670MM, Estrutura Externa: Chapa Aço Inoxidável Aisi 304, Tratamento Superficial Bandejas: Polido Com Isolamento Térmico, Tipo Aquecimento Elétrico: Por Resistências Tubulares Aletadas, Tipo Circulação Ar: Ventilador Com Hélice Em Aço Inoxidável, Temperatura Trabalho: 220°C, Temperatura Externa Máxima: 30°C, Capacidade: 10.000 Frascos, Tipo Frasco: 1, Largura Boca Frasco: 20MM, Altura Frasco: 57MM, Largura Corpo Frasco: 26,50MM, Aplicação: Esterilização E Despirogenização De Frascos, Características Adicionais: Estufa Com Divisórias Internas/Chapas Externas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.001,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

30 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 15 A 50L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.394,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

31 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2, Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.809,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

32 - Sistema ultrapurificação água

Descrição Detalhada: Sistema Ultrapurificação Água Aplicação: Produção De Água Reagente Tipo I, Método De Produção: Troca Iônica, Componentes: Bomba, Pré Filtro, Colunas Aniônica E Catiónica, Capacidade De Produção: Acima De 45L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.652,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G3

33 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Capacidade: Até 2L, Rotação: Até 2500RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.422,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

34 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Tipo Seleção: Resolução Automática, Tipo Checagem Célula: Automática, Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03, Tipo Escala: Auto Range, Tipo Memória: Não Volátil, Comprimento: 150MM, Largura: 170MM, Altura: 230MM, Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm, Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens, Precisão Relativa: 0,05PER, Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.073,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

35 - Cartucho Extração

Descrição Detalhada: Cartucho Extração Tipo: Fase Sólida, Material: Pdms, Dimensão: Até 500 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.952,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

36 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.600L, Temperatura: Até 250°C, Temporização: C/ Temporizador Até 10.000MIN, Componentes: C/ Até 20 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (2), São Paulo/SP (2)

Grupo: G4

37 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Capacidade: Até 2L, Rotação: Até 2500RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.725,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

38 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 20L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400°C, Temporização: Com Temporizador Até 99H, Adicional: Balança Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.988,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (2), São Paulo/SP (2)

Grupo: G4

39 - Agitador

Descrição Detalhada: Agitador Tipo: Compacto De Jarros, Gabinete: Chapa Aço E Pintura Em Epóxi, Capacidade: 10 Programas Totalizando 200 Fases De Receitas, Rotação: De 10 A 600RPM, Modelo: 03 Jarros De Acrílico Com 1000ml, Dimensões: 21 X 35 X 55CM, Funcionamento: Modo Automático E Modo Manual, Temperatura Trabalho: 5 A 40°C, Componentes Adicionais: 01 Tubo Ensaio, 01 Dosador, 01 Curva Velocidade,, Uso: Floculação Em Estações De Tratamento De Água (Eta), Características Adicionais: Curva De Gradiente De Velocidade: De 02 A 755 S¹

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.107,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

40 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 5L/H, Voltagem: 127/220V, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta D'água; Lâmpada, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Pilsen

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.397,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

41 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Deionizador, Voltagem: 110V, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Características Adicionais 1: Acompanha Cartucho Resina, Mangueira, Duplo Isolam

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.482,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

42 - Banho termostático

Descrição Detalhada: Banho Termostático Tipo: Somogyi & Nelson, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Temperatura: De Ebulição°C, Componentes: Grade Protetora Da Resistência, Volume: Cerca De 6,5 L, Adicional: Capacidade Cerca De 40 Tubos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.148,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

43 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microplacas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 50ML, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Até 100H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Para Tubos, Frascos E Placas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.061,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

44 - Chuveiro e lava-olhos

Descrição Detalhada: Chuveiro E Lava-Olhos Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre, Tipo Fixação: Diretamente No Chão, Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.944,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

45 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 1PER, Aplicação: Em Soluções Aquosas E Alcoólicas/Resistividade, Características Adicionais: Escala De 0 A 2000, Duração Bateria De 60 Horas, Modelo: Microprocessado De Bancada, Tipo: Digital, Funções: Calibração Automática E Temperatura De Compensação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.742,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (2), São Paulo/SP (2)

Grupo: G4

46 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 325 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 4NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpadas Tungstenio, Saida Usb, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0,5PER, Componentes: 4 Cubetas De Vidro De 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.236,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

47 - Evaporador Rotativo À Vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Tipo: Bancada, Potencia: 80W, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 1L, Rotação: 5 A 200RPM, Temperatura: 50 A 150°C, Componentes: Cuba Em Inox, Pannel De Temperatura Digital E Cond, Característica Adicional: Controle De Velocidade Eletrônico, Sistema De Real, Aplicação: Processos De Evaporação A Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.430,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (2), São Paulo/SP (2)

Grupo: G4

48 - Bomba Vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Tipo: Monobloco, Vácuo E Ar Comprimido, Isenta De Óleo, Vácuo Máximo: 730MBAR., Tensão: 110/220V, Potência: 1/4CV, Componentes Adicionais: Válvula Tipo Agulha, Características Adicionais: Motor Monofásico, Conexões: 1/4", 60 Ciclos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.324,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

49 - Forno mufla

Descrição Detalhada: Forno Mufla Tipo: Microprocessado Com Ajuste Automático, Temperatura Máxima: 1.300°C, Largura: 350MM, Altura: 300MM, Profundidade: 400MM, Volume: 35 A 45L, Aplicação: Tratamento Térmico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.811,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

50 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Kjeldahl, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 50 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 450°C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.597,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

51 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Digital, Alimentação: 110/220VCA, Formato: Retangular, Faixa Trabalho: 0 A 1.000NTU, Resolução: Escala De 0 A 50 - 0,01ntu; De 50 A 1000 - 1ntu, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos, Características Adicionais: Inclui Jogo De Cubetas Tamanho Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.163,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

52 - Fotômetro

Descrição Detalhada: Fotômetro Tipo: Fotômetro De Chamas Digital, Modelo: Microprocessado, Duplo Canal, Filtros Ópticos: Banda Passante Melhor Que 12nm, Faixa Medição: 0-100 Pppm, 0-20 Ppm, 0-200meq/L, Aplicação: Análises De Na E K (Padrão), Li E Ca (Opcional)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.365,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

53 - Compressor Refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 50,8KW, Tensão: 380V, Aplicação: Refrigeração, Capacidade Refrigeração: 15TR, Tipo: Scroll Inverter, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.840,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

54 - Separador Industrial

Descrição Detalhada: Separador Industrial Tipo: Conjunto De Peneiras Penn State, Componentes: 4 Peneiras, Com Furos De 19, 8, 4mm E Fundo Liso, Aplicação: Separador De Partículas Nb, Características Adicionais: Dimensões: 42 X 36 X 11mm (L X C X A)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.960,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

55 - Estufa industrial

Descrição Detalhada: Estufa Industrial Estrutura Interna: Chapa Aço Inoxidável, Acabamento Interno: Eletropolido, Formato: Cantos Arredondados, Tipo Bandejas: Aramadas, Largura Bandejas: 240MM, Altura Bandejas: 50MM, Profundidade Bandejas: 670MM, Estrutura Externa: Chapa Aço Inoxidável Aisi 304, Tratamento Superficial Bandejas: Polido Com Isolamento Térmico, Tipo Aquecimento Elétrico: Por Resistências Tubulares Aletadas, Tipo Circulação Ar: Ventilador Com Hélice Em Aço Inoxidável, Temperatura Trabalho: 220°C, Temperatura Externa Máxima: 30°C, Capacidade: 10.000 Frascos, Tipo Frasco: 1, Largura Boca Frasco: 20MM, Altura Frasco: 57MM, Largura Corpo Frasco: 26,50MM, Aplicação: Esterilização E Despirogenização De Frascos, Características Adicionais: Estufa Com Divisórias Internas/Chapas Externas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.225,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

56 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 210G, Resolução: 0,001G, Tipo Painel: Lcd Retroiluminado;, Características Adicionais: Semi-Analítica, Com Fonte De Alimentação Bivolt 11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.223,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

57 - Analisador De Gás

Descrição Detalhada: Analisador De Gás Tipo: Portatil, Tipo De Gás: Metano (Ch4), Dioxido De Carbono (Co2), Oxigênio, Faixa Medição: : 0-100% Em Volume, Interface: Lcd, Alimentação: Bateria 9vV, Características Adicionais: Comunicação Bluetooth ; Localização Por Gps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.444,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

58 - Analisador De Gás

Descrição Detalhada: Analisador De Gás Tipo: Portatil, Tipo De Gás: Metano (Ch4), Dioxido De Carbono (Co2), Oxigênio, Faixa Medição: : 0-100% Em Volume, Interface: Lcd, Alimentação: Bateria 9vV, Características Adicionais: Comunicação Bluetooth ; Localização Por Gps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.926,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

59 - Clorímetro

Descrição Detalhada: Clorímetro Tipo: Digital Portátil, Faixa Trabalho: 0 A 5,0MG/L, Resolução: 0,01MG/L, Precisão: 0,02MG/L, Precisão Fotométrica: 2PER, Tensão Alimentação: 9 Vdc Ou 110 / 220 VacV, Acessórios: 2 Cubetas De 25 Ml; Reagentes;Manual De Instruções, Características Adicionais: Microprocessador Interno Garantidor Exatidão Lei -

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.535,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

60 - Analisador químico

Descrição Detalhada: Analisador Químico Tipo: Analisador De Quimissorção, Modelo: Ami-400tpx, Características Adicionais: Dispositivo De Caracterização De Catalisador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42.451,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

61 - Balão Laboratório

Descrição Detalhada: Balão Laboratório Tipo Uso: Volumétrico, Tipo Fundo: Fundo Chato, Material: Vidro, Capacidade: 4000ML, Acessórios: Rolha De Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68.720,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

62 - Titulador Potenciômetro

Descrição Detalhada: Titulador Potenciômetro Faixa Medição: -2.000 A 20.000 Ph, Resolução: 0,001 Ph, Temperatura: 25°C / 77°F GRA, Características Adicionais: Usb (Lateral), Teclado, Impressora, Usb, Rs232

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59.281,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G4

63 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Macro, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 10 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 500°C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.550,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Presidente Prudente/SP (1), São Paulo/SP (1)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cromatógrafo	2	Unidade
2	Concentrador laboratório	2	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Analizador químico	2	Unidade
4	Espectrofotômetro	2	Unidade
5	Viscosímetro	2	Unidade
6	Refratômetro	2	Unidade
7	Refratômetro	2	Unidade
8	Densímetro	2	Unidade
9	Espectrofotômetro	2	Unidade
10	Determinador açúcares redutores	2	Unidade
11	Analizador Químico	2	Unidade
12	Balança analítica	2	Unidade
13	Balança analítica	2	Unidade
14	Balança precisão	2	Unidade
15	Equipamento laboratório	2	Unidade
16	Bloco digestor	2	Unidade
17	Destilador De Nitrogênio	2	Unidade
18	Moinho	2	Unidade
19	Estufa laboratório	2	Unidade
20	Capela exaustão	2	Unidade
21	Medidor índice acidez	2	Unidade
63	Bloco digestor	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Incubadora Laboratório	2	Unidade
23	Sistema ultrapurificação água	2	Unidade
24	Agitador	2	Unidade
25	Banho Maria	2	Unidade
26	Câmara germinação	2	Unidade
27	Contador de colônias	2	Unidade
28	Estufa industrial	2	Unidade
29	Estufa industrial	2	Unidade
30	Autoclave Para Esterilização	2	Unidade
31	Cabine segurança biológica	2	Unidade
32	Sistema ultrapurificação água	2	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Agitador magnético	2	Unidade
34	Conduvímeter	2	Unidade
35	Cartucho Extração	2	Unidade
36	Estufa laboratório	4	Unidade
37	Agitador magnético	2	Unidade
38	Agitador magnético	4	Unidade
39	Agitador	2	Unidade
40	Destilador água	2	Unidade
41	Equipamentos diversos para serviços profissionais	2	Unidade
42	Banho termostático	2	Unidade
43	Centrífuga	2	Unidade
44	Chuveiro e lava-olhos	2	Unidade
45	Medidor condutividade	4	Unidade
46	Espectrofotômetro	2	Unidade
47	Evaporador Rotativo À Vácuo	4	Unidade
48	Bomba Vácuo	2	Unidade
49	Forno mufla	2	Unidade
50	Bloco digestor	2	Unidade
51	Turbidímetro	2	Unidade
52	Fotômetro	2	Unidade
53	Compressor Refrigeração	2	Unidade
54	Separador Industrial	2	Unidade
55	Estufa industrial	2	Unidade
56	Balança precisão	2	Unidade
57	Analizador De Gás	2	Unidade
58	Analizador De Gás	2	Unidade

59	Clorímetro	2	Unidade
60	Analizador químico	2	Unidade
61	Balão Laboratório	2	Unidade
62	Titulador Potenciômetro	2	Unidade