

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Medidor Índice Acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital , Modelo: De Bancada , Faixa Medição: 0 A 14 Ph , Precisão: 0,01 , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.170,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (12), Nilópolis/RJ (3), Paracambi/RJ (8), Rio de Janeiro/RJ (33), Volta Redonda/RJ (1)

2 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas , Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (4)

3 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.534,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Margem de Preferência Normal (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (9)

4 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 A 350 L, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Frost Free, Prateleiras Removíveis, Controle Tempe , Tipo: Vertical / O1 Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.372,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (4), Niterói/RJ (4), Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (8)

5 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Voltâmetro De Hofmann , Padrão: De Bancada , Uso: Estudo Da Eletrólise Da Água , Características Adicionais 1: Tubos Condutores De Gás, Eletrodos Platinados E -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2)

6 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 100 KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas , Capacidade Depósito: 20 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.658,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

7 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio , Potência Motor: 1 HP, Voltagem: Bivolt V, Vazão: 12 M3/MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.342,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (8), São Gonçalo/RJ (5)

8 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Tipo Leituras: Analisador Térmico Das Constante , Tipo Escala: Auto Range , Condutividade Faixa Medição: 0,003 A 100 W/M.K , Resolução: Reprodutibilidade Mínima 2% , Precisão Relativa: 5 PER, Aplicação: Condutividade Térmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.126,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (10)

9 - Cuba laboratório

Descrição Detalhada: Cuba Laboratório Material: Vidro , Tipo: Vertical , Tamanho: P/ Cristalização, Cerca De 20 X 20 CM, Acessórios: C/ Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (6), Niterói/RJ (8), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (4)

10 - Medidor Laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Portátil , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude , Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.991,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (1), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (4), Nilópolis/RJ (1), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (10)

11 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica , Ajuste: Volume Fixo , Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 236,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (5)

12 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 497,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (12), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (51), São Gonçalo/RJ (5)

13 - Lupa eletrônica

Descrição Detalhada: Lupa Eletrônica Tipo: Portátil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Faixa Ampliação: 2 A 80 Vezes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (25), Rio de Janeiro/RJ (24)

14 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tensão: 110 V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm , Banda De Passagem: 4 NM, Componentes: 4 Cubetas Vidro Óptico, Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

15 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 5000 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 543,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (15), Nilópolis/RJ (6), Rio de Janeiro/RJ (24), São Gonçalo/RJ (5)

16 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 509,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (6), Niterói/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (36), São Gonçalo/RJ (5)

17 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Polímero , Ajuste: Painei Digital , Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.499,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (6), São Gonçalo/RJ (2)

18 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Portátil E Digital , Formato: Retangular , Material Corpo: Aço Inoxidável , Modelo: Microprocessado , Faixa Medição: De -2,000 A 20,000ph, -1999,9 A 1999,9 Milivolt E , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Químicas , Características Adicionais: Calibração Em 1 Ponto C/ Solução Buffer De Ph Próx

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.908,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (2)

19 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa , Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 15 L, Vazão: 0,75 L/MIN, Material Gabinete: Metálico/Polipropileno , Características Adicionais: Pressão Máxima 90 Psi, Mínima 30 Psi, Para Bancada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.387,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (8), São Gonçalo/RJ (4)

20 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.172,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (9), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (10)

21 - Balança doméstica

Descrição Detalhada: Balança Doméstica Capacidade: 5 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (8), Nilópolis/RJ (12), Niterói/RJ (12), Paracambi/RJ (16), Rio de Janeiro/RJ (11), São Gonçalo/RJ (6)

22 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Uv-Visível, Mono-Feixe , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 - 1.000nm , Banda De Passagem: 2 NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm , Aplicação: Equipamento Medição , Características Adicionais: Lâmpada De Tungstênio E Deutério , Potência: 80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.824,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (2), Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (4)

23 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável , Capacidade: Até 25 L, Temporização: Com Temporizador Até 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.470,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (9), Paracambi/RJ (1)

24 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Rotação: Até 350 RPM, Adicional: Plataforma Cerca De 35 X 40 Cm , Temporização: Temporizador Até 120 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.135,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (1)

25 - Densímetro

Descrição Detalhada: Densímetro Material: Polipropileno , Densidade Mínima: 0,0001 G/Cm³ , Percentagem Mínima: 0% , Graduação: 0,0001 G/Cm³ , Faixa Escala: 0 G/Cm³ A 3 G/Cm³ , Componentes: 2 Baterias Alcalinas Lr06 Aa 1,5v , Características Adicionais: Temperatura: 0°C A 40°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.220,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

26 - Calorímetro

Descrição Detalhada: Calorímetro Componentes: Amostrador Automático Para 34 Amostras , Capacidade Leitura: -150 A 700 °C, Tensão Alimentação: 230 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Sistema De Refrigeração Intracooler Com Faixa De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (1)

27 - Banho termostático

Descrição Detalhada: Banho Termostático Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle , Temperatura: Até 150 °C, Componentes: Com Bomba De Circulação Externa , Vazão: Até 10 L/MIN, Adicional: C/ Sensor De Temperatura E Controle De Gradiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.063,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (2)

28 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 250 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 766,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Niterói/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (27)

29 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 500 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 794,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (20)

30 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável , Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável , Capacidade: Até 25 L, Temporização: Com Temporizador Até 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.260,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

31 - Viscosímetro

Descrição Detalhada: Viscosímetro Tipo: Copo Ford , Material: Aço Inox 304 , Orifícios Intercambiáveis: Nº: 2, 3, 4, 5, 6 E 8. , Componentes Adicionais: Tripé Sapatas Niveladoras, Nível Do Tipo Bolha E L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.180,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (3), São Gonçalo/RJ (2)

32 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm , Tipo Gabinete: Aberto , Conexão: Usb , Alimentação: Bivolt , Características Adicionais: Mesa Impressão Com Aquecimento , Padrão Filamentos: Abs E Pla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.606,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (2), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (1)

33 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Analisador De Estabilidade Oxidativa , Voltagem: Bivolt V, Uso: Laboratório , Características Adicionais 2: Análise Simultânea De Oito Amostras Independentes,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420.784,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1)

34 - Banho termostático

Descrição Detalhada: Banho Termostático Tipo: Banho , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle , Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com Bomba De Circulação Externa , Vazão: Até 15 L/MIN, Adicional: C/ Sensor De Temperatura E Controle De Gradiente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.342,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (2)

35 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Paineis De Controle, Programável , Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.016,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (5)

36 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Padrão: Tia 568 / 568 Backbone / 568 Horizontal 1000 Base , Aplicação: Testador De Cabos Utp Cat6 E Fibra Monomodo E Mul- , Conectores: RJ-45 / Bnc / Fibra Ótica , Características Adicionais: Cabos Cat 6 E Fibra Ótica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Volta Redonda/RJ (10)

37 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Características Adicionais: Digital De Bancada Com 02 Displays De 3 Dígitos , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 0 A 32 V, Corrente Saída: 0 A 5 A, Aplicação: Laboratório De Pesquisa , Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.055,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (8), Niterói/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (8), São Gonçalo/RJ (10), Volta Redonda/RJ (15)

38 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal , Material Revestimento Externo: Plástico , Tipo: Digital , Tipo Tela: Colorida , Largura Faixa: 100 MHZ, Quantidade Canais: 2 UN, Alimentação: 100-240 VC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.060,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Volta Redonda/RJ (15)

39 - Gerador de sinal

Descrição Detalhada: Gerador De Sinal Tipo: Digital , Tensão Alimentação: 110/240 V, Frequência: 50/60 HZ, Faixa Frequência: 0,20 Hz A 2 Mhz , Impedância Saída: 50 OHMS, Características Adicionais: Display Led 7 Segmentos, 6 Dígitos E 7 Faixas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.570,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Paracambi/RJ (11), Volta Redonda/RJ (30)

40 - Gerador de sinal

Descrição Detalhada: Gerador De Sinal Tipo: Programável , Tensão Alimentação: 120 V, Faixa Frequência: 0,1 A 200 Mhz , Características Adicionais: Função Seno, Quadrada, Triangular, Dente De Serra,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.278,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (10)

41 - Luxímetro

Descrição Detalhada: Luxímetro Tipo: Digital / Portátil , Tipo Alimentação: Bateria , Aplicação: Medição De Intensidade Luminosa , Características Adicionais: Display De Cristal Líquido (Lcd), Coleta De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 913,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (3), Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (6), Volta Redonda/RJ (15)

42 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 200/600 V, Corrente Dc: 10 A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20 MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens , Tensão Dc: 200mv/2v/20v/200v/600 V, Tipo: Digital , Funcionamento: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (6), Niterói/RJ (22), Paracambi/RJ (94), Rio de Janeiro/RJ (27), Volta Redonda/RJ (60)

43 - Alicata wattímetro

Descrição Detalhada: Alicata Wattímetro Potência Ativa: 600 KW, Características Adicionais: Categoria Iii 600v, Interface Usb, Display Lcd , Tensão Ac/Dc: 600 A, Corrente Ac/Dc: 1.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.559,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (10), Volta Redonda/RJ (15)

44 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.856,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (6), Nilópolis/RJ (25), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (20)

45 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Ocular Até 16x , Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.387,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (6), São Gonçalo/RJ (10)

46 - Câmara germinação

Descrição Detalhada: Câmara Germinação Tipo: Eletrônico Digital , Material Haste: Aço Inox Aisi 304 , Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Criação Insetos, Envelhecimento Precoce Sementes , Características Adicionais: Simulação De 2 Temperaturas, Dia E Noite, Variação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.853,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1)

47 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas , Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (15), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (5)

48 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.428,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Nilópolis/RJ (17)

49 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 3.310 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Display Analógico , Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.189,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (3), Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (31), Rio de Janeiro/RJ (8)

50 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Material: Alumínio Fundido , Vácuo Máximo: 730 MMHG, Vazão Livre: 38 L/MIN, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220 V, Potência: 186 W, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo , Largura: 155 MM, Profundidade: 259 MM, Altura: 162 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.194,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (3), Nilópolis/RJ (26)

51 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 , Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114.991,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

52 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Tipo Seleção: Resolução Automática , Tipo Checagem Célula: Automática , Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03 , Tipo Escala: Auto Range , Tipo Memória: Não Volátil , Comprimento: 150 MM, Largura: 170 MM, Altura: 230 MM, Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm , Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens , Precisão Relativa: 0,05 PER, Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.002,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (4)

53 - Moinho

Descrição Detalhada: Moinho Material Gabinete: Aço Inoxidável , Material Tampa: Aço Inoxidável , Tipo: Faca , Componentes: Batedor , Voltagem: 220 V, Potência: 160 W, Potência Motor: 0,21768 CV, Rotação: 26.000 RP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.971,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1)

54 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Analisador De Carbono Orgânico Total (Toc) , Método: Por Radiação Uv , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável , Adicional: Até 50 Ppm , Capacidade: Até 120 Posições , Componentes: C/ Lâmpada Uv, Iluminação Interna, Janela Frontal , Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238.628,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1)

55 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: 1.000 V, Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Resistência: 32 OHMS, Frequência: 32 KHZ, Características Adicionais: Display Digital/Capacitância 4n/Teste De Diodo/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (22), Rio de Janeiro/RJ (6)

56 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.674,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (66)

57 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A"/Sistem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.228,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (22), Rio de Janeiro/RJ (2)

58 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 250 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 636,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (50)

59 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 500 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 637,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (50)

60 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Digital, Microprocessada , Volume: Até 100 ML, Capacidade: Até 28 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Alarme Balanceamento , Componentes: C/ Adaptadores Tubos 10, 15, 50, 100 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.785,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (5)

61 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora , Potência: 1.500 W, Aplicação: Laboratório , Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 300°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.526,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Nilópolis/RJ (5)

62 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Medidor Transmissor De Oxigênio Dissolvido Em Água , Voltagem: 11 A 30 VCC, Padrão: Digital , Uso 1: Montagem Em Fluxo (Tubulações) , Características Adicionais 3: Fotoluminescente, Faixa 0,0 A 20 Mg/L, Saída Em

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.840,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

63 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Portátil , Alimentação: 110/220 VCA, Material: Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Faixa Trabalho: De 0 A 100 NTU, Resolução: Escala De 0 A 10 - 0,01ntu; De 10 A 100 - 0,1ntu; , Precisão: 2% NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.021,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (5)

64 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Portátil , Alimentação: 4 X 1,5 VCC, Formato: Retangular , Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos , Características Adicionais: 220x82x66 Mm/ 510 G / Bateria Aa-60 Hs Ou 900 Med.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.679,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (5)

65 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Analisador Térmico , Método: Simultâneo (Tga/Dsc) , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Adicional: Com Sistema De Refrigeração , Temperatura: Até 1500 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171.736,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1)

66 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 80 L, Altura: 63 CM, Largura: 47,60 CM, Profundidade: 53 CM, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: Branca , Características Adicionais: Prateleiras Removíveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.207,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Nilópolis/RJ (2), Paracambi/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (31)

67 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Analisador De Carbono Orgânico Total (Toc) , Método: Por Radiação Uv , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável , Adicional: Até 50 Ppm , Capacidade: Até 120 Posições , Componentes: C/ Lâmpada Uv, Iluminação Interna, Janela Frontal , Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238.628,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

68 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Cloreto , Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc , Características Adicionais: Limite Detecção 1 A 0,000001, Reprodutividade +/-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.035,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

69 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Fluoreto , Componentes: Corpo Plástico / Conexão Bnc , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °C, Faixa Operação Acidez: 5 A 8 , Características Adicionais: Concentração De Medida 1 A 0,000001 Mol/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.433,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

70 - Cromatógrafo

Descrição Detalhada: Cromatógrafo Tipo: Gasoso , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Tipo De Análise: C/ Detectores Fid, Ecd, Fpd , Componentes: Injetor Split/Splitless , Outros Componentes: Amostrador Automático Até 96 Posições , Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318.679,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1)

71 - Cromatógrafo

Descrição Detalhada: Cromatógrafo Tipo: Iônico , Ajuste: Ajuste Digital, Programável , Tipo De Análise: C/ Detector De Condutividade , Outros Componentes: Amostrador Automático Até 40 Posições , Adicional: C/ Gradiente, Sistema Segurança, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.594.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1)

72 - Cromatógrafo

Descrição Detalhada: Cromatógrafo Tipo: Gasoso , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Tipo De Análise: C/ Detector Espectrômetro De Massa , Componentes: Injetor Split/Splitless , Outros Componentes: Amostrador Automático , Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 692.742,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (1)

73 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Diapasões/Contrapeso/Caixas De Ressonância/Martelo , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Propagação Do Som

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 910,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (6)

74 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Painel De Forças Vertical/Tripé/Sistema Massa/Mola , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Mecânica Estática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

75 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Banco Ótico/Lentes Esféricas/Prismas/Espelhos/Font , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Ótica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.051,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

76 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Corpos De Prova E Suportes/Cilindro/Ventoinha Com , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Termodinâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.736,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

77 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Painel Metálico/Tubo "U"/Vasos/Escalas Milimetrada , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Mecânica Dos Fluidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.865,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

78 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conversores Cc-Ca/Chaves Semicondutoras Igbt/Conve , Finalidade: Aulas Práticas Eletrônica De Potência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

79 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Tomada Tripolar 2p+T, Com Protoboards Fixados , Finalidade: Estudo Da Eletronica Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

80 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Painel De Estudos De Ligações Em Série E Paralelo , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 607,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (6)

81 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Painel De Forças / Tripé , Finalidade: Aulas Práticas De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.924,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (7)

82 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto Para Estudo Da Teoria Cinética Dos Gases , Finalidade: Aulas Práticas De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.056,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

83 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto De Pendulos Físicos / Sensor / Software , Finalidade: Aulas Práticas De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.666,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (5)

84 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto De Ondas Mecânicas / Software , Finalidade: Aulas Práticas De Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.094,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (4)

85 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Empuxômetro, Tripé, Identificadores De Posição, Ci , Finalidade: Laboratório De Física Para Ensino Médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (5)

86 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Plano Inclinado Com Sensores E Cronômetro De Rolag , Finalidade: Aulas Práticas De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.589,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (7)

87 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Mola Helicoidal Snakey , Finalidade: Aulas Práticas Movimentos Ondulatórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.791,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (5)

88 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Bobinas De Helmholtz E Tubo De Raios Catódicos , Finalidade: Aulas Práticas Determinação Do Campo Magnético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.173,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (5)

89 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto De Acústica E Ondas , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.278,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (6)

90 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto De Ímãs Flutuantes C/ 5 Anéis Para Amorte , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (5)

91 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto P/ Queda Livre Com 5 Sensores E Cronômetr , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.061,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (7), Rio de Janeiro/RJ (6)

92 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto Didático Para Velocidade Constante Com 3 , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.306,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (7)

93 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto Para Estudo De Movimentos Rotacionais , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.149,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (7)

94 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Equipamento Para Estudo De Ondas Estacionárias Em , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.138,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (7), Rio de Janeiro/RJ (6)

95 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Planta De Geração De Energia A Vapor , Componentes: Caldeira, Máquina Térmica De Pistão, Condensador, , Finalidade: Bancada De Geração Térmica A Vapor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.964,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

96 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Peças Moduladas Que Se Conectam Por Meio De Magnet , Finalidade: Simulação Do Comportamento De Estruturas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 793,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

97 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto De Eletricidade, Magnetismo E Eletromagne , Finalidade: Instrução E Formação Profissional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.722,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

98 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto Para Análise Espectral E Efeito Fotoelétr , Finalidade: Instrução E Formação Profissional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73.220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (1)

99 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Kit V8 (Iniciante) E Kit V4 (Avançado) Arduino , Finalidade: Aulas Práticas De Prototipagem Arduino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (1)

100 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Módulo Didático , Componentes: Bancada De Transferência De Calor De Casco E Tubos , Finalidade: Aulas Práticas E Experimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.481,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

101 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Módulo Didático , Componentes: Bancada De Hidráulica Com Manômetro E Tubo "U" Dif , Finalidade: Aulas Práticas E Experimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.122,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

102 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Treinador De Microondas , Componentes: Frequencímetro (Mw-E1/Ev) T Mágico (Mw-E2/Ev) Si- , Finalidade: Estudo Linhas De Transmissão E Guias De Onda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90.720,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1)

103 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Conjunto De Acustica E Ondas , Componentes: Conjunto Modular Desmontável Para O Estudo De Acús , Finalidade: Aulas Práticas Laboratório De Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.696,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

104 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Interferometro De Michelson , Finalidade: Aulas Práticas De Física / Optica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.222,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (1)

105 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Kit Para Medir A Velocidade Da Luz , Finalidade: Aulas Práticas De Física / Optica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.454,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (7)

106 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Kit Para Estudo Do Olho Humano , Finalidade: Aulas Práticas De Física / Optica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42.320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (7)

107 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Bancada Didática , Componentes: Conjunto De Máquinas Elétricas Rotativas, Fonte Al , Finalidade: Aulas Práticas Máquinas Elétricas Rotativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.562,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (7)

108 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Laboratório De Circuitos Elétricos/Protoboard , Componentes: Multímetros, Transistores, Potenciômetros, Resisto , Finalidade: Aulas Práticas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.924,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (7), Rio de Janeiro/RJ (6)

109 - Conjunto planetário

Descrição Detalhada: Conjunto Planetário Material: Metal , Componentes: Terra, Lua E Sol , Acessórios: Apostila Explicativa, Relógio De Sol E Bússula , Aplicação: Aulas De Astronomia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (7), Niterói/RJ (11), Rio de Janeiro/RJ (2)

110 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Plano Inclinado , Apresentação: Sensores E Multicronômetro De Rolagem De Dados , Aplicação: Ensino Da Mecânica Da Partícula/Leis De Newton/ Mo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.409,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (7)

111 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Conjunto Para Utilização Convencional Ou Monitora , Apresentação: Unidade Mestra De Física Com Hidrodinâmica, Sensor , Aplicação: Estudo Da Mecânica Dos Sólidos E Fluidos, Óptica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.855,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (7)

112 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Arduino Mega 2560 R3 , Apresentação: 5 Arduino, Cabo Usb. Microcontrolador: Atmega2560, , Aplicação: Kit Prototipagem , Características Adicionais: Tensão De Operação: 5vcc, Tensão De Entrada: 5-12v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (2), Paracambi/RJ (5)

113 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Arduino Stader R3 , Apresentação: Cabo Uno R3, Cabo Usb, Placa E Sensor , Aplicação: Curso De Robótica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (2), Paracambi/RJ (5)

114 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Acelerômetro E Giroscópio , Apresentação: 3 Eixos 6 Dof Mpu-6050 , Aplicação: Sensores E Acessórios Para Prototipagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (5)

115 - Acessórios para estudo/treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Acelerômetro, Giroscópio E Magnetômetro , Apresentação: 9 Eixos Mpu-9250 , Aplicação: Sensores E Acessórios Para Prototipagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Nilópolis/RJ (5)

116 - Estufa industrial

Descrição Detalhada: Estufa Industrial Temperatura Trabalho: 50 A 300 °C, Capacidade: 100 KG, Aplicação: Secagem De Eletrodos , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1600

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.142,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10)

117 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Manual , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Composição: Manômetro, Chave Temperatura , Outros Componentes: 1 Cesto, Com Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.832,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), Niterói/RJ (1)

118 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Manual , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Composição: Manômetro, Chave Temperatura , Outros Componentes: 1 Cesto, Com Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.678,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

119 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Referência: Ge6610 Arb-2 , Aplicação: Esterilização E Descontaminação De Materiais Bioló , Características Adicionais: Risco Biológico 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.521,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5)

120 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador De Colônias Ajuste: Digital , Capacidade: Para Placas Até 120 MM, Adicional: Inclinação Regulável , Componentes: Base Em Acrílico Transparente, Quadriculada , Componentes Adicionais: Com Lupa Flexível, Lâmpada Fluorescente , Outros Componentes: Visor Digital, Caneta Marcadora , Memória: Memória Até 100 Testes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.566,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (3), Nilópolis/RJ (20), Paracambi/RJ (1)

121 - Capela fluxo laminar

Descrição Detalhada: Capela Fluxo Laminar Material Base: Madeira , Tipo: Vertical , Tensão Alimentação: 110/220 V, Revestimento: Plástico Laminado , Componentes: Bicos P/Gás E Vácuo, Lâmpada Germicida E Tomada Au , Aplicação: Laboratório De Pesquisa , Características Adicionais: Iluminação Lâmpada Fluorescente Interna, Janela Fr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.768,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

122 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Polipropileno , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave , Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.686,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Nilópolis/RJ (6), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

123 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Material: Aço 1020 , Tratamento Superficial: Anticorrosivo , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi , Vácuo Máximo: 0 A 760 MMHG, Tensão: 220 V, Potência: 400 W, Características Adicionais: Válvula Tipo Agulha Para Regulagem Do Vácuo E Da -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.858,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10)

124 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Rotação: Até 30.000 RPM, Capacidade: Até 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.660,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1)

125 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Tipo: Polariscópio Gemológico, Voltagem: 220 V, Padrão: De Mesa, Material: Plástico, Uso: Análise De Gemas, Características Adicionais 1: Fonte De Iluminação Dois Filtros Polarizados Um A-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.076,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1)

126 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 1000 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 576,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (2)

127 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 2000 ML, Temperatura: Até 300 ° C, Adicional: Com Agitação , Rotação: Até 2000 RP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 462,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (2)

128 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Volume: Até 3 L, Temperatura: Até 100 °C, Frequência*: Até 80 KHZ, Temporização: Com Temporizador Até 12 H, Componentes: C/ Sistema Segurança , Adicional: Modo Pulso, Degaseificação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.761,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

129 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Medidor De Ponto De Fusão , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Capacidade: Até 3 Capilares , Temperatura: Até 400 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.639,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (1)

130 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Camara Escura Uv , Voltagem: 220 V, Material: Aço , Uso: Análises Cromatográficas , Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.813,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Nilópolis/RJ (4), Niterói/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (2)

131 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 40 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.926,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2)

132 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex , Ajuste: Ajuste Mecânico , Rotação: Até 3000 RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso , Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.949,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (6), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (10)

133 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Infravermelho Com Transformador De Fourier , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 7.800 Nm, - 1 A 350 Nm -1 NM, Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Interferômetro Tipo Michelson , Componentes: Microcomputador Configuração Mínima:Processador 2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

134 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 250 RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 150 °C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador , Característica Adicional: Articulado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.631,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (8), São Gonçalo/RJ (4)

135 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Componentes: Mesa Em Platina , Outros Componentes: Chariot Regulável, Quadriculado , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.526,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (25), Rio de Janeiro/RJ (20)

136 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 30 Cm , Adicional: Inclinação Até 30°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.175,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (25), Rio de Janeiro/RJ (10)

137 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Trinocular, Invertido , Aumento: Ocular Até 15x , Componentes: Com Suporte Para Placa De Petri , Outros Componentes: Com Filtros , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.875,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

138 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Invertido , Aumento: C/ Objetivas Até 40x , Componentes: Iluminação Em Led, Transmitida , Outros Componentes: C/ Contraste De Fase, Câmera Colorida, Tela Lcd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

139 - Fonte energia - aparelho eletroforese

Descrição Detalhada: Fonte Energia - Aparelho Eletroforese Tensão: 0 A 300 V, Aplicação: Eletroforese

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.609,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

140 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Coração Humano , Material: Resina Plástica Rígida/Pvc , Tamanho: 11 X 11 X 18 CM, Aplicação: Treinamento , Características Adicionais: Peças Ilustrando As Estruturas Importantes Pintada , Acessórios: Suporte Com Elástico Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

141 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Fígado C/ Vesícula Biliar, Pâncreas E Duodeno , Material: Resina Plástica/Pvc , Tamanho: Tamanho Real , Características Adicionais: Adulto, Humano , Outros Componentes: C/ Vasos E Ductos , Acessórios: Base C/ Órgãos Em Relevô

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.074,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

142 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Pulmão Humano Saudável , Material: Resina Plástica/Pvc , Tamanho: Tamanho Real , Características Adicionais: Segmentado Em 2 Partes, Lobo Direito E Esquerdo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 614,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

143 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Rim Direito Saudável , Material: Resina Plástica/Pvc , Tamanho: 3 X Tamanho Real , Características Adicionais: Adulto, Humano , Componente Adicional: Secção Longitudinal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 698,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

144 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Modelo Molecular Orbital , Componentes: 178 Peças , Finalidade: Kit Molecular Para Construção De Moléculas , Adicionais: 7 Elementos Químicos (Total De 69 Átomos) E 104

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 492,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (9), Paracambi/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (6), São Gonçalo/RJ (5)

145 - Moinho de bolas

Descrição Detalhada: Moinho De Bolas Componentes: Gabinete, Pés Antivibratórios, Rele Térmico , Material Esfera: Aço Inox Aisi 304 , Aplicação: Preparo De Amostras De Vegetais , Características Adicionais: Motor Monofásico 220 V, 1 Cv, 4 Polos, 1750 Rpm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.438,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

146 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: 1.000 V, Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Resistência: 32 OHMS, Frequência: 32 KHZ, Características Adicionais: Display Digital/Capacitância 4n/Teste De Diodo/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (26)

147 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Carbono Cromado Fosco , Capacidade: 150 Mm/6 MM, Aplicação: Aulas Práticas , Tipo Escala: Graduação De 0,05 Mm/1/128 , Características Adicionais: Quadrimensional, Cursor Sobre Guias Ressaltadas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8), Paracambi/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (18), São Gonçalo/RJ (5)

148 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.674,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (76)

149 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Digital , Capacidade: Até 20 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.125,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (3)

150 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro , Pressão Máxima Saída: 1,5 BAR., Pressão Máxima Entrada: 25 BAR., Material Corpo: Latão Forjado , Aplicação: Cilindro Gás Acetileno , Vazão: 5 M3/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

151 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro , Pressão Máxima Saída: 3,5 Kgf/Cm2 Fixa , Pressão Máxima Entrada: 0 A 200 KGF/CM2, Material Corpo: Latão Cromado , Características Adicionais: Fluxômetro 0 A 15l/Min, Escala Expandida 0 A 7l/Min , Aplicação: Cilindro De Ar Comprimido Medicinal , Vazão: 15 L/MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

152 - Regulador Pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: 2 Manômetros , Pressão Máxima Saída: 350 PSI, Pressão Máxima Entrada: 500 PSI, Material Corpo: Latão Forjado , Aplicação: Cilindro De De Gás Argônio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

153 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Pressão Máxima Saída: 0 A 10 KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 300 KGF/CM2, Modelo: Ajustável , Material Corpo: Latão Cromado , Aplicação: Cilindro De Gás Carbônico , Vazão: 30 M3/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (3)

154 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Regulador Pressão Tipo Equipamento: 2 Manômetros , Pressão Máxima Saída: 400 PSI, Pressão Máxima Entrada: 3.000 PSI, Modelo: De Ponteiro , Material Corpo: Latão Forjado , Tipo Conexão Saída: Rosca 1/4" Nptf , Características Adicionais: Duplo Estágio/Rosqueamento Universal/Válvula Segur , Aplicação: Cilindro De Nitrogênio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 577,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (6)

155 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Borracha , Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (3), Nilópolis/RJ (2), Paracambi/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (22)

156 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 468 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Descongelamento Automático , Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.694,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), Resende/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (15)

157 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Rotação: Até 1500 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 99 °C, Adicional: Com Temporizador E Operação Contínua , Componentes: P/ Tubos E Microplacas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.269,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

158 - Colorímetro

Descrição Detalhada: Colorímetro Tipo: Portátil , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Método: Geometria 45/0° , Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm , Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm , Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria , Componentes Adicionais: Memória Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.466,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (5)

159 - Aparelho teste floculação

Descrição Detalhada: Aparelho Teste Floculação Tipo: Jarras Testes , Quantidade Provas: 6 , Tensão Alimentação: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Controle Velocidade: Até 150 RPM, Características Adicionais: Cubas Graduadas 2000ml, Luz Fluorescente Base, Has

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.919,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (10)

160 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Manual , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Composição: Manômetro, Chave Temperatura , Outros Componentes: 1 Cesto, Com Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.786,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

161 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: Cerca De 10 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °C, Compatibilidade: Compatível Com Aquecimento Em Areia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.670,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (2)

162 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Sistema Eletroforese Tipo: Vertical , Apresentação: Conjunto Completo , Componentes: Com Placas, Pentes, Espaçadores , Outros Componentes: Suportes, Tampas, Cubas , Capacidade: Até 4 Géis , Dimensões: 0,75 MM, Adicional: Até 10 Poços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.448,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (1)

163 - Cronômetro

Descrição Detalhada: Cronômetro Material Carcaça: Plástico Abs , Tipo: Bolso , Tipo Mostrador: Digital , Funcionamento: Bateria , Características Adicionais: Com Alarme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (54), São Gonçalo/RJ (10)

164 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Digital, Microprocessada , Volume: Até 50 ML, Capacidade: Até 8 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.383,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (6)

165 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Tipo Leituras: Analisador Térmico Das Constante , Tipo Escala: Auto Range , Condutividade Faixa Medição: 0,003 A 100 W/M.K , Resolução: Reprodutibilidade Mínima 2% , Precisão Relativa: 5 PER, Aplicação: Condutividade Térmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.840,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (3)

166 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital , Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital , Rotação: Até 500 RPM, Adicional: Plataforma Cerca De 75 X 50 Cm , Componentes: C/ Alarme, Sistema Segurança , Temporização: Temporizador Até 999

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

167 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Com Agitação Orbital , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Rotação: Até 3500 RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso , Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.069,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (3), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (13)

168 - Amostrador automático

Descrição Detalhada: Amostrador Automático Capacidade: 28,3 Litros/Minuto , Altura: 222,20 MM, Largura: 238,12 MM, Profundidade: 127 MM, Aplicação: Análise Da Qualidade Do Ar Em Ambientes Fechados , Características Adicionais: Estojo E Tripé, Impactador, Bomba Vácuo, Mangueira , Tensão Alimentação: 115 Volts/ 60 Hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.610,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

169 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Pré-Vácuo , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 40 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 1 Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.483,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

170 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,10 MG, Largura: 245 MM, Altura: 344 MM, Profundidade: 321 MM, Diâmetro Prato: 80 MM, Tipo Pannel: Digital , Características Adicionais: Calibração Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.341,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

171 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 15 L, Componentes: Com Tampa Cônica , Temperatura: Até 150 °C, Adicional: Com Agitação De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.825,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8), São Gonçalo/RJ (4)

172 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 5 L E 10 L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital , Temperatura: Até 100 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.476,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (25), São Gonçalo/RJ (5)

173 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Material: Alumínio Fundido , Vácuo Máximo: 730 MMHG, Vazão Livre: 38 L/MIN, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220 V, Potência: 186 W, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo , Largura: 155 MM, Profundidade: 259 MM, Altura: 162 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.294,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (9), São Gonçalo/RJ (10)

174 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Paineis De Controle, Programável , Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarma Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.584,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

175 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Digital, Microprocessada , Volume: Até 100 ML, Capacidade: Até 32 Unidades , Rotação: Até 15.000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarma Desbalanceamento , Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73.718,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

176 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Painel De Forças Vertical/Tripé/Sistema Massa/Mola , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Mecânica Estática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (6)

177 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto De Ondas Mecânicas / Software , Finalidade: Aulas Práticas De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.105,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (7)

178 - Desumidificador

Descrição Detalhada: Desumidificador Capacidade: Ambiente Com 300 M3, Potência Compressor: 390 W, Características Adicionais: Temperatura Funcionamento Entre 17°C A 40°C , Coletor: 13 L, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.528,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (1)

179 - Forno mufla

Descrição Detalhada: Forno Mufla Temperatura Máxima: 1.300 °C, Largura: 300 MM, Altura: 250 MM, Profundidade: 300 MM, Volume: 18 A 23 L, Aplicação: Tratamento Térmico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.975,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

180 - Mufla laboratório

Descrição Detalhada: Mufla Laboratório Material: Gabinete Aço Inox, C/ Pintura Anticorrosiva , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Temperatura: Até 1200 °C, Capacidade: Cerca De 5 L, Componentes: Porta Com Contrapeso , Adicional: Com Isolamento Térmico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.820,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

181 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Blindado , Componentes: Cabo Coaxial: 1,00m. Conector: Bnc, Bulbo Sensor: , Temperatura Trabalho: 0 A 70 °C, Faixa Operação Acidez: 0 A 14 , Características Adicionais: Proteção Plástica, Dimensões: 120mm X 12mm De Diâ- , Código: Ag/Agcl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (20)

182 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Combinado Universal , Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °C, Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 322,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (10)

183 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Combinado , Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc , Temperatura Trabalho: 0 A 100 °C, Faixa Operação Acidez: 0 A 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.218,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

184 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Combinado De Íon Seletivo Amônio , Componentes: Cabo De 1,50 M , Temperatura Trabalho: 0 A 50 °C, Faixa Operação Acidez: 0 A 10 , Características Adicionais: Juncão Dupla, Corpo Epoxi, Conector Bnc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.432,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

185 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm , Tipo Gabinete: Fechado , Material Gabinete: Aço , Conexão: Usb , Área Mínima De Impressão: 92 X 120 X 250 , Alimentação: Bivolt , Características Adicionais: Dupla Extrusora , Padrão Filamentos: Pla, Abs, Hips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.942,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (3)

186 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Máquina De Corte E Gravação A Laser , Padrão 1: Laser Tubo De Vidro , Uso 1: Mdf, Acrílico, Couro, Tecidos, Papéis, Eva, Espu , Potência: 90 W, Características Adicionais 3: Chiller De Circulação De Água Cw-3000 , Componentes Adicionais: Mini Compressor Eletromagnético 80 L, Exaustor De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.439,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (3)

187 - Estesiômetro

Descrição Detalhada: Estesiômetro Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial , Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

188 - Termômetro clínico

Descrição Detalhada: Termômetro Clínico Uso: Veterinário , Ajuste: Digital , Escala: Até 45 °C, Tipo*: Uso Auricular E Retal , Componentes: C/ Alarmes , Memória: Memória Última Medição , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

189 - Mesa massagem

Descrição Detalhada: Mesa Massagem Material Estrutura: Metal Esmaltado Epóxi Texturizada Azul Marinho , Revestimento: Espuma D-28 Revestimento Em Curvin , Característica Adicionais: Dobrável,Apoio Cabeça,Capacidade 500kg,Peso 19kg , Dimensões: 180 X 70 X 85 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 874,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (25)

190 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto , Adicional: Isento De Látex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (26)

191 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Tipo: Manivelas Escamoteáveis , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios_Diagonais , Comprimento: Até 2,20 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,60 M, Capacidade De Carga: Até 200 KG, Tipos De Acionamento: Manual , Componentes: Suporte De Soro , Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.633,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

192 - Goniômetro

Descrição Detalhada: Goniômetro Tipo: Goniômetro Digital , Material: Plástico Transparente , Faixa Medição: 0 A 360 GRA, Resolução: 0,05 GRA, Comprimento: 200 MM, Padrão Medição: Polegadas, Milímetros , Características Adicionais: Medidor Lcd; Bateria, Desligamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

193 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

194 - Aparelho para reabilitação locomotora

Descrição Detalhada: Aparelho Para Reabilitação Locomotora Componentes: Com Esteira Rolante , Outros Componentes: Colunas De Base, Sistema De Sustentação , Características Adicionais: Informatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.949,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

195 - Desfibrilador Externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Externo E Automático De Acesso Público - Dea / Dap , Modo De Funcionamento: Automático , Forma De Onda: Exponencial Truncado Bifásico , Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 300 Choques , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.172,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

196 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo , Comprimento Onda: Vermelho E Infravermelho , Potencia De Saída: 100 Mw , Método Aplicação: Peça De Mão E Suporte , Voltagem Sistema Principal: 220 V, Modo De Operação: Operação Contínua , Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.865,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

197 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microcontrolador De Correntes Tens/Fes , Adicionais: 2 Canais Controle Independentes De Intensidade , Frequência: 0,5 A 250hz , Garantia: Parâmetros Fixos On Time,Off Time,Rise E Decay , Características Adicionais: Burst,Tens E Fes Sincronizado,Fes Recíproco , Acessórios: Largura Pulso 25 A 500vs,Display Alfa-Numérico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.015,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

198 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microprocessado, Diagnóstico Eletrônico , Adicionais: Tratamento Uroginecológico , Corrente: Corrente Bipolar Máxima 60ma , Alimentação: 110/220v C/ Seleção Automática , Consumo Máximo: Consumo Máximo 20w , Garantia: Manual De Operação , Características Adicionais: Terapia De 0 A 60minutos , > 20 Programas , Acessórios: Cabo De Força, Eletrodo Anal, Eletrodo Vaginal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.689,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

199 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microcontrolador De Correntes Tens/Fes , Adicionais: Russa, Aussie, Interferencial, Polarizada , Alimentação: 110/220v , Características Adicionais: Conjunto Completo , Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta , Acessórios 1: Eletrodos De Silicone E De Alumínio, Cintas E Gel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 806,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

200 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo Laser E Led , Comprimento Onda: Até Cerca De 830 Nm , Potencia De Saída: Energia Ajustável , Método Aplicação: Uso C/ Caneta Individual E Combinada - Cluster , Modo De Operação: Modo Pulsada E Contínua , Componente Adicional: Timer , Frequência: Cerca De 1 A 80 Hz , Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.758,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

201 - Bicicleta horizontal uso médico

Descrição Detalhada: Bicicleta Horizontal Exercícios Reabilitação Física Modelo: Cicloergômetro Computadorizado, Portátil , Aplicação: P/ Braço E Perna, Uso No Leito , Tipo Pintura: Eletrostática, Base Articulável E Regulável , Tipo Painel: Tela Ajuste Digital , Tipo Medição: Simetria, Tônus, Força , Ajuste: Treino Passivo, Ativo E Assistido , Acessórios: Peseira, Manopla, C/ Sustentação Membros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

202 - Aspirador cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 MmHg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico , Volume: Cerca De 1,5 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 459,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

203 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Frequência Emissão: 1 E 3 MHZ, Voltagem: 110 / 220 V, Aplicação: Fisioterapia , Características Adicionais: Modo Contínuo E Pulsado , Componentes: Temporizador Ajustável, Sensor Térmico , Outros Componentes: Cabo Força, 2 Transdutores, Fusíveis Extras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.666,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

204 - Esteira elétrica

Descrição Detalhada: Esteira Elétrica Capacidade Máxima: 120 KG, Velocidade Máxima: 20 KM/H, Potência Motor: 2,45 HP, Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Com Display E Rodas De Movimentação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.053,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

205 - Analisador químico

Descrição Detalhada: Analisador Químico Tipo: Analisador De Umidade , Capacidade: 200 G, Sensibilidade: 0,01 / 0,1 , Ajuste De Temperatura: 35 A 205°C Por 1°C , Alimentação: 220v - 50/60 Hz , Ajuste Tempo: Timer 0 A 180 Minutos , Características Adicionais: Análise Por Secagem, Monitor Gráfico Infravermelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.591,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

206 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto Para Estudo Da Teoria Cinética Dos Gases , Finalidade: Aulas Práticas De Física

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.255,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (8)

207 - Armadilha animal

Descrição Detalhada: Armadilha Animal Tipo: Fotográfica , Componentes: Sistema Liga/Desliga Magnético, Sensor Infraverme , Material: Plástico Abs , Características Adicionais: 7.0 Megapixels, Autonomia 1.600 Hs, Impermeável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 831,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (50)

208 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 100 G, Resolução: 0,1 MG, Diâmetro Prato: 90 MM, Tipo Pannel: Digital , Voltagem: 220 V, Tempo Medição: 5 S, Frequência: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.685,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (3)

209 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 4.200 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Illuminação , Características Adicionais: Semi-Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (54)

210 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 6,10 KG, Resolução: 0,01 G, Comprimento: 172 MM, Largura: 172 MM, Altura: 120 MM, Quantidade Dígitos: 6 UN, Comprimento Prato: 172 MM, Largura Prato: 172 MM, Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.849,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

211 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Banco Ótico/Lentes Esféricas/Prismas/Espelhos/Font , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Ótica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.593,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

212 - Banho Seco Laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Até 35 Tubos/Microtubos , Temperatura: Controle Temperatura Até 200 °C, Temporização: Temporizador Até 100 H, Adicional: Com Sistema De Alarmes E Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.128,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

213 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Material: Alumínio Fundido , Vácuo Máximo: 730 MMHG, Vazão Livre: 38 L/MIN, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220 V, Potência: 186 W, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo , Largura: 155 MM, Profundidade: 259 MM, Altura: 162 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.292,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

214 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.150,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

215 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 1 PER, Aplicação: Em Soluções Aquosas E Alcoólicas/Resistividade , Características Adicionais: Escala De 0 A 2000, Duração Bateria De 60 Horas , Modelo: Microprocessado De Bancada , Tipo: Digital , Funções: Calibração Automática E Temperatura De Compensação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.365,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

216 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 0,05 PER, Tipo Display: Alfanumérico/Iluminado/2 Linhas X 16 Caracteres , Saída Impressora: Rs 232 , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência Consumida: 2,50 VA, Largura: 150 MM, Altura: 170 MM, Profundidade: 230 MM, Peso: 1,30 KG, Aplicação: Em Soluções Aquosas E Alcoólicas/Resistividade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.178,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

217 - Régua escritório

Descrição Detalhada: Régua Escritório Material: Aço , Comprimento: 60 CM, Graduação: Centímetro/Polegada , Tipo Material: Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

218 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Manual , Capacidade Máxima: 90 KGF, Aplicação: Medição Esforço Da Mão , Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

219 - Decibelímetro

Descrição Detalhada: Decibelímetro Resolução Som: 0,10 DB, Faixa Medição: 30 A 130 DB, Faixa Frequência: 20 Hz A 8 Khz , Tipo Visor: Digital , Tipo Microfone: Eletreto 12 Mm , Tipo Mudança Escala: Manual E Automática , Tipo Alimentação: Bateria , Voltagem Bateria: 9 V, Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Conservação: -10 A 60 °C, Precisão: +/- 1,50 DB, Aplicação: Medição Nível Ruído , Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2 , Características Adicionais: Indicação Bateria Fraca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 799,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Niterói/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (3)

220 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Medidor De Ponto De Fusão , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Capacidade: Até 3 Capilares , Temperatura: Até 400 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.325,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (8)

221 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Manual , Capacidade Máxima: 90 KGF, Aplicação: Medição Esforço Da Mão , Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (6)

222 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Manual , Capacidade Máxima: 90 KGF, Aplicação: Medição Esforço Da Mão , Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (6)

223 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Manual , Capacidade Máxima: 90 KGF, Aplicação: Medição Esforço Da Mão , Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (6)

224 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Manual , Capacidade Máxima: 90 KGF, Aplicação: Medição Esforço Da Mão , Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (6)

225 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 , Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56.912,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (8)

226 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm , Banda De Passagem: 5 NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm , Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lampadas Tungstenio E Halogenio , Comprimento Onda: 2 NM, Precisão Fotométrica: 0.0 A 0.3 PER, Componentes: 3 Cubetas De Vidro, 3 Cubetas De Quartzo , Potência: 90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.042,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

227 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.506,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (6), São Gonçalo/RJ (1)

228 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 250 RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 150 °C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador , Característica Adicional: Articulado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.273,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

229 - Fluxômetro

Descrição Detalhada: Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável , Capacidade Fluxo: 0,1 A 3,5 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Em Alumínio Anodizado E Termop , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.833,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

230 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 110/220 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Dc Digital De Bancada Com 02 Displays De 3/1/2/ Dí , Tensão Saída: 0 A 30 V, Corrente Saída: 0 A 3 A, Dimensões: 16x26,7x31 CM, Aplicação: Laboratório De Pesquisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.524,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Margem de Preferência Normal (%): 0,01

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Paracambi/RJ (6), Rio de Janeiro/RJ (5)

231 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 5 A, Frequência Nominal: 50 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (50)

232 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 228 L, Voltagem: 220 V, Cor: Branca , Altura: 170 CM, Largura: 65 CM, Profundidade: 72 CM, Características Adicionais: Controle De Temperatura , Funções: Com Sistema De Degelo Do Tipo "Frost Free" , Tipo Porta: Reversível , Aplicação: Conservação De Alimentos , Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.999,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

233 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Gerador Eletrostático Van De Graaff , Modelo: Standard, 400 Kv , Aplicação: Estudo Da Eletrização, Eletroscópio, Distribuição

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Niterói/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (4)

234 - Régua De Escala

Descrição Detalhada: Régua De Escala Material: Aço Inoxidável , Comprimento Nominal: 1.000 MM, Largura: 33 MM, Espessura Mínima: 1,2 MM, Características Adicionais: Divisão Em Mm E Polegadas , Aplicação: Medição De Peça E Material Em Laboratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

235 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Volume: Até 15 L, Frequência*: Até 40 KHZ, Temporização: Com Temporizador Até 60 MIN, Componentes: Com Tampa , Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.250,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (3)

236 - Liofilizador

Descrição Detalhada: Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Temperatura: Até -55 °C, Entrada: Até 8 Válvulas , Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores , Acessórios: C/ Bomba Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53.996,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

237 - Modelo anatômico para fins didáticos

Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Artificial , Material: Silicone , Finalidade: Ressuscitação Cardiopulmonar, Com Mandíbula Móvel , Aplicação: Treinamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (1)

238 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: 1000 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 582,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

239 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta Aquecedora Tipo: Para Balão , Capacidade: 5000 ML, Temperatura: Até 300 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.209,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (3)

240 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 50 KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas , Capacidade Depósito: 10 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

241 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 2,00 PER, Tipo Display: Alfanumérico/Iluminado/2 Linhas X 16 Caracteres , Tensão Alimentação: 6 V, Largura: 150 MM, Modelo: De Bolso , Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.589,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (6)

242 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 2,00 PER, Tipo Display: Alfanumérico/Iluminado/2 Linhas X 16 Caracteres , Tensão Alimentação: 6 V, Largura: 150 MM, Modelo: De Bolso , Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.441,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (5)

243 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.106,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (3)

244 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.846,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (3)

245 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.748,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (3)

246 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.926,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (3)

247 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Bancada , Material Corpo: Aço Inoxidável , Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph E De -1999 A +1999 Mv , Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv , Temperatura Operação: -20 A +120 °C, Tensão: 110/220 V, Aplicação: Medição Ph/Mv Em Soluções Químicas , Características Adicionais: Suporte Haste Móvel, Termocompensador Auto/Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.519,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

248 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Caneta , Formato: Cilíndrico , Material Corpo: Plástico , Aplicação: Medição Ph Papel Em Obras Raras , Características Adicionais: Cor Tinta Variável Indicação Ph

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.621,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (23)

249 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Caneta , Formato: Cilíndrico , Material Corpo: Plástico , Aplicação: Medição Ph Papel Em Obras Raras , Características Adicionais: Cor Tinta Variável Indicação Ph

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.779,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (8), São Gonçalo/RJ (1)

250 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.423,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (5)

251 - Medidor Laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Portátil , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude , Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.032,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

252 - Mesa para balança

Descrição Detalhada: Mesa Para Balança Material Tampo: Granito Maciço , Material Sobre Tampo: Granito Maciço , Material Estrutura: Concreto Armado , Material Coxins: Neoprene , Altura: 30 CM, Largura: 40 CM, Profundidade: 32 CM, Características Adicionais: Encamisado Compensado 15mm Revestido Laminado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 676,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (6), Rio de Janeiro/RJ (27)

253 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.740,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

254 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Módulo Didático , Componentes: Bancada De Hidráulica Com Manômetro E Tubo "U" Dif , Finalidade: Aulas Práticas E Experimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.129,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (6)

255 - Processador de tecido

Descrição Detalhada: Processador De Tecido Ajuste: Ajuste Digital, Programável , Componentes: C/ Visor E Pannel Controle , Capacidade: Até 150 Cassetes , Adicional: C/ Bandeja Expurgo, Alarmes , Segurança: C/ Sistema Segurança Falta Energia , Volume Câmara: Reservatório Parafina Até 2 L, Controle Temperatura: Controle Temperatura Até 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.547,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

256 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Frequência Operação: 462 A 476 GHZ, Operação: 26 Canais, 121 Códigos , Acessórios: Bateria Nimh Recarregável, Cabo E Carregador Usb , Características Adicionais: Alerta Vibratório E Viva Voz , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.113,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Niterói/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (45)

257 - Rede coletora

Descrição Detalhada: Rede Coletora Material: Tela De Nylon , Formato: Cilíndrico , Componentes: Anel De Aço E Coletor De Pvc , Abertura Malhas: 300 Micra , Diâmetro: 0,60 M, Comprimento: 3 M, Capacidade Coletor: 300 ML, Aplicação: Plâncton E Microorganismos Aquáticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.055,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (5), Nilópolis/RJ (1), Niterói/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1)

258 - Rede coletora

Descrição Detalhada: Rede Coletora Material: Tela De Nylon , Formato: Cilíndrico , Componentes: Anel De Aço E Coletor De Pvc , Abertura Malhas: 300 Micra , Diâmetro: 0,60 M, Comprimento: 3 M, Capacidade Coletor: 300 ML, Aplicação: Plâncton E Microorganismos Aquáticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.353,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (5), Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

259 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil , Tipo Display: Analógico , Aplicação: P/ Determinação De Açúcares , Faixa Medição: Até 35 % Brix , Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 308,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (6)

260 - Régua De Escala

Descrição Detalhada: Régua De Escala Material: Aço Inoxidável , Comprimento Nominal: 1.000 MM, Largura: 33 MM, Espessura Mínima: 1,2 MM, Características Adicionais: Divisão Em Mm E Polegadas , Aplicação: Medição De Peça E Material Em Laboratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

261 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação , Peso: 17,4 KG, Voltagem: 110/220 V, Largura: 25,50 CM, Altura: 45,50 CM, Profundidade: 35,50 CM, Características Adicionais: Lâmpada Ultra Violeta (254 A 185 Nm), Filtro Micro , Vazão: 1,5 L/Ml

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.879,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

262 - Telescópio

Descrição Detalhada: Telescópio Tipo: Refletor , Distância Focal: 2320 MM, Aplicação: Visualização Da Lua, Planetas, Nebulosas , Características Adicionais: Retrátil, Acompanha Lentes Oculares De 10mm E 23mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.332,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

263 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C) °C, Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes , Material: Plástico , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m , Alimentação: Pilha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (17)

264 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Espeto , Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300 °C, Aplicação: Nutrição Hospitalar , Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Tecla Liga E Desliga, Alarme A Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (80)

265 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: K , Tipo Sensor: Termopar , Material Bainha: Liga Níquel, Cromo E Alumínio , Comprimento Bainha: 1500 MM, Diâmetro Bainha Exterior: 3 MM, Tipo Isolação: Mineral Em Inconel , Características Adicionais: Faixa Temperatura 0-12000°C, Faixa Erro Aproximada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

266 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto P/ Queda Livre Com 5 Sensores E Cronômetr , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.748,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (4), Niterói/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (6)

267 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas , Componentes: Conjunto De Acústica E Ondas , Finalidade: Aulas Práticas De Física, Eletrodinâmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.500,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

268 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conectores Tipo Banana De 04mm Para Conexão Com Po , Características Adicionais: Cabo Conector Para Eletrodos Impressos , Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

269 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Combinado Universal , Componentes: Corpo Epóxi , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °C, Características Adicionais: Conexão Bnc/Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph O S 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 483,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

270 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Combinado , Componentes: Corpo Vidro/ Sensor De Temperatura Pt1000 , Temperatura Trabalho: 0 A 100 °C, Faixa Operação Acidez: 0 A 14 , Características Adicionais: Slope Superior A 0,97 , Compatibilidade Equipamento: Medidor Ph Marca Metrohm 780 , Código: 6.0258.010

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 476,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (30)

271 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Vidro , Temperatura Trabalho: 0 A 135 °C, Faixa Operação Acidez: 0 A 14 , Características Adicionais: Diâmetro 12mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.206,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

272 - Eletrodo Medição Ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Cálcio , Componentes: Corpo Plástico / Conexão Bnc , Temperatura Trabalho: 0 A 50 ° C, Faixa Operação Acidez: 3 A 12 , Características Adicionais: Concentração De Medida 1 A 0,000001 Mol/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.120,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

273 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Fluoreto , Componentes: Corpo Plástico / Conexão Bnc , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °C, Faixa Operação Acidez: 5 A 8 , Características Adicionais: Concentração De Medida 1 A 0,000001 Mol/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.229,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

274 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Cloreto , Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc , Características Adicionais: Limite Detecção 1 A 0,000001, Reprodutividade +/-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.524,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

275 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Fluoreto , Componentes: Corpo Plástico / Conexão Bnc , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °C, Faixa Operação Acidez: 5 A 8 , Características Adicionais: Concentração De Medida 1 A 0,000001 Mol/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.002,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

276 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Fluoreto , Componentes: Corpo Plástico / Conexão Bnc , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °C, Faixa Operação Acidez: 5 A 8 , Características Adicionais: Concentração De Medida 1 A 0,000001 Mol/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.262,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

277 - Eletrodo Medição Ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Cálcio , Componentes: Corpo Plástico / Conexão Bnc , Temperatura Trabalho: 0 A 50 °C, Faixa Operação Acidez: 3 A 12 , Características Adicionais: Concentração De Medida 1 A 0,000001 Mol/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.832,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

278 - Eletrodo Medição Ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Cálcio , Componentes: Corpo Plástico / Conexão Bnc , Temperatura Trabalho: 0 A 50 ° C, Faixa Operação Acidez: 3 A 12 , Características Adicionais: Concentração De Medida 1 A 0,000001 Mol/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.008,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

279 - Eletrodo Medição Ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Seletivo Para Sulfeto , Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc , Características Adicionais: Limite Detecção 1 A 0,000001, Reprodutividade +/-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.223,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

280 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Combinado Para Titulações De Oxi-Redução , Componentes: Junção De Cerâmica, Elemento Detenção De Platina , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °C, Faixa Operação Acidez: - 2000 A + 2000 Mv , Compatibilidade Equipamento: Equipamento Mettler Toledo Dm140-Sc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.642,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

281 - Recipiente , botijão criogênico

Descrição Detalhada: Recipiente / Botijão Criogênico Material: Aço Inoxidável , Formato: Cilíndrico , Capacidade: 50 L, Aplicação: Nitrogênio Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.293,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

282 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 16.3 Mpixels , Terminal Conexão Saída: Via Usb 3.1 Tipo C Com Filtro Ferrit , Características Adicionais: Sensor Cmos 1/2.3", Tamanho Dos Pixels: 1.55 X , Tipo Monitor: Colorido , Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Com 60 Fps , Aplicação: Microscópios E Estereomicroscópios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.406,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

283 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque,Programável , Tipo*: De Co2 , Volume: Cerca De 180 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Com Vedação , Componentes: Com Porta Frontal , Outros Componentes: Até 5 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60.508,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

284 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 549 L, Voltagem: Bivolt V, Temperatura Operação: -50 A -86 °C, Aplicação: Laboratório , Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130.220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

285 - Microcentrífuga

Descrição Detalhada: Microcentrífuga Ajuste: Digital, Microprocessada , Volume: Até 2 , Capacidade: Até 24 Unidades , Rotação: Até 15000 RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta , Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 2,0 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.290,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

286 - Medidor Índice Acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital , Modelo: De Bancada , Faixa Medição: 0 A 14 Ph , Precisão: 0,01 , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.170,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (6), São Gonçalo/RJ (10)

287 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.534,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), São Gonçalo/RJ (5)

288 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 300 A 350 L, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Frost Free, Prateleiras Removíveis, Controle Tempe , Tipo: Vertical / O1 Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.100,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4), São Gonçalo/RJ (2)

289 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 100 KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas , Capacidade Depósito: 20 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.658,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (1)

290 - Lupa eletrônica

Descrição Detalhada: Lupa Eletrônica Tipo: Portátil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Faixa Ampliação: 2 A 80 Vezes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), São Gonçalo/RJ (10)

291 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Portátil E Digital , Formato: Retangular , Material Corpo: Aço Inoxidável , Modelo: Microprocessado , Faixa Medição: De -2,000 A 20,000ph, -1999,9 A 1999,9 Milivolt E , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Químicas , Características Adicionais: Calibração Em 1 Ponto C/ Solução Buffer De Ph Próx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.908,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3)

292 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.172,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (4)

293 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Uv-Visível, Mono-Feixe , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 - 1.000nm , Banda De Passagem: 2 NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm , Aplicação: Equipamento Medição , Características Adicionais: Lâmpada De Tungstênio E Deutério , Potência: 80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.824,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (1), São Gonçalo/RJ (2)

294 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável , Capacidade: Até 25 L, Temporização: Com Temporizador Até 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.470,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

295 - Densímetro

Descrição Detalhada: Densímetro Material: Polipropileno , Densidade Mínima: 0,0001 G/Cm³ , Percentagem Mínima: 0% , Graduação: 0,0001 G/Cm³ , Faixa Escala: 0 G/Cm³ A 3 G/Cm³ , Componentes: 2 Baterias Alcalinas Lr06 Aa 1,5v , Características Adicionais: Temperatura: 0°C A 40°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.220,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

296 - Calorímetro

Descrição Detalhada: Calorímetro Componentes: Amostrador Automático Para 34 Amostras , Capacidade Leitura: -150 A 700 °C, Tensão Alimentação: 230 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Sistema De Refrigeração Intracooler Com Faixa De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1)

297 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal , Material Revestimento Externo: Plástico , Tipo: Digital , Tipo Tela: Colorida , Largura Faixa: 100 MHZ, Quantidade Canais: 2 UN, Alimentação: 100-240 VC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.060,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (1)

298 - Gerador de sinal

Descrição Detalhada: Gerador De Sinal Tipo: Digital , Tensão Alimentação: 110/240 V, Frequência: 50/60 HZ, Faixa Frequência: 0,20 Hz A 2 Mhz , Impedância Saída: 50 OHMS, Características Adicionais: Display Led 7 Segmentos, 6 Dígitos E 7 Faixas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.570,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (1)

299 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.856,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (10)

300 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Ocular Até 16x , Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.387,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (2), Nilópolis/RJ (4)

301 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.428,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

302 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 3.310 G, Resolução: 0,01 G, Tipo Pannel: Display Analógico , Características Adicionais: Analítica, Prato: 170 X 180 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.189,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (6), PINHEIRAL/RJ (1), São Gonçalo/RJ (5)

303 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Material: Alumínio Fundido , Vácuo Máximo: 730 MMHG, Vazão Livre: 38 L/MIN, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220 V, Potência: 186 W, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo , Largura: 155 MM, Profundidade: 259 MM, Altura: 162 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.194,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (5)

304 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 , Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114.991,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (1)

305 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.674,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (19), Rio de Janeiro/RJ (2)

306 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A"/Sistem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.228,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1)

307 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Digital, Microprocessada , Volume: Até 100 ML, Capacidade: Até 28 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Alarme Balanceamento , Componentes: C/ Adaptadores Tubos 10, 15, 50, 100 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.785,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

308 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Medidor Transmissor De Oxigênio Dissolvido Em Água , Voltagem: 11 A 30 VCC, Padrão: Digital , Uso 1: Montagem Em Fluxo (Tubulações) , Características Adicionais 3: Fotoluminescente, Faixa 0,0 A 20 Mg/L, Saída Em

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.840,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

309 - Capela fluxo laminar

Descrição Detalhada: Capela Fluxo Laminar Material Base: Madeira , Tipo: Vertical , Tensão Alimentação: 110/220 V, Revestimento: Plástico Laminado , Componentes: Bicos P/Gás E Vácuo, Lâmpada Germicida E Tomada Au , Aplicação: Laboratório De Pesquisa , Características Adicionais: Iluminação Lâmpada Fluorescente Interna, Janela Fr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.768,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (1)

310 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Medidor De Ponto De Fusão , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável , Capacidade: Até 3 Capilares , Temperatura: Até 400 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.639,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (10)

311 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 250 RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 150 °C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador , Característica Adicional: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.631,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

312 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Componentes: Mesa Em Platina , Outros Componentes: Charriot Regulável, Quadriculado , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.526,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (2), São Gonçalo/RJ (10)

313 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 30 Cm , Adicional: Inclinação Até 30°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.175,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (10)

314 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Trinocular, Invertido , Aumento: Ocular Até 15x , Componentes: Com Suporte Para Placa De Petri , Outros Componentes: Com Filtros , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.875,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

315 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.674,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (10)

316 - Aparelho teste floculação

Descrição Detalhada: Aparelho Teste Floculação Tipo: Jarras Testes , Quantidade Provas: 6 , Tensão Alimentação: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Controle Velocidade: Até 150 RPM, Características Adicionais: Cubas Graduadas 2000ml, Luz Fluorescente Base, Has

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.919,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): São Gonçalo/RJ (4)

317 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Digital, Microprocessada , Volume: Até 50 ML, Capacidade: Até 8 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.383,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

318 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 250 RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 150 °C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador , Característica Adicional: Articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.273,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2)

319 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 228 L, Voltagem: 220 V, Cor: Branca , Altura: 170 CM, Largura: 65 CM, Profundidade: 72 CM, Características Adicionais: Controle De Temperatura , Funções: Com Sistema De Degelo Do Tipo "Frost Free" , Tipo Porta: Reversível , Aplicação: Conservação De Alimentos , Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.999,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

320 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 50 KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas , Capacidade Depósito: 10 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (1)

321 - Medidor Laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Portátil , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude , Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37.032,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (1)

322 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação , Peso: 17,4 KG, Voltagem: 110/220 V, Largura: 25,50 CM, Altura: 45,50 CM, Profundidade: 35,50 CM, Características Adicionais: Lâmpada Ultra Violeta (254 A 185 Nm), Filtro Micro , Vazão: 1,5 L/MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.879,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1)

323 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço, Capacidade: 31L, Potência: 1600W, Voltagem: 127V, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Prato Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 729,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (5)