

PE 171/2023

Item 01 - A proposta da empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 90.909.631/0001-10, **não atendeu ao edital nos seguintes itens:**

1. Foi solicitado no termo de referência item 11.3 item II, *“Enviar o registro da ANVISA e documentação de atendimento das normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-4, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 60601-1-8, NBR IEC 60601-1-9, NBR IEC 60601-2-4, NBR IEC 60601-2-27 NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2-49.”*, já na documentação enviada e no manual baixado do site da ANVISA não consta a norma NBR IEC 60601-1-9, **não atende ao edital.**
2. Foi solicitado no descritivo do equipamento ECG com frequência cardíaca de 1-300BPM com exatidão de 1BPM, na proposta consta consta de 15 a 350BPM e no manual baixado do site da ANVISA consta “ECG: É possível ajustar o alarme mínimo de ECG em níveis entre 30 e 100 BPM, com intervalo de 5 em 5 BPM quando em modo “Adulto” e de 1 em 1 BPM quando em modo “neo”. É possível ajustar o alarme máximo de ECG em níveis entre 100 e 250 BPM, com intervalos de 5 em 5 BPM em modo “adulto” e de 1 em 1 BPM em modo “neo”, **não atende ao edital.**
3. Foi solicitado treinamento de 4 horas em 2 turnos, na proposta não consta treinamento, **não atende ao edital.**



Documento assinado digitalmente  
BRUNO CASTAGNA DE ATAYDE  
Data: 13/12/2023 14:37:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>