

FOLHA DE DESPACHO

Ref. Protocolo Nº: _____

1) Ao Laboratório

Solicito análise dos documentos apresentados pela empresa Diagmaster, que é a nova colocada para o lote do pregão eletrônico 173/2023, realizado para contratação de empresa fornecedora de reagentes para hemocultura.

Os documentos de habilitação jurídica, regularidade Fiscal, social e trabalhista e habilitação econômico-Financeira, foram analisados pela Comissão de Licitações e estão todos regulares.

Desta forma, encaminho para análise técnica.

Novo Hamburgo, 20 de Dezembro de 2023.



Pamela Puntel
Pregoeira
FSNH
Fundação de Saúde Pública de NH

2) segue anexo a resposta da análise.

Att,



Msc. Diógenes Rodrigues
Farmacêutico Bioquímico
CRF 10915
26/12/23

Novo Hamburgo-RS, 26 de dezembro de 2023.

Prezados!

Ao analisar detalhadamente a descrição no termo de referência da licitação em relação as componentes dos frascos de hemoculturas (adulto e pediátrico) com as que constam na bula dos frascos produzidos pela Autobio Diagnostics CO. LTDA, fornecidos pela empresa Diagmaster, identificamos disparidades significativas e o produto ofertado não atende integralmente aos nossos requisitos mínimos para as nossas necessidades:

=> Componentes mínimos necessários descritos no termo de referência:

Pacientes adultos: Contendo 25 ml de meio de cultura TSB para paciente adultos; - Hemina; - Menadiona; - Atmosfera enriquecida com CO₂; resinas de inativação de antibióticos, capacidade para 3 a 10 ml de sangue do paciente;

Pacientes pediátricos: Contendo 40 ml de meio de cultura TSB para paciente adultos; - Hemina; - Menadiona; - Atmosfera enriquecida com CO₂; resinas de inativação de antibióticos, capacidade para 0,5 a 5 ml de sangue do paciente;

=> Componentes descritos na bula dos frascos produzidos pela empresa Autobio Diagnostics CO. LTDA:


Ingredientes	Porcentagem
Triptona	1% w/v
Gelatina Peptona	1% w/v
Extrato De Levedura	0.45% w/v
Glicose	0.3% w/v
Sulfonato de Polianolol de Sódio	0.025% w/v
Resina	0.5% w/v

Além disso, há discrepância no quantitativo de meio e de sangue a ser coletado:

=> Os frascos da empresa Autobio Diagnostics CO. LTDA são de **20 ml (PF)** e **30 ml (FA)** de meio com capacidade de coleta de sangue **1 a 5 ml do frasco (PF)** e **8 a 10 ml do frasco (FA)**.

Lamentamos informar que, devido a razões específicas acima citados, não podemos aceitar o fornecimento do produto.

Atenciosamente,



Msc. Diógenes Rodrigues
Farmacêutico CRF-RS 10915