



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO
AV. PEDRO ADAMS FILHO, 6520 – OPERÁRIO
NOVO HAMBURGO - RS
CEP: 93315-544 – FONE/FAX: (51) 3272.3272
www.fsnh.net.br

Pregão Eletrônico - 33/2024

Item 01 - A proposta da BH LABORATORIOS LTDA. CNPJ: 22.283.196/0001-01 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos:

1. Foi solicitado que equipamento tivesse registro na ANVISA, equipamento está com registro da ANVISA cancelado **não atende ao edital.**
2. Foi solicitado que o equipamento equipamento deve realizar autoteste para verificar a funcionalidade do equipamento, circuito do ECG, carga e descarga do choque e carga da bateria em de no mínimo 150J, no manual do site da ANVISA informa que informa que "O Cardioversor VIVO é dotado de bornes para teste de disparo de energia, que ficam posicionados próximos a alça de transporte do equipamento. O Usuário deverá selecionar uma carga de 20 Joules, **não atende ao edital.**



Documento assinado digitalmente

BRUNO CASTAGNA DE ATAYDE

Data: 17/04/2024 08:41:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>