FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH
	Ficha de Avaliação de Material Para Análise

Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.

Razão Social*: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA	CNPJ: 27.066.602/0001-06

MATERIAL: KIT CATETER TRIPLO LÚMEN N° 12 FR X 16 CM HEMODIÁLISE. DEVE SER: CENTIMETRADO; POSSUIR PONTA ATRAUMÁTICA; PONTO DE FIXAÇÃO DE CATETER COM SISTEMA GIRATÓRIO PARA MAIOR SEGURANÇA, MENOR RISCO DE SANGRAMENTO E CONFORTO DO PACIENTE; SERINGA; DILATADOR; EM CADA 'HUB' DEVE CONTER TAMPA CONTRA POEIRA NÃO VENTILADA; FIO GUIA DE AÇO TEFLONADO COM PONTA "J"; SISTEMA DE PROGRESSÃO DE FIO GUIA, QUE PERMITA A PROGRESSÃO DO FIO UTILIZANDO APENAS UMA DAS MÃOS; E AGULHA INTRODUTORA. DEVE CONTER LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.

Código: 109792	Pregão*: 56/2025	Item*: 24
Marca*: ALIVE HEART / Guangdong Baihe	Modelo (nome comercial)*: KIT CATETER TRIPLO LÚMEN N° 12 FR X 16 CM	
Fabricante*: ALIVE HEART / Guangdong Baihe	Lote: T240530E	
Nº de registro*: 80415440019	Esterilização/ Fabricação: 30/05/2024	
Local de fabricação: China	Validade: 29/05/2029	
	Número de amostras: 2	

Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização

	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto			
	Identificação escrita do produto			
	Outros dados de identificação			
	Selagem			
	Abertura			
	Manuseio			
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina			
	Atende as recomendações do SCIH?			
	Qualidade do material			
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente			
	Registro no MS / ANVISA			

Outras observações adicionais:

Cateter sem Nanosilver e fazer c/ Gin. Vitrici Inglesa. Risco Nº

Produto aprovado para uso na FSNH? Sim ( ) Não (X)

Avaliador(es) (carimbo/assinatura):

Giuliano Chagas Pereira
Cirurgia Vascular
CREMERS 26166

Data: 19/05/2025