

 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH			
	Ficha de Avaliação de Material Para Análise			
	Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.			
Razão Social*: MEDICSTOK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 05.997.927/0001-61		
MATERIAL: CATETER PARA CANULIZAÇÃO UMBILICAL MONO LÚMEN - DIÂMETRO 3,5 FR. PVC TRANSPARENTE, ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, PARA USO POR VIA VENOSA OU ARTERIAL. COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 30 E 40 CM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM PONTA ATRAUMÁTICA, SEGUINDO LEGISLAÇÃO VIGENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.				
Código: 100585		Pregão*: 56/2025		Item*: 13 e 14
Marca*: VITALGOLD		Modelo (nome comercial)*: CATETER PARA CANULIZAÇÃO UMBILICAL MONO LÚMEN		
Fabricante*: VITALGOLD		Lote:		
Nº de registro*: 10296900147		Esterilização/ Fabricação:		
Local de fabricação: ÍNDIA		Validade:		
		Número de amostras: 2 de cada tam.		
Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização				
	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto	X		
	Identificação escrita do produto	X		
	Outros dados de identificação	X		
	Selagem	X		
	Abertura	X		
	Manuseio	X		
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina		X	
	Atende as recomendações do SCIH?			
	Qualidade do material		X	
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente			
	Registro no MS / ANVISA			
Outras observações adicionais: Material apresenta a ponta do cateter romba o que pode causar trauma na linha da orelha ou veia durante a canulização. Ideal que a extremidade de conexão seja				
Produto aprovado para uso na FSNH?		Sim () Não (X)		
Avaliador(es) (carimbo/assinatura):		Fernanda Fazzenda Machado COREN/RS-164125-ENF		
Data: 22/05/2025				

luerlock, evitando e extrusamentos e ou perca do cateter.