



## Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH

## Ficha de Avaliação de Material Para Análise

**Observações:** Preenchimento Obrigatório (\*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.

**Razão Social\*:** YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES – LTDA

**CNPJ:** 51.740.794/0001-60

**MATERIAL:** CATETER PARA CANULIZAÇÃO UMBILICAL MONO LÚMEN - DIÂMETRO 3,5 FR. PVC TRANSPARENTE, ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, PARA USO POR VIA VENOSA OU ARTERIAL. COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 30 E 40 CM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PONTA ATRAUMÁTICA, SEGUINDO LEGISLAÇÃO VIGENTE MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

**Código:** 100585 E 100584

**Pregão\*:** 56/2025

**Item\*:** 13 E 14

**Marca\*:** VITALGOLD

**Modelo (nome comercial)\*:** VITALGOLD

**Fabricante\*:** VITALGOLD

**Lote:** S220960501

**Nº de registro\*:** 10296900147

**Esterilização/ Fabricação:** 09.2022

**Local de fabricação:** INDIA

**Validade:** 08.2027

**Número de amostras:** 1

Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização

| CARACTERÍSTICAS        |                                                          | ADEQUADO | INADEQUADO | JUSTIFICATIVA |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Embalagem<br>Rotulagem | Identificação visual do produto                          | X        |            |               |
|                        | Identificação escrita do produto                         | X        |            |               |
|                        | Outros dados de identificação                            | X        |            |               |
|                        | Selagem                                                  | X        |            |               |
|                        | Abertura                                                 | X        |            |               |
|                        | Manuseio                                                 | X        | X          |               |
| Análise<br>Técnica     | Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina |          | X          |               |
|                        | Atende as recomendações do SCIH?                         |          |            |               |
|                        | Qualidade do material                                    |          | X          |               |
| Análise<br>Legal       | Atende aos requisitos da legislação vigente              |          |            |               |
|                        | Registro no MS / ANVISA                                  |          |            |               |

**Outras observações adicionais:**

Material de mesma marca testada e foi reprovada.  
Este material apresentou melhor pois a ponta distal apresenta  
bom arredondado e sem ranhuras e a conexão com derivação  
ficou firme, não soltou.

**Produto aprovado para uso na FSNH?**

Sim ( )

Não X

**Avaliador(es) (carimbo/assinatura):**

Sugestão de diferença no lote de  
fabricação.

Fernanda Fazenda Machado  
COREN-RS-164125-ENF

**Data:** 05/06/2025