



FUNDAÇÃO DE
SAÚDE PÚBLICA DE
NOVO HAMBURGO

Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH

Ficha de Avaliação de Material Para Análise

Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.

Razão Social*: BIMEX RS COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 42.040.380/001-38

MATERIAL: ADAPTADOR PARA FRASCOS DE SORO - SISTEMA FECHADO, COM DIMENSIONAL DO PENETRADOR, CONFORME NBR 14041, QUE FACILITE A UTILIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES EM ALMOTOLIA E PERMITA FRACIONAMENTO, ATRAVÉS DE CONECTORES LUER E LUER LOCK DE SERINGAS E EXTENSORES. DEVE POSSUIR PROTETORES QUE GARANTAM A ESTERILIDADE DO PRODUTO APÓS A ABERTURA DA EMBALAGEM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.

Código: 63489

Pregão*: 63.2025

Item*: 1

Marca*: SEROPLAST

Modelo (nome comercial)*: SEROPLAST

Fabricante*: SEROPLAST

Lote: 242108/1

Nº de registro*: 81.479.11.0023

Esterilização/ Fabricação: Março 2024

Local de fabricação:

Validade: Março 2027

Número de amostras: 4

Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização

	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto	✓		
	Identificação escrita do produto	✓		
	Outros dados de identificação	✓		
	Selagem	✓		
	Abertura	✓		
	Manuseio	✓		
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina	NÃO		
	Atende as recomendações do SCIH?	NÃO		
	Qualidade do material		×	
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente			
	Registro no MS / ANVISA			

Outras observações adicionais: NÃO atende a finalidade que se destina, NÃO conecta em conectores Luer e Luer Lock de seringas e extensores.

Produto aprovado para uso na FSNH?

Sim () Não ☒

Avaliador(es) (carimbo/assinatura):

Solange Peres
COREN-RS 554955-EM

Data: 10/07/2025