

 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH			
	Ficha de Avaliação de Material Para Análise			
Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.				
Razão Social*: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA		CNPJ: 24.291.879/0001-36		
MATERIAL: PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO, MILIMETRADO, MEDINDO 216 MM X 30 M, COMPATÍVEL COM MODELO DE ECG BIONET - CARDIOCARE 2000. FEITO DE MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE, DEVE PROPORCIONAR ÓTIMA SENSIBILIDADE PARA A IMPRESSÃO TÉRMICA E EXCELENTE FIXAÇÃO, ACEITANDO REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL.				
Código: 107452		Pregão*: 07/2025		Item*: 02
Marca*: EASYPAPER		Modelo (nome comercial)*: PAPEL TERMOSENSÍVEL		
Fabricante*: EASYPAPER		Lote:		
Nº de registro*:		Esterilização/ Fabricação:		
Local de fabricação: Caxias do Sul/RS		Validade:		
		Número de amostras: 1		
Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização				
	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto		X	/
	Identificação escrita do produto		X	
	Outros dados de identificação		X	
	Selagem		X	
	Abertura		X	
	Manuseio		X	
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina			
	Atende as recomendações do SCIH?	NÃO		
	Qualidade do material			
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente			
	Registro no MS / ANVISA			
Outras observações adicionais: BOBINA APRESENTA TAMANHO MENOR DO QUE O PEDIDO, ESTA ENROLADA DO LADO AVESSE. PARTE TÉRMICA TEM QUE FICAR PARA FORA. PRODUTO NÃO É ADEQUADO				
Produto aprovado para uso na FSNH?		Sim () Não (X)		
Avaliador(es) (carimbo/assinatura):  Luis Eduardo Rese Técnico Manut. Clínica - FSNH 18/02/2025				
Data: 17/02/2025				

RAMM-254 2-17