

	Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH			
	Ficha de Avaliação de Material Para Análise			
	Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.			
Razão Social*: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 12.449.629/0001-00		
MATERIAL: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR ADULTO - COR BRANCA. IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS INTERNADOS, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA ARGOX OS 214 PLUS, ANTIALÉRGICA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE LISA, ATRAUMÁTICA E ANATÔMICA. FECHAMENTO ADESIVO, REGULÁVEL E INVIOLÁVEL. RESISTENTE À ÁGUA, SANGUE, SABÃO E PRODUTOS DE HIGIENE, GARANTINDO LEGIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO. REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO. TAMANHO ADULTO APROXIMADO - 1 X 11" (2,5 CM X 28 CM).				
Código: 84393		Pregão*: 07/2025		Item*: 04
Marca*: CAMASSO		Modelo (nome comercial)*: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO		
Fabricante*: CAMASSO		Lote: 117566		
Nº de registro*: ISENT0		Esterilização/ Fabricação: 11/01/2025		
Local de fabricação: BARUERI - SP		Validade: 730 DIAS		
		Número de amostras: 1 ROLO (20 PULSEIRAS)		
Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização				
	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto		X	
	Identificação escrita do produto		X	
	Outros dados de identificação		X	
	Selagem	X		
	Abertura	X		
	Manuseio	X		
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina			
	Atende as recomendações do SCIH?			
	Qualidade do material		X	
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente	X		
	Registro no MS / ANVISA	X		
Outras observações adicionais:				
Produto aprovado para uso na FSNH? Sim () Não (X)				
Avaliador(es) (carimbo/assinatura):				
Data:24/02/2025				