

	Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH			
	Ficha de Avaliação de Material Para Análise			
	Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.			
Razão Social*: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		CNPJ: 04.415.316/0002-86		
MATERIAL: CURATIVO ANTIBACTERIANO TAMANHO APROXIMADO DE 10 CM X 10 CM, COM ESPUMA POLIURETANO ABSORVENTE, SILICONE SUAVE E/OU FILME DE POLIURETANO, PERMEÁVEL AO VAPOR, IMPREGNADO COM ÍONS DE PRATA. ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL, FLEXÍVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR INFORMAÇÃO NA EMBALAGEM: LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA.				
Código: 101040		Pregão*: 85.2025		Item*: 02
Marca*: GOLDMED		Modelo (nome comercial)*: FIBROSOL FOAM AG		
Fabricante*: GOLDMED		Lote: 0249/2024PY		
Nº de registro*: 10222320006		Esterilização/ Fabricação: 2024/07		
Local de fabricação: PARAGUAY		Validade: 2027/07		
		Número de amostras: 1		
Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização				
	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto	✓		
	Identificação escrita do produto	✓		
	Outros dados de identificação	✓		
	Selagem	✓		
	Abertura	✓		
	Manuseio	✓		
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina		✓	
	Atende as recomendações do SCIH?	✓		
	Qualidade do material	✓		
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente	✓		
	Registro no MS / ANVISA	✓		
Outras observações adicionais:				
O produto da amostra é um curativo com borda, não sendo adequado para recortes com aproveitamento total da espuma. As bordas ocupam quase 2cm de cada lado da placa inutilizando um percentual importante da espuma.				
Produto aprovado para uso na FSNH?		Sim () Não (x)		
Avaliador(es) (carimbo/assinatura):		Danielle Diet da Silva Dornelles COBEN-RS-246912-ENF		
Data: 12/08/2025				