


	Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH			
	Ficha de Avaliação de Material Para Análise			
Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.				
Razão Social*: IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 43.158.055/0001-37		
MATERIAL: HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MEDIDAS APROXIMADAS: 5,1 CM X 7,6 CM. CELULOSE REGENERADA OXIDADA, ESTÉRIL, ENVELOPE INDIVIDUAL, EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT – NBR 13904.				
Código: 100362		Pregão*: 85.2025	Item*: 09	
Marca*: Assut Europe		Modelo (nome comercial)*: Equitamp		
Fabricante*: Assut Europe		Lote: N 2403 B		
Nº de registro*: 80262280009		Esterilização/ Fabricação: 03/2024		
Local de fabricação:		Validade: 02/2029		
		Número de amostras: 2		
Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização				
	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto	✓		
	Identificação escrita do produto	✓		
	Outros dados de identificação	✓		
	Selagem	✓		
	Abertura	✗		
	Manuseio	✗		
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina		✗	NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE ESTERILIZAÇÃO!
	Atende as recomendações do SCIH?		✗	
	Qualidade do material		✗	NÃO ABSORVÍVEL
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente			
	Registro no MS / ANVISA			
Outras observações adicionais:				
Produto aprovado para uso na FSNH? Sim () Não (✗)				
Avaliador(es) (carimbo/assinatura):  Daniela Lunelli Neurocirurgia Endovascular CRM 28833				
Data: 31/07/2025				