

 Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH				
Ficha de Avaliação de Material Para Análise				
Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.				
Razão Social: Delf Distribuidora de Medicamentos Eireli	CNPJ: 05.922.826/0001-21			
MATERIAL: FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICA, DE MEDIASTINO E PLEURAL, DE PVC CRISTAL, DESCARTÁVEL, COM EXTENSOR E SELO MARCA D'ÁGUA - CAPACIDADE: 2.000 ML. FRASCO EM PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50 ML, COM SELO D'ÁGUA, EQUIPADO COM TAMPA DE ROSCA RÁPIDA, COM DUAS VIAS, UMA PARA O PACIENTE E OUTRA PARA O AMBIENTE. VIA DO PACIENTE COM EXTENSÃO DE PVC CRISTAL DE 1,20 M, ESTRANGULADOR, CORTE DE FLUXO E ESPIRAL ELÁSTICA PARA EVITAR O ACOTOVELAMENTO. SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, FUNCIONANDO TAMBÉM COMO EXTENSÃO DO DRENO. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO (ETO). REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANVISA.				
Código: 48106	Pregão: 130.2025 Item: 11			
Marca: SEROPLAST	Modelo (nome comercial): FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICA, DE MEDIASTINO E PLEURAL			
Fabricante: SEROPLAST	Lote: 2318261			
Nº de registro: 81.479.11.9008	Esterilização/ Fabricação: 12/2023			
Local de fabricação: BRASIL	Validade: 12/2026			
Número de amostras: 2				
Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização				
	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto	6		
	Identificação escrita do produto	6		
	Outros dados de identificação	6		
	Selagem	X		
	Abertura	X		
	Manuseio	X		
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina		X	
	Atende as recomendações do SCIH?	X		
	Qualidade do material		X	
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente	X		
	Registro no MS / ANVISA	X		
Outras observações adicionais: Adaptação do frasco com dreno, selos não fixos bem presos. Risco de infecção. Risco de complicações do procedimento se frasco selado sem estar em selo d'água.				
Produto aprovado para uso na FSNH?		Sim () Não (X)		
Avaliador(es) (carimbo/assinatura): Tatiana Ferreira Bittencourt COREN-RS-420639-ENF				
Data: 15/01/2026				