

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021 e Art. 7º, Inciso I, da IN 40/2020)

Registro de Preço de 12 (doze) meses, para aquisição de **Material Hospitalar – AGULHAS E SERINGAS**, materiais de uso hospitalar e ambulatorial, básicos e fundamentais para diversos procedimentos. A contratação é de suma importância na assistência hospitalar, uma vez que se tratam de Unidades de Saúde Pública, sendo utilizadas no atendimento de usuários do SUS, como cirurgias de urgência, aplicação de medicação e coleta de material laboratorial, entre outros usos. Término de vigência do Pregão 89/2025, licitando itens que não foram aditados pelos fornecedores, bem como status de “Zerado” ou “Fracassado”, no Pregão nº 129/2025.

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (Inciso III, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021 e Art. 7º, Inciso II, da IN 40/2020).

Na fase de análise de qualidade dos itens, no atendimento à sua utilização na Instituição, será requisitado o envio de amostras. Lote e Prazo de validade dentro dos 12 (doze) meses e/ou 90% (noventa por cento) do total, a partir da sua entrega. Caso a entrega seja inferior, a empresa deverá apresentar uma Carta se responsabilizando pela troca do mesmo, quando houver necessidade. Os produtos devem obedecer as Normas Reguladoras vigentes, visando qualidade e segurança, para não

haver riscos na sua utilização, a saber: Selo do INMETRO, atendimento à RDC 05/2011, bem como Registro no Ministério da Saúde, Autorização de Funcionamento do Estabelecimento, Alvará de Licença Sanitária e Ficha Técnica do Material.

3 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (Inciso IV, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021 e Art. 7º, Inciso V, da IN 40/2020).

* Quantitativo atende Hospital e UPA's.

Código	Item	Quantitativo	Consumo ano anterior
106890	AGULHA 13 MM X 0,45 MM, COM 100 UNIDADES. AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). TAMANHO: 13 MM (1/2") X 0,45 MM (26 G). ATÓXICA E APIROGÊNICA. CANHÃO EM POLIPROPILENO COLORIDO, RESPEITANDO PADRÃO UNIVERSAL DE CORES, COMPATÍVEL COM CONEXÃO LUER LOCK (ROSCA). CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM PAREDE FINA E BISEL TRIFACETADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA TIPO PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	200.000	79.100
9104	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - 22 G, DE BOA QUALIDADE, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, DE USO ÚNICO, DE AÇO (COM REGISTRO MS).	300.000	89.727
9105 (*)	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - 21 G, DE BOA QUALIDADE, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, DE USO ÚNICO, DE AÇO (COM REGISTRO MS).	600.000	428.411
9106 (*)	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - 18 G, DE BOA QUALIDADE, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, DE USO ÚNICO, DE AÇO (COM REGISTRO MS).	1.200.000	767.366
100990	AGULHA PARA ANESTESIA DE PRÓSTATA 22 G X 20 CM, MODELO CHIBA, CENTIMETRADA,	100	52

	ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM CONECTOR TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ANTISÉPTICA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.		
98825	AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL NÚMERO 18 G X 3 ½", AÇO INOXIDÁVEL, COM ASAS E BISEL, CAPA EM POLIPROPILENO APIROGÊNICO, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	90	77
105598	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA ESPINHAL, TAMANHO 25 G X 25 MM, PARA USO EM RECÉM NASCIDOS E PREMATUROS. COM PONTA LANCETA (QUINCKE) EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. REGISTRO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	200	74
105879	AGULHA PARA BIÓPSIA/ASPIRAÇÃO 22 G X 30 CM, MODELO CHIBA, EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	30	2
100991 (***)	AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 G X 25 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, PONTA ECOGÊNICA PARA DISPARO AUTOMÁTICO, CONECTOR "LUER LOCK" (SISTEMA DE ENCAIXE PARA SERINGA), MANDRIL COM GAVETA PARA ARMAZENAMENTO DO FRAGMENTO (GUILHOTINA), ESTÉRIL DESCARTÁVEL. OBS: IDENTIFICADA POR CORES, DE ACORDO COM O CALIBRE. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ANTISÉPTICA. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. EQUIPAMENTO EM COMODATO : PISTOLA DE BIÓPSIA AUTOMÁTICA REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM A AGULHA.	100	31
112584 (**)	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, COM CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO. MEDIDA - 25 X 0,7 MM.	200.000	0

112582 (**)	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, COM CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO. MEDIDA - 25 X 0,8 MM.	300.000	0
47102	AGULHA RAQUIDIANA NÚMERO 20 G, COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA. RAQUIDIANA, BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, CALIBRE Nº 20 G, COMPRIMENTO 90 MM (3 E 1/2 POLEGADAS).	50	1
47104	AGULHA RAQUIDIANA NÚMERO 22 G PARA RAQUIANESTESIA. RAQUIDIANA, BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, CALIBRE Nº 22 G, COMPRIMENTO 70 MM (2 E 1/2 POLEGADAS)	100	0
100353	AGULHA RAQUIDIANA NÚMERO 22 G - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA. RAQUIDIANA, BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, CALIBRE Nº 22 G, COMPRIMENTO 90 MM (3 E 1/2 POLEGADAS) - NEUROLÓGICA.	2.000	932
101623 (*)	AGULHA RAQUIDIANA NÚMERO 22 G LONGA - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA. BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, CALIBRE Nº 22 G, LONGA (7 POLEGADAS).	100	23
100354 (*)	AGULHA RAQUIDIANA NÚMERO 25 G - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA. RAQUIDIANA, BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, CALIBRE Nº 25 G, COMPRIMENTO 90 MM (3 E 1/2 POLEGADAS).	6.000	3.042
49420 (*)	AGULHA RAQUIDIANA NÚMERO 25 G LONGA (0,53 X 120 MM (25 G X 4 ³ / ₄). ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE, QUE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE, EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA. LI-	50	0

	VRE DE LÁTEX.		
101622	AGULHA RAQUIDIANA NÚMERO 26 G - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA. RAQUIDIANA, BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, CALIBRE Nº 26 G, COMPRIMENTO 90 MM (3 E 1/2 POLEGADAS).	3.000	1.022
100355 (*)	AGULHA RAQUIDIANA NÚMERO 27 G - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA. RAQUIDIANA, BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR, ESTÉRIL, CALIBRE Nº 27 G, COMPRIMENTO 90 MM (3 E 1/2 POLEGADAS)	1.000	214
100752	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5. INSULINA LS	3.000	147
100367	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM INTERVALO DE 0,1 EM 0,1 ML E SUBDIVISÕES CLARAS E LEGÍVEIS A CADA 0,01 ML. SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS, PONTEIRA LOCK, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER A RDC 03/2011 - ANVISA E POSSUIR SELO DO INMETRO.	400.000	221.167
98728	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM INTERVALO DE 0,1 EM 0,1 ML E SUBDIVISÕES CLARAS E LEGÍVEIS A CASA 0,01 ML. SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS, PONTEIRA LOCK, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM	400.000	222.685

	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER A RDC 03/2011 - ANVISA E POSSUIR SELO DO INMETRO.		
106854	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TRANSPARENTE, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM INTERVALO DE 0,1 EM 0,1 ML, COM SUBDIVISÕES CLARAS E LEGÍVEIS A CADA 0,01 ML. SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA A ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS. PONTEIRA LOCK, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER À RDC 03/2011 - ANVISA, E POSSUIR SELO DO INMETRO.	10.000	5.155
100277	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM INTERVALO DE 1,0 EM 1,0 ML E SUBDIVISÕES A CADA 0,2 ML. SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS, PONTEIRA LOCK, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER A RDC 03/2011 - ANVISA E POSSUIR SELO DO INMETRO.	5.000	1.573
106855	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM INTERVALO DE 1,0 ML M 1,0 ML E SUBDIVISÕES A CADA 0,2 ML. SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM	10.000	4.600

	DESPERDÍCIOS, PONTEIRA LOCK, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER A RDC 03/2011 - ANVISA E POSSUIR SELO DO INMETRO.		
100346 (*)	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, COM INTERVALO DE 5,0 EM 5,0 ML E SUBDIVISÕES A CADA 1,0 ML. SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS, PONTEIRA LOCK, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER A RDC 03/2011 - ANVISA E POSSUIR SELO DO INMETRO.	400.000	143.573
101109	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML, ESTÉRIL, BICO TIPO CATETER, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA. SILICONIZADA, DESLIZE SUA-VE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER A RDC 03/2011 - ANVISA E POSSUIR SELO DO INMETRO.	7.000	4.130
27872 (*)	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER LOCK, ATÓXICA, APIROGÊNICA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA. SILICONIZADA, DESLIZE SUA-VE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE	5.000	932

	NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS, PONTEIRA SLIP, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER A RDC 03/2011 - ANVISA E POSSUIR SELO DO INMETRO.		
9195	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML, ESTÉRIL, COM BICO LUER SLIP, ATÓXICA, APIROGÊNICA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO INDELÉVEL E MILIMETRADA. SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, QUE FAVOREÇA ACUIDADE NO PREPARO DA SOLUÇÃO, SEM DESPERDÍCIOS, PONTEIRA SLIP, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVE ATENDER A RDC 03/2011 - ANVISA E POSSUIR SELO DO INMETRO.	700	422
113085 (**)	SERINGA HIPODÉRMICA DE 50/60 ML, PARA BOMBA DE INFUSÃO: SERINGA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE NOMINAL DE 50 A 60 ML, SEM AGULHA. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, <u>ISENTO DE LÁTEX</u> (LÁTEX FREE) E DE USO ÚNICO. CILINDRO COM ACABAMENTO SILICONIZADO, CONTENDO ESCALA EXTERNA, GRAVADA DE ALTO CONTRASTE, NÍTIDA, PERMANENTE E SUBDIVIDIDA EM, NO MÁXIMO, 1 ML. DOTADA DE FLANGE ANATÔMICA PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE MECÂNICA. ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DUPLO (ANEL DE RETENÇÃO), QUE IMPEÇA VAZAMENTOS OU DESPRENDIMENTO, GARANTINDO DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, MESMO SOB BAIXAS TAXAS DE FLUXO. BICO CENTRALIZADO TIPO LUER LOCK (ROSQUEÁVEL), PARA CONEXÃO SEGURA DE EXTENSORES E PERFUSORES. ESTÉRIL, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GARANTINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. A EMBA-	2.000	0

	LAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO CLARA DO PRODUTO, LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EXIGÊNCIA TÉCNICA: O MODELO OFERTADO DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE MECÂNICA COMPROVADA E HOMOLOGAÇÃO/VALIDAÇÃO, PARA USO SEGURO NAS BOMBAS DE INFUSÃO.		
--	--	--	--

(*) Item com status de “Zerado” ou “Fracassado”, no Pregão 129/2025.

(**) Itens com padronização recente para uso no Laboratório.

(***) Item 100991 – Comodato de pistola.

4 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Inciso V, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021).

Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: (Art. 7º, Inciso III, da IN 40/2020)

Em consulta ao desenvolvimento deste tipo de Aquisição Pública – Pregão Eletrônico, constatou-se ser utilizada amplamente pelos órgãos de prestação de serviços públicos similares, tornando legal e viável a contratação de compra nesta modalidade.

5 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (Inciso VI, do § 1º, da Lei 14.133/2021 e Art. 7º, Inciso VI, da IN 40/2020).

A estimativa de valor para a nova licitação, neste estágio preliminar, visa escolher a melhor solução para a contratação, bem como à análise de sua viabilidade. A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo opta por licitação com orçamento sigiloso, conforme Art. 24, da Lei 14.133/2021.

5.1 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos, consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

5.1.2. A contratação será atendida, conforme dotação prevista em edital, a saber:

2.02.01.21.004.2712.0010.0122.0039.33390303600000000000 – Material Hospitalar

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021 e Art. 7º, Inciso IV, da IN 40/2020).

A pretensão, com a contratação desta aquisição, visa atender a demanda de uso, nos diversos setores, onde se utilizam os itens, como Laboratório, Unidades de Pronto Atendimento, e o Hospital, ambiente principal da dispensação.

7 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (Inciso VIII, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021 e Art. 7º, Inciso VII, da IN 40/2020).

Para esta contratação, a opção será o parcelamento por item, para melhor atender as especificidades de uso.

8 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (Inciso IX, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021)

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (Art. 7º, Inciso X, da IN 40/2020)

Por se tratar de ambiente hospitalar e/ou ambulatorial, os itens serão usados para melhoria do estado de saúde dos usuários, no uso de medicações e de coleta de sangue para exames laboratoriais, por exemplo.

9 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (Inciso X, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021 e Art. 7º, Inciso XI, da IN 40/2020).

Busca de ações que capacitarão colaboradores na correta utilização dos itens, visando economicidade e eficiência na execução de procedimentos.

10 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII, do § 1º, do Art. 18, da Lei 14.133/2021)

Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (Art. 7º, Inciso XIII, da IN 40/2020)

A contratação pretendida das agulhas e seringas, itens básicos no atendimento de pacientes, visa suprir demanda técnica e operacional, sendo necessárias na administração de medicamentos ou na aspiração de fluidos para análises clínicas, entre outros.

Novo Hamburgo, 14 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 RAQUEL LEAL SILVA
Data: 22/09/2026 16:26:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>