

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 27258/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ESMUITY SAKAITY VIEIRA DE SOUZA
Data de Publicação: 03/11/2025 17:56:25

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:53
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: U N	Marca: MEDMAX	Modelo: MEDMAX
Descrição: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE ELETRÓLITOS (SÓDIO E POTÁSSIO) - EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO DE BANCADA, COM TECNOLOGIA DE ANÁLISE POR ELETRODOS ION-SELETIVOS (ISE) PARA MEDIÇÃO DIRETA DE SÓDIO (NA?) E POTÁSSIO (K?); DEVE REALIZAR ANÁLISE EM SORO, PLASMA, SANGUE TOTAL OU URINA; VOLUME DA AMOSTRA: MÁXIMO DE 150 µL POR TESTE; TEMPO DE ANÁLISE: IGUAL OU INFERIOR A 60 SEGUNDOS POR AMOSTRA; PRECISÃO ANALÍTICA COMPATÍVEL COM PADRÕES LABORATORIAIS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO; OPERAÇÃO POR MENU EM PORTUGUÊS COM INTERFACE AMIGÁVEL; EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COM FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL; SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME PARA BOLHAS, AMOSTRAS INSUFICIENTES E ERROS DE LEITURA; POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA OU EXTERNA PARA EMISSÃO AUTOMÁTICA DOS RESULTADOS; DEVE POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR AO MENOS 200 RESULTADOS COM IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA E HORA/DATA DO EXAME; APRESENTAR VISOR DIGITAL OU TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD OU SIMILAR) PARA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES EM TEMPO REAL; CONEXÃO DE COMUNICAÇÃO (USB, RS-232 OU SIMILAR) PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS (OPCIONAL); SISTEMA DE OPERAÇÃO AUTÔNOMO, SEM NECESSIDADE DE COMPUTADOR EXTERNO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V) OU COM CHAVE SELETORA. ITENS INCLUSOS (OU EQUIVALENTES): UNIDADE PRINCIPAL DO ANALISADOR DE ELETRÓLITOS; CONJUNTO INICIAL DE ELETRODOS PARA SÓDIO E POTÁSSIO; KIT DE REAGENTES E SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO SUFICIENTES PARA OS PRIMEIROS 200 TESTES; IMPRESSORA TÉRMICA (INTERNA OU EXTERNA) COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E ROLOS DE PAPEL; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; CERTIFICAÇÃO ANVISA E/OU INMETRO, CONFORME APLICÁVEL. CONDIÇÕES ADICIONAIS: FORNECIMENTO DEVE INCLUIR INSTALAÇÃO, CALIBRAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL NO LOCAL, REALIZADO POR TÉCNICO ESPECIALIZADO; SUPORTE TÉCNICO NO TERRITÓRIO NACIONAL, COM ASSISTÊNCIA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS; GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS; REGISTRO NA ANVISA: O ITEM DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO.			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 3.800,00	Valor Total: 7.600,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 HABX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	315	28.767.124/0001-16	24.378,28	3.800,00		Sim
2 SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E	097	00.137.950/0001-62	70.000,00	3.950,00	3,95	Sim
3 BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO	481	44.587.313/0001-63	40.000,00	6.000,00	51,90	Sim
4 JRMA DISTRIBUIDORA DE	293	54.808.865/0001-08	25.000,00	17.499,99	191,67	Sim
5 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	308	28.790.815/0001-30	29.180,00	17.500,00	0,00	Sim
6 INOV DIAGNOSTICA LTDA	736	53.204.431/0001-36	50.000,00	39.000,00	122,86	Sim
7 LABSYSTEMS SERVIÇOS PARA SAUDE	106	38.384.899/0001-66	65.450,00	39.900,00	2,31	Sim
8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	569	34.075.280/0001-19	100.000,00	45.000,00	12,78	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:53
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: U N	Marca: MINDRAY	Modelo: M6
Descrição: ULTRASSOM PORTÁTIL - SISTEMA DE ULTRASSOM PORTÁTIL, DESENVOLVIDO PARA OFERECER SUPORTE A UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES E PACIENTES EM FORMATO ANALOGO A UM NOTEBOOK; MONITOR LCD/LED DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS; BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 60 MINUTOS; PESAR NO MÁXIMO 7 KG COM BATERIA INCLUSA; POSSUIR TECLADO ALFANUMÉRICO FÍSICO RETRO ILUMINADO; POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS USB; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; DEVE POSSUIR SISTEMA COM PROCESSAMENTO DIGITAL ACIMA DE 1.000.000 CANAIS DE PROCESSAMENTO; FRAME RATE ACIMA DE 1.100 QUADROS POR SEGUNDO; FAIXA DINÂMICA SUPERIOR A 300DB; MEMÓRIA CINE SUPERIOR A 8000 QUADROS; ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 256 NÍVEIS; APRESENTAR PRÉ PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PÓS PROCESSAMENTO DE IMAGEM E MEDIDAS; MODO DE DIVISÃO DE IMAGENS EM 1,2 E 4 IMAGENS; MODOS DE OPERAÇÃO: B, BB, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL, POWER DOPPLER, DOPPLER PULSADO, DOPPLER CONTÍNUO E DOPPLER TECIDUAL; POSSUIR IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO; POSSUIR FERRAMENTA PARA REDUÇÃO DE ARTEFATOS; FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM PANORÂMICA; FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM TRAPEZOIDAL; POSSUIR MENU DE ANOTAÇÕES E MARCADORES DE CORPO; REALIZAR OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PARÂMETROS DE IMAGEM AO TOQUE DE UM BOTÃO; POSSUIR SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE DE REALCE DE AGULHA PARA PROCEDIMENTOS GUIADOS POR ULTRASSOM; POSSIBILIDADE FUTURA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CARDIOLÓGICAS AVANÇADAS COMO ECOCARDIOGRAFIA SOB STRESS E USO DO TRANSDUTOR TRANS ESOFÁGICO. TRANSDUTORES NECESSÁRIOS: 01 (UM) TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS MÍNIMAS DE 02 A 05MHZ; 01 (UM) TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS MÍNIMAS DE 05 A 12MHZ COM ABERTURA MÍNIMA DE 40MM E NO MÍNIMO 150 ELEMENTOS; 01 (UM) TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS MÍNIMAS DE 04 A 10MHZ; 01 (UM) TRANSDUTOR SETORIAL QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS MÍNIMAS DE 2,0 A 4,0MHZ. ACESSÓRIOS: CARRO SUPORTE, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO; BOLSA OU MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ULTRASSOM. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA: O ITEM DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍO			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 134.991,00	Valor Total: 134.991,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	827	05.743.288/0001-08	182.637,45	134.991,00		Não
2 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	706	34.075.280/0001-19	150.000,00	150.000,00	11,12	Sim
3 ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	644	11.405.384/0001-49	158.150,00	158.150,00	5,43	Não
4 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM,	638	09.134.634/0001-01	189.900,00	181.900,00	15,02	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
3S VISION HOSPITALAR COMÉRCIO	439	37.581.390/0001-40	130.000,00	78.500,00		Sim
ALLENGERS DO BRASIL LTDA	635	37.070.092/0001-96	101.180,00	78.600,00	0,1274	Sim
GRUPO FUNDAMENTAL SAUDE LTDA	220	32.617.070/0001-80	150.000,00	84.999,00	8,1412	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	786	32.593.430/0001-50	500.000,00	96.000,00	12,9425	Sim
TERRITORIO HV VENDA E LOCAÇÃO DE	190	41.230.162/0001-01	110.000,00	110.000,00	14,5833	Sim

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:53
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Item: 3 Unidade: U N Marca: PHILCO Modelo: PAC12000IFM15W

Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S INVERTER - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 (DOZE MIL) BTUS (UNIDADE TÉRMICA BRITÂNICA) POR HORA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE MÉDIO A GRANDE PORTE, CONFORME AS NECESSIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.

TECNOLOGIA INVERTER: O MODELO DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MENOR CONSUMO DE ELETRICIDADE E FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, COM CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO À VARIAÇÃO DE CARGA TÉRMICA DO AMBIENTE.

COMPRESSOR: O COMPRESSOR DEVE SER DO TIPO ROTATIVO OU SCROLL, COM TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, VISANDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO EFICIENTE.

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER CLASSIFICAÇÃO A OU SUPERIOR EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONFORME OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO INMETRO E AS REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS, COM BAIXO IMPACTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

REFRIGERAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO: O SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR A FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO DO AMBIENTE, MANTENDO A TEMPERATURA DESEJADA DE FORMA CONSTANTE, SEM PICOS OU VARIAÇÕES EXCESSIVAS.

UNIDADE EXTERNA E INTERNA: O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA), COM INSTALAÇÃO DO TIPO SPLIT. A UNIDADE EXTERNA DEVERÁ SER RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (PREFERENCIALMENTE COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO OU MATERIAL SIMILAR).

CONTROLE REMOTO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, PERMITINDO AJUSTES DE TEMPERATURA, MODOS DE OPERAÇÃO (FRIO, AUTOMÁTICO, VENTILAÇÃO), E VELOCIDADE DO VENTILADOR. PREFERENCIALMENTE, O CONTROLE REMOTO DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO.

O ITEM EM QUESTÃO DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTE CRITÉRIOS:

GARANTIA MÍNIMA: DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.980,00 **Valor Total:** 7.920,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E	093	01.448.972/0001-06	3.580,00	1.980,00		Sim
2 VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	739	49.287.699/0001-01	2.328,22	2.032,84	2,67	Sim
3 D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	024	23.276.468/0001-09	2.180,00	2.100,00	3,30	Sim
4 NSA COMMERCE ACESSORIOS LTDA	996	54.225.464/0001-25	3.500,00	2.600,00	23,81	Sim
5 CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	374	39.581.101/0001-39	3.500,00	2.798,72	7,64	Sim
6 LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	827	31.669.124/0001-98	4.235,97	2.823,98	0,90	Não
7 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO E AR	576	58.843.969/0001-04	4.500,00	3.138,00	11,12	Sim
8 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	523	54.164.607/0001-36	3.839,00	3.250,00	3,57	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:53
LOTE 4**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Item: 4	Unidade: U N	Marca: ELGIN	Modelo: PDF48000
Descrição: AR CONDICIONADO 40.000 BTU'S INVERTER - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 40.000 (QUARENTA MIL) BTUS (UNIDADE TÉRMICA BRITÂNICA) POR HORA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE MÉDIO A GRANDE PORTE, CONFORME AS NECESSIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DEFINIDAS PELA CONTRATANTE. TECNOLOGIA INVERTER: O MODELO DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MENOR CONSUMO DE ELETRICIDADE E FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, COM CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO À VARIAÇÃO DE CARGA TÉRMICA DO AMBIENTE. COMPRESSOR: O COMPRESSOR DEVE SER DO TIPO ROTATIVO OU SCROLL, COM TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, VISANDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO EFICIENTE. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER CLASSIFICAÇÃO A OU SUPERIOR EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONFORME OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO INMETRO E AS REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS, COM BAIXO IMPACTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFRIGERAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO: O SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR A FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO DO AMBIENTE, MANTENDO A TEMPERATURA DESEJADA DE FORMA CONSTANTE, SEM PICOS OU VARIAÇÕES EXCESSIVAS. UNIDADE EXTERNA E INTERNA: O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA), COM INSTALAÇÃO DO TIPO SPLIT. A UNIDADE EXTERNA DEVERÁ SER RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (PREFERENCIALMENTE COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO OU MATERIAL SIMILAR). CONTROLE REMOTO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, PERMITINDO AJUSTES DE TEMPERATURA, MODOS DE OPERAÇÃO (FRIO, AUTOMÁTICO, VENTILAÇÃO), E VELOCIDADE DO VENTILADOR. PREFERENCIALMENTE, O CONTROLE REMOTO DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO. O ITEM EM QUESTÃO DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTE CRITÉRIOS: GARANTIA MÍNIMA: DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.301,32		Valor Total: 9.301,32

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E	996	01.448.972/0001-06	16.230,00	9.301,32		Sim
2 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	680	42.753.718/0001-07	12.288,43	10.288,43	10,61	Sim
3 CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	865	39.581.101/0001-39	12.000,00	10.559,92	2,64	Sim
4 LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	223	31.669.124/0001-98	19.586,64	15.183,05	43,78	Não
5 NSA COMMERCE ACESSORIOS LTDA	168	54.225.464/0001-25	42.000,00	15.999,00	5,37	Sim
6 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO E AR	545	58.843.969/0001-04	17.000,00	17.000,00	6,26	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**LOTE 5 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:54
LOTE 5**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Item: 5 **Unidade:** U N **Marca:** hq **Modelo:** hq

Descrição: AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S INVERTER – CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 (NOVE MIL) BTUS (UNIDADE TÉRMICA BRITÂNICA) POR HORA, ADEQUADA PARA AMBIENTES DE MÉDIO A GRANDE PORTE, CONFORME AS NECESSIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DEFINIDAS PELA CONTRATANTE.

TECNOLOGIA INVERTER: O MODELO DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MENOR CONSUMO DE ELETRICIDADE E FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, COM CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO À VARIAÇÃO DE CARGA TÉRMICA DO AMBIENTE.

COMPRESSOR: O COMPRESSOR DEVE SER DO TIPO ROTATIVO OU SCROLL, COM TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, VISANDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO EFICIENTE.

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER CLASSIFICAÇÃO A OU SUPERIOR EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONFORME OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO INMETRO E AS REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS, COM BAIXO IMPACTO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

REFRIGERAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO: O SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR A FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO DO AMBIENTE, MANTENDO A TEMPERATURA DESEJADA DE FORMA CONSTANTE, SEM PICOS OU VARIAÇÕES EXCESSIVAS.

UNIDADE EXTERNA E INTERNA: O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UMA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E UMA UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA), COM INSTALAÇÃO DO TIPO SPLIT. A UNIDADE EXTERNA DEVERÁ SER RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (PREFERENCIALMENTE COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO OU MATERIAL SIMILAR).

CONTROLE REMOTO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, PERMITINDO AJUSTES DE TEMPERATURA, MODOS DE OPERAÇÃO (FRIO, AUTOMÁTICO, VENTILAÇÃO), E VELOCIDADE DO VENTILADOR. PREFERENCIALMENTE, O CONTROLE REMOTO DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO.

O ITEM EM QUESTÃO DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTE CRITÉRIOS:

GARANTIA MÍNIMA: DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.978,99 **Valor Total:** 3.957,98

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	944	49.287.699/0001-01	2.074,80	1.978,99		Sim
2 D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	016	23.276.468/0001-09	1.980,00	1.979,00	0,00	Sim
3 JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E	040	01.448.972/0001-06	3.198,00	2.069,00	4,55	Sim
4 NSA COMMERCE ACESSORIOS LTDA	695	54.225.464/0001-25	3.000,00	2.070,00	0,05	Sim
5 CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	137	39.581.101/0001-39	3.000,00	2.650,79	28,06	Sim
6 LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	983	31.669.124/0001-98	3.976,20	2.650,80	0,00	Não
7 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	705	54.164.607/0001-36	3.369,00	2.980,00	12,42	Sim
8 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO E AR	135	58.843.969/0001-04	3.500,00	3.500,00	17,45	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 6 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:54
LOTE 6**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Item: 6	Unidade: U N	Marca: ALT	Modelo: 21LT
Descrição: AUTOCLAVE INOX - CAPACIDADE: MÍNIMO 21 LITROS; MATERIAL: CÂMARA E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL; CONTROLE DIGITAL: QUE CONTENHA DISPLAY DIGITAL PARA CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA E PRESSÃO. PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO: CICLO ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO COM TEMPO MÁXIMO DE 16 MINUTOS E TEMPERATURA QUE VARIE ENTRE 129°C E 132°C. SISTEMA DE SECAGEM: QUE CONTENHA NO SISTEMA DE SECAGEM EFICIENTE MESMO COM PORTA ENTREABERTA, GARANTINDO A REMOÇÃO TOTAL DE UMIDADE DOS INSTRUMENTOS APÓS O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. SEGURANÇA: QUE CONTENHA SISTEMAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO CHAVE E TRAVA DE SEGURANÇA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E CONTROLE DE POTÊNCIA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: MÍNIMO 3 BANDEJAS DE ALUMÍNIO, SUPORTE PARA BANDEJAS, COPO GRADUADO, MANGUEIRA DE 1,5 M E BRAÇADEIRA. BIVOLT AUTOMÁTICO: COMPATIBILIDADE COM REDES ELÉTRICAS DE 127V E 220V, COM AJUSTE AUTOMÁTICO PARA A TENSÃO ELÉTRICA DISPONÍVEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES EXTERNAS: MÍNIMO: 38 CM (LARGURA) X 38 CM (ALTURA) X 59 CM (PROFUNDIDADE). DIMENSÕES DA CÂMARA: MÍNIMO AS DIMENSÕES: 24,6 CM (DIÂMETRO) X 45,2 CM (PROFUNDIDADE). POTÊNCIA: MÍNIMO 1.600 WATTS. FREQUÊNCIA: MÍNIMO 50/60 HZ. PESO BRUTO: MÍNIMO 25,5 KG. O ITEM EM QUESTÃO DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTE CRITÉRIOS: GARANTIA MÍNIMA: DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA: O ITEM DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO/EQUIPAMENTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 3.564,99	Valor Total: 10.694,97	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ITAPEMED IMPORTADORA E	408	54.322.844/0001-88	5.900,00	3.564,99		Sim
2 VS COSTA E CIA LTDA	910	05.286.960/0001-83	5.500,00	3.575,00	0,28	Sim
3 CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	574	10.735.873/0001-04	6.000,00	3.804,00	6,41	Sim
4 L FORASTIERI MACHADO LTDA	104	47.123.165/0001-14	8.000,00	3.810,00	0,16	Sim
5 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	841	52.353.746/0001-82	10.900,00	4.494,00	17,95	Sim
6 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	673	32.593.430/0001-50	25.000,00	4.880,00	8,59	Sim
7 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	153	28.790.815/0001-30	8.382,00	5.300,00	8,61	Sim
8 M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	217	97.533.241/0001-38	8.000,00	5.540,00	4,53	Sim
9 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO	043	54.132.859/0001-83	5.550,00	5.550,00	0,18	Sim
10 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	156	34.075.280/0001-19	15.000,00	5.800,00	4,50	Sim
11 ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA -	745	26.527.362/0001-29	8.000,00	6.369,99	9,83	Sim
12 TROIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	928	30.059.238/0001-53	20.000,00	6.370,00	0,00	Sim
13 D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	742	23.276.468/0001-09	6.800,00	6.800,00	6,75	Sim
14 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	337	54.164.607/0001-36	8.334,00	6.990,00	2,79	Sim
15 M V R DE SOUZA COMERCIO	324	24.912.303/0001-49	11.000,00	7.750,00	10,87	Sim
16 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	535	09.263.279/0001-70	150.000,00	14.999,00	93,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	051	29.312.896/0001-26	7.095,00	3.100,00		Sim

**LOTE 7 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:54
LOTE 7**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Item: 7 Unidade: U N Marca: DENTEMED Modelo: PRIME AIR 50 - 220V

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE: MÍNIMO 10 PES (PÉS CÚBICOS POR MINUTO); ISENTOS DE ÓLEO; CONTROLE DE PRESSÃO: SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL, PERMITINDO AO PROFISSIONAL DEFINIR A PRESSÃO ADEQUADA PARA OS DIFERENTES TIPOS DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: OPERAÇÃO SILENCIOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO REDUZIDO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: QUE CONTENHA MOTOR DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTINDO UM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE FILTRAGEM: SISTEMA DE FILTRAGEM PARA GARANTIR A PUREZA DO AR COMPRIMIDO, EVITANDO IMPUREZAS OU CONTAMINAÇÕES; ACESSÓRIOS INCLUSOS: CONEXÕES ADEQUADAS PARA A INSTALAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COMO MANGUEIRAS E ADAPTADORES.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMO DE 1.000 A 1.500 WATTS. VAZÃO DE AR: MÍNIMO 10 PES (PÉS CÚBICOS POR MINUTO); PRESSÃO MÁXIMA: MÍNIMO 4,5 A 7 BAR; DIMENSÕES: QUE CONTENHA DIMENSÕES COMPACTAS PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO E MOBILIDADE. GARANTIA MÍNIMA: DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA: O ITEM DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO..

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.800,00 **Valor Total:** 5.600,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	193	29.312.896/0001-26	6.385,00	2.800,00		Sim
2 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	364	52.353.746/0001-82	7.900,00	2.899,00	3,54	Sim
3 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	605	32.593.430/0001-50	25.000,00	2.900,00	0,03	Sim
4 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	910	28.790.815/0001-30	5.544,00	3.470,00	19,66	Sim
5 CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	853	10.735.873/0001-04	8.000,00	4.777,00	37,67	Sim
6 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	993	54.164.607/0001-36	5.445,00	4.800,00	0,48	Sim
7 JH MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	074	49.161.411/0001-58	5.500,00	5.500,00	14,58	Sim
8 M V R DE SOUZA COMERCIO	779	24.912.303/0001-49	8.000,00	5.620,00	2,18	Sim
9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	422	34.075.280/0001-19	20.000,00	20.000,00	255,87	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 8 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:54
LOTE 8**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Item: 8	Unidade: U N	Marca: TPLAN	Modelo: #I383HD19
Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.540,00	Valor Total: 9.240,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA	417	53.867.026/0001-06	3.200,00	1.540,00		Sim
2 PC41 COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE	515	57.231.460/0001-48	2.500,00	1.645,00	6,82	Sim
3 SANDRO VILMAR PIRES ME	688	09.253.952/0001-91	3.500,00	1.841,00	11,91	Sim
4 NSA COMMERCE ACESSORIOS LTDA	726	54.225.464/0001-25	5.000,00	2.099,99	14,07	Sim
5 BERGAMO & CAVALCANTE	627	11.195.926/0001-04	2.655,00	2.385,40	13,59	Não
6 LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	609	45.010.400/0001-16	3.000,00	2.385,41	0,00	Sim
7 D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	559	23.276.468/0001-09	3.500,00	3.500,00	46,73	Sim
8 R & E CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	831	62.328.868/0001-72	4.514,00	4.514,00	28,97	Sim
9 GOLD COMERCIO LTDA	508	45.523.823/0001-30	10.482,00	4.999,99	10,77	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:54
LOTE 9**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: U N	Marca: ALT	Modelo: APEX
Descrição: LOCALIZADOR APICAL - FUNCIONAR COM CANAIS SECOS OU ÚMIDOS;TELA MINIMO DE 3,5 POLEGADAS, PERMITIR SELEÇÃO DO LIMITE APICAL, TER ALARME SONORO; UTILIZAR MULTIFREQUÊNCIA; TER BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, CONTENDO 01 UN. CABO DO LOCALIZADOR; 02 UN. CONECTOR LABIAL; 02 UN. CLIPE DA LIMA; 01 UN. CALIBRADOR; 01 UN. CARREGADOR BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA: O ITEM DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ASSISTÊNCIA TECNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.449,99	Valor Total: 1.449,99	

CLASSIFICAÇÃO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ITAPEMED IMPORTADORA E	937	54.322.844/0001-88	2.300,00	1.449,99		Sim
2 M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	367	97.533.241/0001-38	2.500,00	1.450,00	0,00	Sim
3 CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	840	10.735.873/0001-04	8.000,00	1.520,00	4,83	Sim
4 M V R DE SOUZA COMERCIO	004	24.912.303/0001-49	2.200,00	1.540,00	1,32	Sim
5 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	438	54.164.607/0001-36	3.664,00	1.680,00	9,09	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 10 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:54
LOTE 10**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: U N	Marca: B&K MOCHO SELA	Modelo: B&K MOCHO SELA
Descrição: MOCHO ODONTOLOGICO TIPO SELA:ALMOFADA EM FORMA DE SELA COM COBERTURA ANTIESTÁTICA PRETA; AJUSTE DE ALTURA DE 560 A 790 MM POR MEIO DE MOLA A GÁS, COM LIBERAÇÃO DO ANEL DE PÉ. PEDESTAL EM PÉ DE 5 BRAÇOS REVESTIDO EM ALUMÍNIO CINZENTO RAL 9007 COM RODÍZIOS ANTI-ESTÁTICOS DE PLÁSTICO DUPLO DE 50 MM, SEM TRAVÕES QUANDO CARREGADO, PÁRACHOQUES CIRCULAR PRETO. CARGA DE TRABALHO SEGURA: 150KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR, OU PELA REPRESENTANTE ESPECIALIZADA E INDICADA PELO FABRICANTE			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 590,00		Valor Total: 1.180,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	787	54.164.607/0001-36	1.167,00	590,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	335	52.353.746/0001-82	1.200,00	487,00		Sim
D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	330	23.276.468/0001-09	490,00	488,00	0,2053	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 11 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:54
LOTE 11**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

--	--	--	--	--	--	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Item: 11	Unidade: U N	Marca: SCHUSTER	Modelo: ENDOPEN
Descrição: MOTOR ENDODONTICO COM CARREGAMENTO SEM FIO A FIM DE EVITAR PROBLEMA DE DESGASTE (MAU CONTATO) DE CARREGADORES CONVENCIONAIS. PROGRAMAS PRÉ-CONFIGURADOS: SISTEMAS PRÉ-PROGRAMADOS, PERMISSÃO PARA AJUSTES INDIVIDUAIS DE VELOCIDADE, TORQUE E ANGULAÇÃO, OPERANDO EM SISTEMA LIVRE. FUNÇÕES DO MOTOR: ROTAÇÃO; RECIPROCANTE; REVERSO; COMPATIBILIDADE: SER COMPATÍVEL COM TODAS AS LIMAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. TELA DE EXIBIÇÃO: A TELA OLED DEVE EXIBIR O TORQUE EM TEMPO REAL. TRANSFERÊNCIA RÁPIDA: O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR TRANSFERÊNCIA RÁPIDA ENTRE MOVIMENTO RECIPROCANTE E ROTATÓRIO. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE TORQUE. SISTEMA DE AJUSTE: O SISTEMA ABERTO DEVE PERMITIR AJUSTE DE ÂNGULO DE 10°-10° (20°-400°). DEVERÁ POSSUIR O MÍNIMO DE: VELOCIDADE: 100 - 1000 RPM; TORQUE: 0.4 - 5.0 NCM; ENTRADA: 100V-240V 50HZ/60HZ; CONTRA ÂNGULO: A TRANSMISSÃO DEVERÁ SER DE 1:1, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA: O ITEM DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.000,00	Valor Total: 3.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	429	97.533.241/0001-38	5.000,00	3.000,00		Sim
2 M V R DE SOUZA COMERCIO	598	24.912.303/0001-49	6.700,00	4.690,00	56,33	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ITAPEMED IMPORTADORA E	394	54.322.844/0001-88	5.200,00	2.999,99		Sim

**LOTE 12 - HOMOLOGADO - 05/02/2026 17:40:54
LOTE 12**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: U N	Marca: Path Medical	Modelo: SENTIERO
Descrição: OTOEMISSION ACUSTICO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, PRÓPRIO PARA USO CLÍNICO EM TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL, INFANTIL E ADULTA; DEVE OPERAR COM DOIS MODOS DE TESTE: EMISSÕES OTOACÚSTICAS POR ESTÍMULO TRANSIENTE (TEOAE) E POR PRODUTO DE DISTORÇÃO (DPOAE); EXIBIR RESULTADOS DE FORMA CLARA, COM INDICAÇÃO OBJETIVA DO TIPO "PASS" OU "REFER" NO VISOR; POSSUIR SONDA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; REALIZAR CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA NO CANAL AUDITIVO PARA GARANTIR PRECISÃO DO EXAME; PERMITIR DEFINIÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DE EXAMES CONFORME O AMBIENTE E A FAIXA ETÁRIA DO PACIENTE; APRESENTAR SISTEMA DE REJEIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE PARA MAIOR CONFIABILIDADE DOS RESULTADOS, OPERANDO COM RUÍDO ATÉ NO MÍNIMO 50 DB; MENU DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; TELA DO TIPO LCD OU SIMILAR, COM VISUALIZAÇÃO CLARA DOS RESULTADOS E COMANDOS DO EXAME; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE PELO MENOS 200 EXAMES; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; NÃO EXIGIR CONEXÃO COM COMPUTADOR PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES; FAIXAS DE FREQUÊNCIA MÍNIMA DE TESTE: PARA TEOAE: 1,5 KHZ ATÉ 4,0 KHZ; PARA DPOAE: 2,0 KHZ ATÉ 5,0 KHZ; NÍVEIS MÍNIMOS DE ESTÍMULO SONORO: TEOAE: 83 DB SPL; DPOAE: 65 E 55 DB SPL (DOIS TONS); ITENS INCLUSOS (OU EQUIVALENTES): UNIDADE PRINCIPAL (HANDHELD); BERÇO OU BASE DE DESCANSO PARA O EQUIPAMENTO; IMPRESSORA TÉRMICA EXTERNA (INCLUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO); CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPAMENTO E IMPRESSORA; MALETA PARA TRANSPORTE; CABO DE SONDA; ROLO DE PAPEL TÉRMICO; CONJUNTO DE EARTIPS (MÍNIMO DE 100 UNIDADES, COM VARIADOS TAMANHOS); PONTEIRAS DE SONDA (MÍNIMO DE 4 UNIDADES); PILHAS OU BATERIAS NECESSÁRIAS PARA FUNCIONAMENTO INICIAL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO NA ANVISA: O ITEM DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ CONTAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR: O REVENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A GARANTIA DO PRODUTO JUNTO AO FABRICANTE DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA ESTIPULADO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 30.230,00	Valor Total: 30.230,00	

CLASSIFICAÇÃO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA
PARAÚNA-GO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CR MONTEIRO PINTO APARELHOS	445	24.096.709/0001-09	30.230,00	30.230,00		Sim
2 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE	897	00.497.262/0001-03	48.600,00	43.900,00	45,22	Sim
3 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	306	54.164.607/0001-36	59.934,00	44.000,00	0,23	Sim
4 JRMA DISTRIBUIDORA DE	901	54.808.865/0001-08	50.000,00	50.000,00	13,64	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: VIVIANE BORGES GOMES DE MORAIS ALVES