


Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Parecer Técnico
Processo Administrativo nº 77.224/2023-05

LOTE	ITEM	COTA	ESPECIFICAÇÃO SIGA CATÁLOGO	EMPRESA	MARCA - AVALIAÇÃO	RESULTADO
1	1		Aparelho BIPAP - Tipo: automático; Intervalo de pressão: IPAP 4 a 50 cm H2O / EPAP 0 a 25 cm H2O (circuito ativo) e 4 a 25 cm H2O (circuito passivo) / CPAP 4 a 20 cm H2O (circuito passivo) / PEEP 0 a 25 cm H2O (circuito ativo) e 4 a 25 cm H2O (circuito passivo); Modo de terapia: CPAP, SIMV, espontâneo e controlado; Voltagem: bivolt; Acompanha: bateria, tubulação da linha da válvula de expiração, sensor de fluxo, bolsa, cartão de dados SD, filtros, conectores rápidos válvula de O2, cabo de força AC, manual; Registro: ANVISA.	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA EIRELI (CNPJ: 36957099/0001-61)	Marca: COVIDIEN Modelo: PB 560	Aprovado. Atende a especificação técnica.

ISABEL CRISTINA MARTINS ASSUNÇÃO
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais
DCJ/GGCL/SES AU

LOISE KAROLINE DE O. G. FERNANDES
Enfermeira - Divisão de Compras Judiciais
DCJ/GGCL/SES AU

ISABEL C. M. ASSUNÇÃO
EQUIPE TÉCNICA
DCJ/GGCL/SES AU